

RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMAS

MOKYMO ĮRANGOS PIRKIMAS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *mokymo įrangos pirkimo*.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2024-12-06¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2024-12-18 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.

1.5. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir atsakymus su pastabomis bei įžvalgomis pateikė 2 dalyviai.

1.6. Tiekėjų pastabos:

1.6.1.

„Dėl techninės specifikacijos

4 pirkimo objekto dalis: Veterinarinis laparoskopinis simulatorius

6p.Monitoriaus ekranas ne mažesnis nei 22 colių.

Svoris: 40 kg ±10 kg.

Kokios prietaiso dalies ar pačio prietaiso yra reikalaujama nurodyti svorį? Ar tai monitoriaus svoris? Gal tai techninė klaida? Monitorius su tokiu ekranu negali būti tokio svorio.

Prašome naikinti šį reikalavimą

Komisija atsižvelgdama į tai, kad šis techninės specifikacijos punktas nėra esminis, nutarė šį reikalavimą: „Svoris: 40 kg ±10 kg.“ iš techninės specifikacijos galime naikinti.

1.6.2.

Ar tiktų 13 pasiūlyme prekė:

<https://erler-zimmer.de/Gefaesszugang-Beinhalterung-tierisch-Hund/SRE0801>

Komisija pastebi, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų reikalavimus, o siūlomas pirkimo objektas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus pilna apimtimi.

2. IŠVADOS

2.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

2.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai supažindinti su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

2.3.Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos atsižvelgia iš dalies.

2.4.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

¹ CVP IS ID 292321, prieiga: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=292321>