

ELEKTRINIO MASAŽO STALO ĮSIGIJIMO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekinat užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje

Vicna iš būtinų įsigyti prekių – elektrinis masažo stalas (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 2 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama: elektrinis masažo stalas, 3 vnt.

MASAŽO STALO SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė
1.	Stalo konstrukcija	Ne mažiau kaip 7 dalių: - galvos dalis su nuleidžiamomis, horizontalioje plokštumoje pasukamomis ir nulenkiamomis rankų atramomis; - kėno dalis; - kojų dalis; - stabilios stalo kojos ir 4 papildomi užfiksuojami ratukai mobilumui užtikrinti.
2.	Gulimojo paviršiaus dydis	Ne mažiau kaip 193 x 64 cm
3.	Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu, rankiniu pultu arba kojos pedalu	Privalomos aukščio reguliavimo ribos nuo 52 cm iki 96 cm
4.	Galvos dalies dydis	Ne mažesni kaip - plotis 43 cm, ilgis 64 cm
5.	Galvos dalis su uždengiama išpjova veidui	Būtina
6.	Galvos dalies pasvirimo kampo reguliavimas	Ne mažesniame intervale kaip +30° iki -45°
7.	Vidurinės dalies iškilimo kampas kifozės pozicijai	40° (±5°), valdomas variklio pagalba

8.	Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas	Ne mažiau 70°
9.	Gulimo paviršiaus paminkštinimas	Ne mažiau 4 cm
10.	Maksimali apkrova	Ne mažiau 190 kg
11.	Medicininis gaminys, turintis CE ženklinaimą	Sertifikato kopija pateikiama kartu su preke
12.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.

Parengė:

Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“

Vyriausioji slaugytoja-administratore

Alma Pilkauskaitė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė

Vida Meliūkštienė