

## Techninė specifikacija (VPP-7644)

### **Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti (orientacinis kiekis 600 vnt.)**

1. Vienkartinis.
2. Sterilus.
3. Apirogeniškas.
4. Elastingas.
5. Permatomas.
6.  $3000 \pm 50$  ml talpos su tūrio atžymomis.
7. Įtvirtinimas pakabinimui ties maišo dugnu.
8. Kita maišo pusė trapecijos formos, centrinėje žemiausiai kabančioje dalyje su trimis jungtimis:
  - 8.1. Dvi šoninės jungtys skirtos maišo užpildymui, viena iš jų su spaustuku, trišakiu prailgintoju, kurio kiekviena atšaka yra su plastiko spaustuku ir plastiko adata, pritaikyta skysčio paėmimui iš stiklo butelių, bei kamšteliu jungties hermetizavimui nuėmus prailgintoją.
  - 8.2. Centrinė jungtis skirta punktavimui infuzine adata.

### **Papildomi reikalavimai:**

1. Siūlomi produktai turi būti pažymėti CE ženklu.
  2. Būtina nurodyti tikslūs siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.
  3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.
  4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
  5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
-