

Retraktinių rinkinių techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Lanksčių retraktorių rinkinio papildymas („flex“):		
1.1.	Pagrindinis vertikalus stovas (kiekis 2 vnt.)	1. Galimybė tvirtinti prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje; 2. Stovas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 3. Turi slankiojantį laikiklį pagrindiniam horizontaliam strypui. <i>(kodas 10244 arba lygiavertis)</i>	
1.2.	Pagrindinis horizontalus strypas (kiekis 2 vnt.)	1. Strypas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 2. Turi tvirtinimą rėmo dalims. <i>(kodas 11050 arba lygiavertis)</i>	
1.3.	Standartinio rėmo dalis (kiekis 4 vnt.)	Pusės trapečijos formos (arba lygiavertės formos) <i>(kodas 10269 arba lygiavertis)</i>	
1.4.	Mažojo rėmo dalis (kiekis 4 vnt.)	Pusės trapečijos formos (arba lygiavertės formos) <i>(kodas 10270 arba lygiavertis)</i>	
1.5.	Rėmo prailgintuvas (kiekis 2 vnt.)	Tvirtinamas prie standartinio arba mažojo rėmo mentelių laikikliais <i>(kodas 11121 arba lygiavertis)</i>	
1.6.	Mentelių laikikliai (kiekis 14 vnt.)	1. Laikiklis tvirtinasi prie rėmo; 2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vienu užraktu. <i>(kodas 4040 arba lygiavertis)</i>	
1.7.	Lanksti mentelė (kiekis 2 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 7,5×20,0 cm ± 1 cm. <i>(kodas 3878R arba lygiavertis)</i>	
1.8.	Lanksti karpyta mentelė (kiekis 2 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 7,0×16,0 cm ± 1 cm. <i>(kodas 3790 arba lygiavertis)</i>	
1.9.	Mentelė (kiekis 2 vnt.)	1. „Marshall-Bladder“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 7,0×15,0 cm ± 1 cm. <i>(kodas 3792 arba lygiavertis)</i>	

1.10.	Mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. „Mayo“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 9,0×7,0 cm ± 1 cm. (kodas 3536 arba lygiavertis)	
1.11.	Mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. „Mayo“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 9,0×5,0 cm ± 1 cm. (kodas 3397R arba lygiavertis)	
1.12.	Šarnyrinė mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. „Deaver“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 7×11,0 cm ± 1 cm. (kodas 3784 arba lygiavertis)	
1.13.	Mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. „Harrington“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 5,0×12,0 cm ± 1 cm. (kodas 3794 arba lygiavertis)	
1.14.	Lanksti karpyta mentelė (kiekis 2 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 5,0×16,0 cm ± 1 cm. (kodas 3788 arba lygiavertis)	
1.15.	Lanksti mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 2,0×5,0 cm ± 1 cm. (kodas 4964 arba lygiavertis)	
1.16.	Lanksti mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 2,0×7,0 cm ± 1 cm. (kodas 4965 arba lygiavertis)	
1.17.	Dėklas sterilizacijai (kiekis 2 vnt.)	1. Skirtas pilvo retraktoriaus komplekto sterilizacijai; 2. Dėklo matmenys: 2.1. Ilgis: 65 ± 10 cm; 2.2. Plotis: 30 ± 10 cm; 2.3. Aukštis: 11 ± 5 cm. (kodas 3422R arba lygiavertis)	
2.	Lankstomų retraktorių rinkinio papildymas („speed“):		
2.1.	Pagrindinis vertikalus stovas (kiekis 1 vnt.)	1. Galimybė tvirtinti prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje; 2. Stovas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 3. Turi slankiojantį laikiklį horizontaliam strypui. (kodas 11321 arba lygiavertis)	
2.2.	Dantytas rėmas (kiekis 1 vnt.)	1. Dantytas, perskirtas rėmas; 2. Ovalo formos; 3. Neatskiriamai sujungtas su horizontaliu strypu. (kodas 11848 arba lygiavertis)	
2.3.	Standartinis mentelių laikiklis	1. Laikiklis tvirtinasi prie dantyto rėmo;	

	(kiekis 2 vnt.)	2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba. (kodas 11910 arba lygiavertis)	
2.4.	Lankstomas mentelių laikiklis (kiekis 2 vnt.)	1. Laikiklis tvirtinasi prie dantyto rėmo; 2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba; 3. Galima keisti laikiklio padėti vertikalioje plokštumoje. (kodas 11646 arba lygiavertis)	
2.5.	Lankstomas mentelių laikiklis su (kiekis 2 vnt.)	1. Laikiklis tvirtinasi prie dantyto rėmo; 2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba; 3. Galima keisti laikiklio padėti vertikalioje plokštumoje; 4. Laikiklis turi papildomą liežuvėlį tvirtinimui prie dantyto rėmo. (kodas 11560 arba lygiavertis)	
2.6.	Lanksti mentelė (kiekis 1 vnt.)	1. Galima lankstyti; 2. Matmenys: 7,5×16,0 cm ± 1 cm. (kodas 11518 arba lygiavertis)	
2.7.	Mentelė (kiekis 1 vnt.)	1. „Balfour“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 7,0×7,0 cm ± 1 cm. (kodas 11510 arba lygiavertis)	
2.8.	Mentelė (kiekis 4 vnt.)	1. „Kelly“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 5,0×7,0 cm ± 1 cm. (kodas 11512 arba lygiavertis)	
2.9.	Mentelė (kiekis 1 vnt.)	1. „Kelly“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 5,0×12,0 cm ± 1 cm. (kodas 11514 arba lygiavertis)	
2.10.	Mentelė (kiekis 1 vnt.)	1. „Kelly“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 5,0×15,0 cm ± 1 cm. (kodas 11515 arba lygiavertis)	
2.11.	Mentelė (kiekis 1 vnt.)	1. „Harrington“ tipo arba lygiavertė; 2. Matmenys: 6,0×17,0 cm ± 1 cm. (kodas 11511 arba lygiavertis)	
2.12.	Dėklas sterilizacijai (kiekis 1 vnt.)	1. Skirtas pilvo retraktoriaus komplekto sterilizacijai; 2. Dėklo matmenys: 2.1. Ilgis: 65 ± 10 cm; 2.2. Plotis: 30 ± 10 cm; 2.3. Aukštis: 11 ± 5 cm. (kodas 3422R arba lygiavertis)	
3.	Suderinamumas	Siūlomi retrakiniai rinkiniai turi būti techniškai suderinami su LSMU	

		ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Integra“ operaciniu žaizdų plėtikliu „OmniTract“ (inventorinis Nr. 13711861)	
4.	Garantinis terminas	Ne mažiau negu 6 mėnesiai	
5.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
6.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
7.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Perkamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama įranga techniškai derinamų retraktinių rinkinių komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.