

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO MEDICININEI ĮRANGAI ĮSIGYTI  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjų pateiktų paklausimų/pastebėjimų rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjų pateikti paklausimai/pastebėjimai rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-10-22 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl medicininės įrangos pirkimo (Nr. 5081671).

1. Tiekėjas rašo:

*<...>„Pažymime, kad apmokyti techninį personalą atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą turi teisę tik gamintojas. **Tiekėjams tokia teisė nėra suteikta**, tokio reikalavimo gamintojui/tiekėjui nenurodo Reglamentas 2017/745, be to, tokios privalomos paslaugos nenurodo ir Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, bei LR Sveikatos sistemos įstatymas. Šiame punkte nurodytos paslaugos pirkimas turėtų būti atskiro viešojo pirkimo objektas.“<...>.*

Komisija atsižvelgia į Tiekėjo pastabą bei sprendžia naikinti techninėje specifikacijoje pateiktus punktus: 1 pirkimo dalies Magnetinės stimuliacijos aparatas – 1 vnt. eilutę Nr. 18, „Techninio personalo apmokymas“, pirkimo dalies Nr. 2 Limfodrenažo aparatas – 1 vnt. eilutę Nr. 13 „Techninio personalo apmokymas“, pirkimo dalies Nr. 3 Keturių kamerų vonelė, kiekis 1 vnt. – eilutę Nr. 26 „Techninio personalo apmokymas“, pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. – eilutę Nr. 24 „Techninio personalo apmokymas“ ir pirkimo dalies Nr. 5 Vonia su perlinio masažo funkcija, kiekis 1 vnt. – eilutę Nr. 24 „Techninio personalo apmokymas“.

2. Tiekėjas rašo:

*<...>„Rekomenduojame patikslinti 3.2 parametro reikalavimą, panaikinant „ir joms taikomų darbinių parametrų reguliavimas“, kadangi dabartinė išraiška ženkliai riboja konkurenciją ir mažina pirkime dalyvausiančių tiekėjų skaičių“<...>.*

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos pirkimo dalies Nr. 2 Limfodrenažo aparatas - 1 vnt. pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – eil. Nr. 3 „Kelių kompresinės terapijos priedų naudojimas vienu metu“ reikalaujamas parametrų reikšmės. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, pirkimo dalies Nr. 2 Limfodrenažo aparatas - 1 vnt. 3 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametrų reikšmės reikėtų skaityti sekančiai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai (specifikacija)</b>	<b>Reikalaujamos parametrų reikšmės</b>
3.	Kelių kompresinės terapijos priedų naudojimas vienu metu	1. Maksimalus prie aparato darbui vienu metu prijungiamų kompresinių priedų skaičius - ne mažiau kaip 3.

3. Teikėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 5 pulsuojančio masažo funkcija išbrangina pasiūlymą, rekomenduojame rinktis įrenginius su pastovaus masažo funkcija.<...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo pastebėjimą informuoja, kad nesutinka keisti techninės specifikacijos pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 5 eilutėje „Masažo rūšys“ nustatytų reikalavimų. Šis parametras Perkančiajai organizacijai itin svarbus, nes teikiamos reabilitacijos paslaugos ir reikalingas ritminis masažas pagerina kraujotaką, padeda atsipalaiduoti, gerina limfinės sistemos darbą.

4. Tiekėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 6.2 automatinio praplovimo ir džiovavimo funkcija, rekomenduojame keisti į automatinio užpildymo funkciją. <...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo rekomendaciją, informuoja, kad nesutinka keisti techninėje specifikacijoje nustatyto parametro pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 6 eilutėje „Funkcijos“ 6.2 papunkčio, nes Jūsų siūloma funkcija yra visiškai skirtinga nuo Perkančiajai organizacijai reikalingos, praplovimas yra reikalingas, kad nekalkėtų ir neaugtų bakterijos.

5 Tiekėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 11 įtekančio vandens temperatūros indikatorius, nėra esminė funkcija, siūlome palikti indikatorius pateikiantis tiesiog vandens temperatūra vonios viduje.<...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo siūlymą, informuoja, kad nesutinka keisti techninėje specifikacijoje nustatyto parametro pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 11 eilutėje „Temperatūros indikatorius“, nes yra svarbu iš karto vonią pripildyti reikiamos temperatūros vandeniu, ką ir užtikrina šio indikatoriaus buvimas. Tai padeda taupyti ir laiką, ir kaštus.

6. Tiekėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 12 elektroninis valdymas, siūlome keisti į elektroninis/mechaninis valdymas, tokio tipo valdymas užtikrins ilgesnį tarnavimo laikotarpį. <...>“*

Komisija atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – eil. Nr. 12 „Valdymas“ reikalaujamas parametru reikšmes. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 12 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmes reikėtų skaityti sekančiai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai (specifikacija)</b>	<b>Reikalaujamos parametru reikšmės</b>
12.	Valdymas	Elektroninis/mechaninis valdymas

7. Tiekėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 14 įvadas mineraliniam vandeniui perteklinis reikalavimas, siūlome įsivertinti tokį poreikį, funkcija išbrangins gaminį.<...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo siūlymą, informuoja, kad nesutinka keisti nustatyto techninės specifikacijos parametro pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 14 eilutėje „Pajungimas“, nes šis parametras yra reikalingas, nes Perkančioji organizacija procedūras atlieka tik su natūraliu mineraliniu vandeniu iš gręžinio Druskininkuose.

8. Tiekėjas rašo:

*<...>„4 pirkimo dalis, parametras 17 išorinių skydų spalva perteklinis reikalavimas, opcija išbrangins gaminį.<...>“.*

Komisija atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – eil. Nr. 17 „Spalva“ reikalaujamas parametru reikšmes. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, pirkimo dalies Nr. 4 Kojų vonelė, kiekis 1 vnt. 17 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmes reikėtų skaityti sekančiai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai (specifikacija)</b>	<b>Reikalaujamos parametru reikšmės</b>
17.	Spalva	1. Vonios spalva balta; 2. Išorinių skydų spalva balta.

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.