

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

Tiekėjams

DĖL ATSAKYO Į PAKLAUSIMĄ

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – perkančioji organizacija) viešojo pirkimo „Reagentų ir priemonių, skirtų klinikinių tyrimų atlikimui, kartu su įrangos panauda, pirkimas (AK-20/2024)“, pirkimo Nr. 748484, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), gavusi tiekėjo prašymą patikslinti konkurso pirkimo sąlygas, teikia atsakymą:

Prašymas. „<...> Vadovaudamiesi tarptautinio viešojo pirkimo „Reagentų ir priemonių, skirtų klinikinių tyrimų atlikimui, kartu su įrangos panauda, pirkimas (AK-20/2024)“, 1 pirkimo dalyje „Reagentai ir priemonės, skirtos bendro kraujo hematologiniams tyrimams atlikti automatiniais hematologiniais analizatoriais“, prašome patikslinti techninės specifikacijos 4 punktą „Mėginio kiekis“, kuriame reikalaujama: „Ne daugiau kaip 15 µl veninio ar kapiliarinio kraujo.“ Mūsų siūlomas analizatorius naudoja 15,6 µl mėginio. Siekdami užtikrinti platesnę konkurenciją bei racionaliai išnaudoti pirkimui skirtas lėšas, prašome padidinti šį parametą iki 15,6 µl. Prašymą grindžiame šiais argumentais:

1. Skirtumas tarp 15 µl ir 15,6 µl mėginio kiekio yra nereikšmingas tiek medicinine, tiek technologine prasme. Jis neįtakoja tyrimo rezultatų kokybės ar patikimumo.

2. Hematologiniuose tyrimuose 15,6 µl mėginio yra itin mažas kiekis, kuris vis dar atitinka mikro mėginių tyrimo standartus.

3. 15,6 µl kiekis yra pilnai tinkamas kapiliarinio kraujo tyrimui, todėl analizatorius yra visiškai tinkamas reikalaujamiems tyrimams atlikti.

4. Nedidelė mėginio kiekio korekcija leistų dalyvauti daugiau tiekėjų, pasiūlant kokybiškus, technologiškai pažangius sprendimus, kas užtikrintų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad šiuo metu rinkoje yra bent trys, tokį reikalavimą atitinkantys panašios klasės hematologiniai bendro kraujo analizatoriai, naudojamti tyrimui 15 µl ir mažiau kapiliarinio arba veninio kraujo, kas leidžia užtikrinti konkurenciją. Specifikacijoje nurodyto mėginio tūrio net ir minimali korekcija sukels precedentą naujoms tiekėjų pretenzijoms keisti specifikaciją. Komisija nemato būtinumo keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „ne daugiau kaip 15 µl veninio ar kapiliarinio kraujo“ į „ne daugiau kaip 15,6 µl veninio ar kapiliarinio kraujo.“

Komisijos pirmininkė

Rosita Marija Balčienė