



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 5 80 35, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2025-12- Nr. 1- SD-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DALYVIŲ KLAUSIMŲ, PRETENZIJOS IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija, atliekanti skelbiamą apklausą dėl Otorinolaringologo darbo vietos įrangos įsigijimo Nr. 5512017, paskelbtą 2025 m. lapkričio 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, gavusi viešojo pirkimo dalyvių klausimus ir pretenziją, teikia atsakymus:

1. Klausimas: „Integruotas realaus laiko parodymų ekranas“ – prašome keisti į šią formuluotę:

"Spalvotas integruotas liečiamas ekranas" - tai leidžia intuityviai ir greitai valdyti funkcijas, ypač kai tyrimai atliekami tiesiogiai prie paciento lovos ar kabinetuose su dideliu pacientų srautu. Liečiamas ekranas suteikia galimybę lengvai koreguoti parametrus, o spalvotas ekranas aiškiau pateikia grafinius duomenis, pvz., tympanogramas, todėl pagerėja duomenų interpretacija. Be to, šiam tyrimui itin svarbu spalvų perteikimas, nes dešinė ir kairė ausys tyrime yra žymimos atitinkamai raudona ir mėlyna spalva.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

2. Klausimas: Signalo intensyvumas – 69 dB plus /minus 1dB“ – prašome plėsti diapazoną: Didesnis signalo intensyvumas yra reikalingas pacientams su stipriu klausos praradimu ar esant didesniai triukšmo fonui – tai užtikrina kokybišką tyrimą. Mažesnio intensyvumo įranga tokių pacientų gali neištirti tinkamai. Be to, pakeitus reikalavimą sekančiai: „Ne mažiau kaip 69 dB“ sudaro galimybę dalyvauti daugiau tiekėjų, nes ši reikšmė yra techniškai prieinama keliems gamintojams.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

3. Klausimas: „Tyrimo tūrio ribos – ne blogesnės kaip 0.1–8.0 ml“ – prašome pakeisti: Prašome išplėsti matavimo tūrio ribas iki 0,2–8,0 ml, siekiant užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją. Toks reikalavimas leistų dalyvauti daugiau gamintojų. Svarbu pažymėti, kad skirtumas tarp 0,2 ml ir 0,1 ml neturi esminės įtakos tyrimo rezultatų kokybei ar klinikinei vertei.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

4. Klausimas: „Tyrimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 sek.“ – prašome išplėsti: Per griežta trukmė riboja gamintojų skaičių. Praktikoje, skirtingi tyrimo režimai (pvz., vaikams ar jautriems pacientams) gali reikalauti ir lėtesnio tyrimo. Siūlome formuluotę: „tyrimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 sek. plus/minus 3 sek.“, kas užtikrintų platesnį prietaisų pasirinkimą.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

5. Klausimas: „Jautrumo nustatymas – automatinis ir rankinis“ – prašome šalinti: Gamykliniuose aprašymuose gamintojai dažnai nenurodo tokios funkcijos tiesiogiai. Nemažai rinkos prietaisų turi tik automatinį nustatymą, kuris pilnai atitinka klinikinius poreikius. Norint neriboti tiekėjų skaičiaus, siūlome šį reikalavimą pašalinti.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

6. Klausimas: „Keičiamas ličio jonų akumuliatorius - 2 vnt“ – siūlome keisti į: „Ličio jonų akumuliatorius“: Reikalavimas dėl „keičiamo“ ličio jonų akumuliatoriaus yra perteklinis ir riboja konkurenciją, nes kai kurių gamintojų prietaisai turi integruotą ličio jonų akumuliatorių, kuris yra pakraunamas, bet nenumatytas lengvas keitimas vartotojo lygiu. Palikus bendresnę formuluotę „Ličio jonų akumuliatorius - ne mažiau 1 vnt.“, būtų užtikrinta platesnė konkurencija ir galimybė siūlyti rinkoje esančius sprendimus, atitinkančius klinikinius reikalavimus. Be to, specifikacijoje yra reikalavimas "Pakrovimo bazė", todėl reikalavimas turėti 2 vnt. akumuliatorius yra perteklinis. Su pakrovimo baze timpanometras visuomet bus paruoštas darbui.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

7. Klausimas: Reikalavimą dėl „nerūdijančio plieno briaunų“ pašalinti. Nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo. Techninės specifikacijos reikalavimas įtvirtina konkrečią konstrukcinę detalę – „nerūdijančio plieno briaunas“, – o ne funkcinį rezultatą (atsparumą susidėvėjimui, higieniškumą). Rinkoje yra darbo vietų, kurių stalviršiai ar korpusas visas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito atsparaus paviršiaus ir dėl to papildomos briaunos neturi jokios esminės praktinės ar higieninės pridėtinės vertės. Toks reikalavimas nėra būtinas Pirkimo tikslui – užtikrinti ilgalaikį, saugų ir higienišką šio tipo įrangos naudojimą – pasiekti. Jis labiau apibūdina konkretų konstrukcinį sprendimą, būdingą tam tikrų gamintojų modeliams, todėl riboja konkurenciją ir gali būti vertinamas kaip sąlygų pritaikymas konkrečiam gaminiui. Tai pažeidžia VPĮ 17 ir 37 straipsnius.

Teikiame atsakymą: papildome techninės charakteristikos 1 punktą „arba kito atsparaus paviršiaus, užtikrinančio ilgalaikį, saugų ir higienišką šio tipo įrangos naudojimą“. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

8. Klausimas: Reikalavimą „oro srautas ne mažiau kaip 57 l/min“ pakeisti į: „Oro srauto pratekėjimas – ne mažiau kaip 55 l/min.“ Nustatytas minimalus oro srauto dydis 57 l/min yra itin specifinis ir faktiškai eliminuoja įrangą, kurios oro srautas, pavyzdžiui, yra 55 l/min. Toks 2 l/min skirtumas praktiniu požiūriu nesudaro esminio efektyvumo ar saugumo pranašumo, tačiau ženkliai sumažina potencialių tiekėjų ratą. Proporcingumo požiūriu Perkančioji turėtų pagrįsti, kodėl būtent 57 l/min yra objektyviai būtina riba, o, pavyzdžiui, 55 l/min – nepakankama. Jeigu tokio pagrindimo nėra, reikalavimas laikytinas pertekliniu ir ribojančiu konkurenciją – pažeidžiančiu VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintus principus.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

9. Klausimas: Reikalavimą „vakuuminės siurbimo sistemos autoklavuojamas adapteris“ pakeisti į: „Vakuuminės siurbimo sistemos adapteris turi būti dezinfekuojamas (autoklavuojamas ir/arba cheminiu būdu pagal gamintojo instrukcijas). Reikalavimas, kad adapteris būtinai būtų autoklavuojamas, dirbtinai apriboja lygiaverčius sprendinius, kai infekcijų kontrolė užtikrinama patvirtintais cheminės ar termocheminės dezinfekcijos metodais, atitinkančiais gamintojo instrukcijas ir galiojančius higienos reikalavimus. Esminis, su Pirkimo tikslu susijęs kriterijus yra adapterio saugus ir efektyvus dezinfekavimas, o ne vienas konkretus dezinfekavimo metodas. Tokia formuluotė, kokia yra dabar, eliminuoja įrangą, kurios komponentai yra pilnai dezinfekuojami, bet konstrukciškai neskirti autoklavavimui, ir todėl yra neproporcinga bei ribojanti konkurenciją.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

10. Klausimas: Reikalavimą „talpa sekretui/išskyroms – autoklavuojama“ pakeisti į: „Talpa sekretui/išskyroms turi būti pritaikyta pakartotiniam naudojimui ir dezinfekuojama (autoklavuojama ir/arba cheminiu būdu pagal gamintojo instrukcijas)“. Analogiški argumentai taikomi ir sekretų/išskyrų talpai. Svarbus yra saugus ir gamintojo nurodytus reikalavimus atitinkantis dezinfekavimas. Tiek autoklavavimas, tiek cheminė dezinfekcija (naudojant atitinkamas priemones ir metodus) gali pilnai užtikrinti infekcijų kontrolę. Reikalavimas būtinai autoklavuoti talpą nėra vienintelis racionalus būdas užtikrinti higieną, todėl tokia specifikacija nepagrįstai atmets technologiskai lygiaverčius sprendinius ir riboja konkurenciją, pažeisdama proporcingumo principą.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

11. Klausimas: Oro kompresoriaus slėgio reikalavimą pakeisti iš „0,1–3,5 bar“ į funkcinio požiūriu pakankamą intervalą: „Oro kompresoriaus slėgis turi būti reguliuojamas nesiauresnėse kaip 0,1 - 2 bar“. Oro kompresorius: reguliuojamas slėgis 0,1–3,5 bar. Nustatytas konkretus viršutinis slėgio dydis (3,5 bar) neatspindi funkcinio poreikio – klinikinė praktika reikalauja pakankamo ir saugaus slėgio darbo priemonėms, tačiau neįrodo, kad būtent 3,5 bar yra objektyviai pagrįsta minimaliai reikalinga riba. Reikalavimas „ne mažiau kaip 3,5 bar“ gali eliminuoti įrangą, kurios maksimalus slėgis yra, pavyzdžiui, 2 bar, nors praktiškai tai gali visiškai užtikrinti reikalingas procedūras. Tokiu atveju kyla abejonių, ar šis parametras nėra labiau susijęs su konkrečiu gamintojo techniniais sprendimais, o ne su tikruoju Perkančiosios poreikiu, ir ar nėra pažeidžiamas VPI 37 straipsnyje įtvirtintas proporcingumo reikalavimas.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

12. Klausimas: Reikalavimą dėl atskiro slėgio ribotuvo išbraukti arba suformuluoti taip, kad būtų vertinamas atitikimas saugos standartams, o ne konkretus konstrukcinis elementas: „Oro kompresorius turi atitikti taikomus saugos standartus ir turėti gamintojo numatytas priemones, apsaugančias nuo perteklinio slėgio. Papildomas atskiras reikalavimas slėgio ribotuvui yra perteklinis, jeigu kompresoriaus konstrukcija ir taip atitinka saugumo standartus, o slėgio intervalas yra technologiskai ribotas gamintojo. Jeigu Perkančioji neįrodo konkrečios rizikos, kurią galėtų pašalinti tik atskiras slėgio ribotuvas (ir kurios nepašalina kiti saugos elementai ar konstrukciniai sprendimai), šis reikalavimas nepagrįstai susiaurina tiekėjų ratą ir galimai atitinka tik tam tikrų gamintojų konstrukcijas. Tai vertintina kaip neproporcinga ir ribojanti konkurenciją.

Teikiame atsakymą: papildome techninės charakteristikos 2.2.1. punktą „arba gamintojo numatytos priemonės, apsaugančias nuo perteklinio slėgio, atitinkančios taikomus saugos standartus“. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

13. Klausimas: Reikalavimą dėl šviesos intensyvumo reguliavimo pakeisti į: „Šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas taip, kad būtų galima pritaikyti apšvietimą pagal klinikinius poreikius – leidžiant valdyti bent vieną šviesos šaltinį arba šaltinių grupę.“ Reikalavimas, kad šviesos intensyvumas būtų reguliuojamas kiekvienam šviesos šaltiniui atskirai, nėra vienintelis būdas pasiekti reikiamą klinikinę funkciją – užtikrinti pakankamą ir reguliuojamą apšvietimą darbo lauke. Praktikoje plačiai naudojami šviesos sprendimai, kai keli kanalai valdomi kartu arba pasirenkama, ar naudoti vieną, ar abu kanalus, palaikant vienodą intensyvumą. Tokia sistema yra funkcionali lygiavertė Perkančiosios tikslui, tačiau dabartinė formuluotė dirbtinai eliminuoja šiuos sprendimus ir riboja konkurenciją.

Teikiame atsakymą: papildome techninės charakteristikos 2.3.1. punktą „arba lygiavertis užtikrinantis pakankamą ir reguliuojamą apšvietimą darbo lauke“. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

14. Klausimas: Reikalavimą dėl atlošo pasvirimo kampo iš „ne mažiau kaip 70°“ pakeisti į: „Paciento kėdės atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga – ne mažiau kaip 65°.“ Paciento kėdės atlošo pasvirimo kampas – ne mažiau kaip 70°. Nustatytas minimalus 70° atlošo pasvirimo kampas

yra labai konkretus parametrinis slenkstis. Klinikinė praktika reikalauja, kad kėdės atlošas leistų pacientą tiek paguldyti, tiek pasodinti beveik vertikaliai, tačiau nėra pagrįsta, kodėl 65° pasvirimo kampas šio tikslo neužtikrintų. 5° skirtumas praktiškai nesukuria esminio funkcionalumo ar saugumo pranašumo, tačiau riboja gamintojų, kurių įranga turi 65° kampą, dalyvavimą. Tokiu būdu gali būti sudaromos sąlygos rinkoje palankesnės tam tikram gamintojui, kas nesuderinama su VPI 17 straipsnyje įtvirtintu nediskriminavimo principu.

Teikiame atsakymą: atsižvelgta į pastabas. Pridedama pakoreguota Techninė charakteristika, Priedas Nr. 1.

Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus techninėje charakteristikoje, viešojo pirkimo komisija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gruodžio 9 d. 9:00 val.

PRIDEDAMA: Techninė charakteristika otorinolaringologo darbo vietai (atnaujinta versija 2025-12-01).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Žydrė Zlatkuvienė

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA OTORINOLARINGOLOGO DARBO VIETAI

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.

Viena iš būtinų įsigyti prekių – **otorinolaringologo darbo vieta** (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 5 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama:– **otorinolaringologo darbo vieta**, 1 komplektas.


Parametrai, komplektacija	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1. Įranga LOR gydytojo darbo vietai įrengti	- visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietas; - sistemos gylis ne daugiau 700mm, ilgis ne daugiau 1000 mm, aukštis ne daugiau 1500 mm; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo arba kito atsparaus paviršiaus, užtikrinančio ilgalaikį, saugų ir higienišką šio tipo įrangos naudojimą.
2.Pagrindinis modulis	- siurblys įmontuotas į darbo vietą - suspausto oro sistema - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis - lentyna skirta instrumentams pasidėti - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;
2.1. Siurbimo sistema:	
2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema	- oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min; - vakuumas ne mažiau -91kPa - vakuumo reguliatorius; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas - darbo režimas nepertraukiamas (darbo trukmė neribojama) - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą;

	- dviguba skysčio išbėgimo kontrolė - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - autoklavuojamas adapteris - vakuuminės siurbimo sistemos adapteris turi būti dezinfekuojamas: autoklavuojamas ir/arba cheminiu būdu apnuošiamas pagal gamintojo instrukcijas
2.1.2. talpa sekretui/išskyroms	- talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - apsauga nuo perpildymo; - autoklavuojama - turi būti pritaikyta pakartotiniam naudojimui ir dezinfekuojama: autoklavuojama ir/arba cheminiu būdu paruošiama pagal gamintojo instrukcijas
2.2. Suspausto oro sistema	
2.2.1. Oro kompresorius	- reguliuojamas slėgis nesiauresnėse kaip 0,1 - 2 bar ribose; - slėgio ribotuvas arba gamintojo numatytos priemonės, apsaugančias nuo perteklinio slėgio, atitinkančios taikomus saugos standartus; - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer'io antgaliais - chromuota, metalinė rankena
2.2.2. Medikamentų buteliukai	- 3 buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų - keičiamos kaniulės
2.3. Darbo vietos apšvietimas	
2.3.1. Integruoti į pagrindinį modulį šviesos šaltiniai	- ne mažiau dviejų atskirų šviesos šaltinių - šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui arba lygiavertis užtikrinantis pakankamą ir reguliuojamą apšvietimą darbo lauke; - ne mažiau dviejų šviesos indikatorių
3. Lankstus endoskopas	- distalinio galo skersmuo: $3,2 \pm 0,3$ mm; - darbinis ilgis: $310\text{mm} \pm 30\text{mm}$; - matymo kampas: $0^\circ \pm 5^\circ$; - fokusavimo reguliavimas; - užlenkimo kampas: $140^\circ \pm 10^\circ$; - šviesolaidis;
4. Nešiojamas timpanometras su pakrovimo baze ir bevieliu spausdintu	- Integruotas realaus laiko parodymų - Spalvotas integruotas liečiamas ekranas - Signalo dažnis $226\text{ Hz} \pm 10\text{ Hz}$ - Signalo intensyvumas $69\text{ dB} \pm 1\text{ dB}$ Ne mažiau kaip 69 dB - Slėgio ribos ne blogiau kaip nuo +200 iki – 400 dPa - Tūrio ribos ne blogiau kaip nuo 0,1 ml iki 8,0 ml 0,2–8,0 ml - Tyrimo laikas ne ilgiau 5s plus/minus 3 sek. - Reflekso tyrimas - Tyrimų dažniai 500, 1000, 2000, 4000 Hz; - Tyrimo metodas - Ipsi - Jautrumo nustatymas automatinis ir rankinis - Keičiamas Ličio jonų akumuliatorius 2 vnt. - Ličio jonų akumuliatorius - ne mažiau 1 vnt

	- Pakrovimo bazė - Terminis popierius x 1 rit. – Būtina - Vienkartinių ausų kištukų komplektas - Zondo valymo šepetėlis – Būtina - Bevielės spausdintuvas
5. Frenzel akiniai	- su apšvietimu - laikiklis baterijoms
6. Kamertonas	- 128 Hz
7. Pneumo otoskopas	- įkraunama rankena - LED apšvietimas - pakrovėjas
8. Paciento kėdė	- elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ne mažiau 450mm; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimo, priartinant prie/atitolinant nuo atlošo, eiga ne mažiau 100mm; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ne mažiau 65°; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda;
9. Gydytojo kėdė	- turi būti ant ratukų; - aukščio reguliavimas; - su nugaros atlošu;
10. Bendrieji reikalavimai	
10.1. Garantija	- ne mažiau 24 mėnesių
10.2. Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus	- tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga
10.3. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą inžinierių aptarnauti įrangą	- būtina, pateikti sertifikatą
10.4. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis	- pristatoma kartu su įranga

Parengė:

L.e.p. Bendrojo ir aptarnaujančio, ūkio skyriaus vedėja



Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė



Vida Meliūkštienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo dalyvių klausimų ir atsakymų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-01 Nr. 1-SD-3778 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrė Zlatkuvienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-01 16:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-23 14:25 - 2027-11-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-01 16:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-01 16:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Techninė charakteristika (atnaujinta versija 2025-12-01).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-01 nuorašą suformavo Žydrė Zlatkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-01 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“