IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„LOR OPERACINIS MIKROSKOPAS"
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***LOR operacinio mikroskopo*** pirkimo (**Nr. 271472**).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

4.	Atstumas nuo mikroskopo „galvos" iki grindų	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 747–1560 mm	Prašome, padidinti reikalavimą: Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 700 – 1760 mm ribose, rinkoje yra keli tiekėjai galintys pasiūlyti tokį funkcionalumą
5.	Mikroskopo „galvos" atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies	1. Reguliuojamas; 2. Atstumas, „galvai" esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1600 mm (skaičiuojant nuo mikroskopo stovo centrinės ašies)	Prašome, padidinti reikalavimą: Atstumas, „galvai" esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1630 mm, rinkoje yra keli tiekėjai galintys pasiūlyti tokį funkcionalumą
6.	Spalvoto vaizdo monitorius	1. Ne mažiau kaip 1 spalvotas ekranas, ≥ 24 colių įstrižainės, sumontuotas ant reguliuojamos padėties alkūnės; 2. Ekranas integruotas į mikroskopo stovą, be atskirų mobilių stovų; 3. Valdomas lietimu.	Prašome padidinti reikalavimą: 1.Ne mažiau, kaip 2 spalvoti ekranai integruoti į mikroskopą stovą, bent vienas iš jų sumontuotas ant reguliuojamos padėties alkūnės ir bent vienas iš jų ≥ 24 colių įstrižainės. Rinkoje yra keli tiekėjai galintys pasiūlyti tokį funkcionalumą
7.	Mikroskopo „galvos"	Ne siauresnės kaip nuo +120° iki -30°	

Prašome skirti papildomų egektyvumo balų:

- jeigu vienas iš ekranų yra didesnis nei 26 colių įstrižainės

- Į mikroskopą integruotas liuksometras, kuris realiuoju laiku pateikia objektyvius šviesos duomenis ir taip kontroliuojamas šviesos ryškumo apribojimas

- Siauro apšvietimo sistema – suteikianti koaksialinę šviesą, kad apšviestų šešėlines zonas regėjimo lauke ir išlaikytų gylio suvokimą.

- Galima rankiniu būdu balansuoti mikroskopą, kai neveikia autobalansavimo funkcija.

-Mikroskopo „galvos" pasiekiamas darbinis atstumas, nuo vertikalios centrinės stovo ašies, ne mažesnis nei 1850 mm.

-Galimybė tiek elektroniniu būdu, tiek rankiniu būdu pakeisti naudojamą šviesos šaltinio lempą

-Apšvietimas pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem ≥ 400W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis);

-Atstumas nuo mikroskopo „galvos" iki grindų reguliuojamas platesnėse kaip 700 – 1760 mm ribose

Tiekėjas siūlo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 12 savaičių.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, sprendžia techninės specifikacijos 4, 5, 6 punktų nekeisti, nes reikalavimai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė

specifikacija tiekėjui nedraudžia siūlyti geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, LOR operacinį mikroskopą.

Komisija atsižvelgs į tiekėjo siūlymą pirkimą vykdyti ekonominio naudingumo vertinimo būdu.

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą iki **12 savaičių**.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.