

Pirkimas: Techninių matavimų laboratorijos įranga, ID 5480025

Tiekėjo klausimas (neredaguotas):

Prašome patikslinti techninės specifikacijos 1 punktą - Patikros metodai – ne mažiau kaip pagal Vickersą / mikro-Vickersą / Knoopą / Brineli.

Kiekvienai skalėi reikalingas savo indentorius ir kietumo matavimo rinkinys, pageidautina iš 3 vienetų kiekvienam metodui po vieną. Tačiau nurodytas tik vienas Brinelio indentorius.

Ar reikia ir kitų indentorių? Ar reikia kietumo matavimo priemonių ir kitiems metodams, ar bent vienos Brinelio matavimo priemonės pakanka?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkamas kietumo matavimo prietaisas turi būti tinkamas visų specifikacijoje nurodytų patikros metodų naudojimui. Tačiau šiuo pirkimu Perkančioji organizacija planuoja įsigyti tik specifikacijoje nurodytus indentorius (įspaudiklius). Kilus poreikiui kitus indentorius Perkančioji organizacija įsigis vėliau, kitų pirkimų metu.

Pagarbiai,

Perkančioji organizacija