



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 63 60, (8 37) 32 69 75
faks. (8 37) 32 64 27, el.p. rastine@kaunoklinikos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

Gerbiamas įmonės vadove,

2025-12-10 Nr. VPT-(1.71E)-3864

DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, viešojo pirkimo komisija apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl **2025-12-04** Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Vaizdo teleskopas**“ (**pirkimo Nr. 5733141**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

PRIDEDAMA: Komisijos posėdžio protokolo išrašas, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

D. Žvirblytė, tel. +370 37 703268, el. p. daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt



Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 326768, +370 37 703370
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„VAIZDO TELESKOPAS“ (PIRKIMO NR. 5733141)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-12-04 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Vaizdo teleskopas**“ (pirkimo **Nr. 5733141**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Prašytume patikslinti gydymo įstaigoje naudojamo vaizdo procesoriaus modelį. Pagal oficialią gamintojo vartotojo instrukciją ir katalogą teleskopas yra suderinamas su vaizdo procesoriaus OTV-S190 (TS 12 punkte nurodytas modelis OTV-190, kuris, tikėtina, įrašytas per klaidą).

Taip pat prašytume patikslinti reikalavimą dėl „būtino gamintojo Olympus patvirtinimo“ apie įrangos suderinamumą.

Kadangi mes, kaip oficialus gamintojo atstovas, pateikiame oficialią gamintojo vartotojo instrukciją, kurioje aiškiai nurodyti su teleskopu suderinami įrenginiai, prašytume paaiškinti: „Ar tokiu atveju vis dar būtinas papildomas gamintojo atskiras suderinamumo patvirtinimas?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 12 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

12.	Techninis suderinamumas	Vaizdo teleskopas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Olympus“ vaizdo procesoriaus „ OTV-S190 “ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (<i>būtinai gamintojo „Olympus“ patvirtinimas</i>)
-----	-------------------------	--

Komisija pažymi, kad norint užtikrinti vaizdo teleskopo tinkamumą darbui (suderinamumą) su nurodytais įrenginiais, būtina pateikti gamintojo patvirtinimą.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą techninės specifikacijos patikslinimą, Komisija sprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą, apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.

3. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.