



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

2025-12-11

Nr. 25SR-VPS-5152

Tiekėjams

Pateikta CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKymo Į PAKLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija, PO), vykdydama tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „Sterilizacinės eksploatacinės priemonės (Nr. 10072)“ (CVP IS Nr. 4989373) ir gavusi suinteresuoto dalyvio klausimą atsako į jį.

Dėl 7 p. d.

Klausimas. 1. „7 p.d. Lipni indikatorinė juostelė, skirta sterilizacijai vandens garais. Šioje pirkimo dalyje nurodoma, kad siūlomi indikatoriai turi atitikti EN 867-1 Klasė A / ISO 11140-1 1 klasės reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad standartas EN 867-1 yra oficialiai pakeistas standartu EN ISO 11140-1 ir šiuo metu nebegalioja kaip savarankiškas norminis dokumentas, prašome paaiškinti: Ar laikytina pakankama ir tinkama atitiktis vien standartui ISO 11140-1 (1 klasė), kuris yra aktualus? Jei ne – prašome nurodyti, kokių pagrindų vis dar reikalaujama EN 867-1, kuris yra pakeistas ir nebegalioja.“

Atsakymas. 1. Perkančioji organizacija atsako į paklausimą ir paaiškina, kad atitikimas ISO 11140-1 yra laikytina pakankama atitiktimi. Reikalavimas („Turi atitikti EN 867-1 Klasė A/ISO 11140-1 1-os klasės reikalavimus.“) yra išdėstytas naudojant pasvirąjį brūkšnį („/“), o tai reiškia, kad kiekvienas per pasvirąjį brūkšnį nurodytas variantas turi tą patį galiojimą ir gali būti pasirenkamas kaip tinkama alternatyva kitiems išvardytiems variantams.

Dėl 13 p. d. (1 klausimas)

Klausimas. 2. „13 p.d. Garų vidinis cheminis indikatorius. Atsižvelgdami į pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus dėl vidinių cheminių indikatorių garo sterilizacijai (frakcionuotas vakuumas, 121–134 °C), norėtume pateikti du patikslinamuosius klausimus:

1. Dėl EN 867-1 standarto taikymo.

Specifikacijoje nurodyta, kad indikatoriai turi atitikti ISO 11140-1 ir EN 867-1. Pažymėtina, kad EN 867-1 yra oficialiai pakeistas standartu EN ISO 11140-1, todėl EN 867-1 nebenaudojamas kaip galiojantis norminis dokumentas indikatorių atitikties įrodymui. Prašome paaiškinti, ar pakankama ir tinkama būtų indikatorių atitiktis tik galiojančiam standartui ISO 11140-1 (4 klasė), kuris yra EN 867-1 pakaitinis standartas? Jei ne – prašytume nurodyti pagrindimą, kodėl vis dar būtina remtis nebenaudojamu EN 867-1.“

Atsakymas. 2. Perkančioji organizacija atsako į paklausimą ir paaiškina, kad atitikimas ISO 11140-1 yra laikytina pakankama atitiktimi.

Dėl 29 p. d.

Klausimas. 3. „prašome patikslinti turime omenyje 4 ar 1 klasės vidinius, cheminius indikatorius?“

Atsakymas. 3. Perkančioji organizacija atsako į paklausimą ir paaiškina, kad Perkančioji organizacija TS numachi, kad turi būti vidinis 4 klasės cheminis indikatorius.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Daiva Gerybaitė

Daiva Gerybaitė, tel.0 688 62195