

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININIAI VEŽIMĖLIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-12-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *medicininų vežimėlių* pirkimo (Nr. 271287).

1. Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai medicininio vežimėlio konstrukcijai:	<ol style="list-style-type: none">Vežimėlio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) – atsparus įbrėžimams;Vežimėlio stalviršis pagamintas iš AISI 304 medinės (arba lygiavertės) nerūdijančio plieno su apsauginiu rėmu iš trijų pusių (arba vežimėlio stalviršis paaukštintais kraštais iš trijų pusių), atsparus įbrėžimams bei dezinfekcinėms medžiagoms;Su keturiais 6-12,5 cm ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su fiksuojamais stabdžiais;Vežimėlyje įrengta: ištraukiama lentyna virš stalčių ir 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, pagaminti iš miltelinio būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos).	
2.	Vežimėlio stalčiai	<ol style="list-style-type: none">Su talokopininiais bėgaliais;Su rankenomis, pagamintomis iš aliuminio arba miltelinio būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos);Trijų viršutinių stalčių aukštis 10 ± 1 cm, ketvirto (apatinio) stalčiaus aukštis 30 ± 2 cm;Su stalčių dalytuvais visuose stalčiuose;Stalčių spalva patenka į reikiamą vėlyvą amoną	
3.	Vežimėlio (bazinės konstrukcijos be priedų) išoriniai matmenys	<ol style="list-style-type: none">Plotis 55-60 cm; 55-65 cmGylis 43-50 cm;Aukštis 85-90 cm; 85-92 cm	
4.	Kartu su medicininio vežimėlio komplektuojami priedai:	<ol style="list-style-type: none">Šiukšlių dėžė, ne mažiau kaip 10 litrų talpos, atidaroma keliu – 1 vnt.;Reguliuojamos apimties laikiklis aštrių atliekų talpai – 1 vnt.;Pirštinių dėžučių laikiklis – 1 vnt.	

2. Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas:

Prašome suteikti 14 savaičių pristatymo terminą. Produktai gaminami pagal užsakymą, gamyba įprastai trunka 12 savaičių, dar 2 savaitės reikalingos pristatymui.

Komisija, įvertinus tiekėjų pastabas/siūlymus atsako sekančiai:

Komisija įvertinus tiekėjo pastabas sprendžia medicininio vežimėlio techninės specifikacijos nekeisti, kadangi parengta techninė specifikacija pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytas reikalavimas, kad

vežimėlio stalviršis būtų pagamintas iš AISI 304 (arba lygiavertės) markės nerūdijančio plieno, siekiant įsigyti medicininį vežimėlį, kurio stalviršis būtų atsparus korozijai, įbrėžimams bei dezinfekcinėms medžiagoms.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytas ratukų diametro intervalas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad ratukų dydis turi tiesioginę įtaką vežimėlio manevringumui, stabilumui bei patogumui naudoti vežimėlį skirtingose patalpose. Ratukai, kurių dydis yra 8-12,5 cm užtikrina geresnę pravažumą ir stabilumą.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 2.1 punkte nurodytas reikalavimas, kad medicininio vežimėlio stalčiai būtų su teleskopiniais bėgeliais pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad teleskopiniai bėgeliai leidžia pilnai ištraukti stalčius ir neleidžia jiems iškristi ištraukimo metu.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 2.5 punkte nurodytas reikalavimas, pasirinkti stalčių spalvą užsakymo metu yra reikalingas tam, kad perkančioji organizacija galėtų pasirinkti spalvą, atitinkančią skyriuje turimų vežimėlių spalvą. Esamų vežimėlių prie pacientų lovų spalva yra neutrali, baltai pilkšva, todėl norima įsigyti panašios spalvos medicininius vežimėlius.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 3 punkte nurodyti vežimėlio išoriniai matmenys atsižvelgiant į palatose naudojamų naujagimių inkubatorių matmenis (plotį ir aukštį) bei NITS pacientų lovų išdėstymą, todėl vežimėlio matmenys nebus koreguojami.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodytas reikalavimas šiukšliadėžei pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad reikalinga šiukšlių dėžė, kurios talpa būtų ne mažiau 10 litrų ir būtų atidaroma keliu, užtikrinant personalo higieninius reikalavimus rankoms, dirbant su pacientu.

Komisija sprendžia pratęsti prekių pristatymo terminą iki 14 savaičių.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.