



## KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.  
Tel. (8 37) 30 00 00, faks. (8 37) 32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581.

Pirkimo dalyviams

2025-12-12 Nr. VP-25-714

### ATSAKYMAS Į DALYVIO PRANEŠIMĄ (Pirkimas 5284404)

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau - Perkančioji organizacija) vykdo tarptautines vertes pirkimą atviro konkurso būdu „Aplinkos tyrimų ir analizės įranga“ (toliau - Konkursas arba Pirkimas), pirkimo numeris - 5284404. Pirkimas vykdomas pagal Perkančiosios organizacijos parengtas konkurso sąlygas (toliau - Pirkimo dokumentai) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPD, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teises aktais. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2025 lapkričio 10 d. CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje TED 742447-2025.

Perkančioji organizacija atsako į Dalyvio CVP IS priemonėmis pateikta pranešimą Nr. 430954 „Dėl 13 punkto – „JSON-RPC“ valdymo – lygeverčio sprendimo“, kuriame nurodoma, kad <...> Susipažinę su Jūsų vykdomo viešojo pirkimo dėl hiperspektrinės vidutinių bangų infraraudonųjų spindulių (MWIR) kameros technine specifikacija, atkreipiame dėmesį, kad 13 punkte nurodytas reikalavimas „GigE Vision (Ethernet), GenICam palaikymas, JSON-RPC valdymas.“ Gamintojas patvirtino, kad siūlomas modelis naudoja GigE Vision / GenICam sąsają, tačiau neturi papildomo JSON-RPC protokolo. Šis skirtumas neturi įtakos kameros funkcionalumui ar naudojimo galimybėms, nes:

GigE Vision / GenICam yra tarptautiniu mastu pripažintas standartizuotas pramoninis protokolas, naudojamas daugiau kaip 20 metų vaizdo sistemose;

šis protokolas leidžia pilną nuotolinį kameros valdymą, duomenų perdavimą ir integraciją su visomis GigE Vision suderinamomis programomis;

GenICam XML suteikia atvirą struktūrą, kuri leidžia trečiųjų šalių programinei įrangai pasiekti visus kameros parametrus, todėl JSON-RPC čia nėra būtinas;

JSON-RPC yra ne standartizuotas, o individualiai diegiamas gamintojų, todėl jo nebuvimas neapriboja valdymo funkcijų, o GigE Vision netgi suteikia stabilesnį ir universalesnį integracijos būdą.

Atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas visiškai užtikrina reikalaujamą funkcionalumą, prašome laikyti, kad:

1. Siūlomas modelis atitinka techninės specifikacijos reikalavimo esmę;
2. GigE Vision / GenICam valdymo sąsajos yra lygiavertės JSON-RPC protokolui pirkimo tikslo požiūriu;
3. Todėl tiekėjo pasiūlymas negali būti atmetas remiantis vien šio parametro formuluote.

Atsižvelgdami į tai, kad siūlomas sprendimas užtikrina visą reikalaujamą funkcionalumą ir atitinka techninės specifikacijos esmę, prašome laikyti, kad GigE Vision / GenICam protokolai yra lygiaverčiai JSON-RPC sąsajai.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi Dalyvio CVP IS priemonėmis pateiktą pranešimą Nr. 430954 ir įvertinusi jame pateiktus argumentus dėl 3 pirkimo dalies „Hiperspektrinė vidutinių bangų infraraudonųjų spindulių (MWIR) kamera“ techninės specifikacijos 13 punkte nustatyto reikalavimo „GigE Vision (Ethernet), GenICam palaikymas, JSON-RPC valdymas“, dėkoja už pateiktą informaciją ir paaiškinimus.

Pažymėtina, kad 3 pirkimo dalyje „Hiperspektrinė vidutinių bangų infraraudonųjų spindulių (MWIR) kamera“ techninės specifikacijos reikalavimai buvo suformuluoti atsižvelgiant į vykdomo mokslinio darbo specifiką bei poreikį užtikrinti aukščiausios kokybės tyrimų rezultatus. Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija nenumato keisti pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų, įskaitant privalomą JSON-RPC valdymo sąsajos palaikymą.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo siūlyti prekę, visiškai atitinkančią pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, taip pat ir 13 punkte įtvirtintą parametą. Perkančioji organizacija negali priimti pasiūlymo, neatitinkančio privalomųjų techninių specifikacijų, nes tai būtų vertinama kaip alternatyvus pasiūlymas arba sukeltų Viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimo riziką dėl lygiateisiškumo ir skaidrumo principų nesilaikymo.

Pažymime, kad Perkančioji organizacija neriboja Dalyvio teisės dalyvauti pirkimo procedūrose, tačiau Dalyvio siūloma įranga turi atitikti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisijos narė

Almina Zinevičienė