



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus atviram konkursui „STEAM laboratorijų rinkiniai“	2025-12- I 2025-12-09 2025-12-11	Nr. S- CVP IS Nr. 466178 469111
--	--	---------------------------------------

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID. 5412136)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymą paaiškinti atviro konkurso „STEAM laboratorijų rinkiniai“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2025-11-17 protokolu Nr. VD-25554.

Klausimas 1 (cituojama):

„Patikslinkite IV dalies šias pozicijas:

- 2 poz. butelio plovimo aukštį. Rašoma 270mm, čia su vamzdeliu kartu ar tik pačio butelio? nes jei tik butelio 500ml aukštis 270mm, tai gal klaida?
- 4 poz. kokio dydžio reikalingos pirštinės nitrilinės?
- 6 poz. stovėliai iš kokios medžiagos? buteliukams kokiems? buteliukai reagentams ar buteliukai su pipetėmis? kas turima omenyje?
- 8 poz. kokio dydžio reikalingi chalatai? ir iš kokios medžiagos?
- 21 poz. kokios termometro matavimo ribos ir padalos vertė?“

Atsakymas 1:

Perkančioji organizacija paaiškina:

- 2 pozicijoje plovimo butelio aukštis nurodytas su vamzdeliu.
- 4 pozicijoje reikalingos 240 (+/- 20) mm ilgio nitrilinės pirštinės.
- 6 pozicijoje stovėliai skirti buteliukams su pipetėmis. Stovėlių medžiagiškumas nespacificuojamas – jį tiekėjas pasirenka savo nuožiūra.
- 8 pozicijoje reikalingi M dydžio chalatai. Chalatai medžiagiškumas nespacificuojamas – jį tiekėjas pasirenka savo nuožiūra, tačiau chalatai turi būti skirti laboratorijoms.
- 21 pozicijoje termometro techninės charakteristikos:
- matavimo diapazonas – ne siauresnis nei nuo -5 iki +90 °C;
 - padalos vertė – ne mažesnė kaip 0,1 laipsnio.

Klausimas 2 (cituojama):

„Techninė specifikacija III dalis

17 pozicija.

Reikalavimas, kad tubuso palinkimo kampas 450.

Realiai negali būti palinkimo kampas 450, šiuo atveju turėtų būti 45°. Prašau pakoreguoti į tubuso palinkimo kampas 45°.

Darbinis atstumas: 60 mm. Ar būtų tinkamas darbinis atstumas 57 mm, nes 3 mm skirtumas darbiniam atstumui matomumui įtakos nedaro.

Prašau pakeisti reikalavimą iš 60 mm į ne mažiau kaip 57 mm, kas didina ir konkurencingumą.

Atsakymas 2:

Perkančioji organizacija patikslina, kad Techninės specifikacijos III dalies 17 pozicijoje tubuso palinkimo kampas tikslinamas iš 450 į 45°.

Taip pat informuojame, kad darbinio atstumo reikalavimas (60 mm) nebus keičiamas. Toks parametras pasirinktas siekiant atitikti vyraujančią rinkos praktiką ir užtikrinti suderinamumą su kita perkama įranga, darbo procedūromis ir naudojamais priedais.

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija atsakymus į tiekėjų pateiktus prašymus paaiškinti, patikslinti Konkurso sąlygas pateikė vėliau nei likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo pabaigos pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą.

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – **2025 m. gruodžio 23 d. 10:00 val.**, susipažinimo su pasiūlymais terminas - **2025 m. gruodžio 23 d. 10:30 val.**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aleksandr Liachovič

Originalas nebus siunčiamas.

Justyna Žareiko, tel. 275 5065, el. paštas justyna.zareiko@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID. 5412136)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-16 Nr. S-29709(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 17:32:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-16 17:32:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-13 10:53:10 – 2030-06-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-16 19:33:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-16 19:33:17 DBSIS