



**MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

Tiekėjams

2025-12-

Nr. (22.10Mr)3BE-

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Viešojo pirkimo komisija Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto Panemunės kelio postui, pirkimui organizuoti ir atlikti (toliau – Komisija) informuoja, kad 2025 m. gruodžio 15 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo klausimą dėl Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto Panemunės kelio postui, viešojo pirkimo konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos):

„Prašome patikslinti techninių sąlygų 6.1 punktą: ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 50 mm, tačiau bendras rentgeno spindulių įrenginio ir ritininio stalo ilgis turi būti ne daugiau kaip 2800 mm.

Galbūt turima omenyje 500 mm, kadangi 50 mm yra pernelyg trumpas stalas su 1 ar daugiausiai 2 ritiniais.“

Komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo paklausimą, informuoja, kad Konkurso sąlygų 1 priedo „Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste, techninė specifikacija“ **6.1. punkte padaryta techninė klaida** – „ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 50 mm“, turi būti „ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 500 mm“.

Atsižvelgiant į tai, Konkurso sąlygų 1 priedo „Keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto eksploatuoti Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste, techninė specifikacija“ **6.1. punktas** išdėstomas taip:

„6.1. Rentgeno spindulių įrenginys pateikiamas su vienu ritininiu stalu (pavyzdys paveiksluke), kuris tvirtinamas prie rentgeno spindulių įrenginio išeinančiam iš rentgeno spindulių įrenginio daiktui ant jo laikyti:

- ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 500 mm, tačiau bendras rentgeno spindulių įrenginio ir ritininio stalo ilgis turi būti ne daugiau kaip 2800 mm;
- ritininio stalo plotis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos plotis;
- ritininio stalo aukštis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos aukštis.“

Atitinkamai komisija patikslina Konkurso sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas dėl keleivių bagažo rentgeno spindulių įrenginio, skirto Panemunės kelio postui, viešojo pirkimo“ 5 punkto lentelės 6.1. papunktį, jį išdėstydamą taip:

6.1	Rentgeno spindulių įrenginys pateikiamas su vienu ritininiu stalu (pavyzdys paveiksluke), kuris tvirtinamas prie rentgeno spindulių įrenginio išeinančiam iš rentgeno spindulių įrenginio daiktui ant jo laikyti: <ul style="list-style-type: none"> — ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 500 mm, tačiau bendras rentgeno spindulių įrenginio ir ritininio stalo ilgis turi būti ne daugiau kaip 2800 mm; 	(Nurodyti)
-----	--	------------

	<ul style="list-style-type: none">— ritinio stalo plotis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos plotis;— ritinio stalo aukštis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos aukštis.	
--	---	--

Komisijos pirmininkė

Dovilė Kraulaidienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsakymas į paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-22 Nr. (22.10 Mr)3BE-7520
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Kraulaidienė, Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ KRAULAIIDIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 08:24:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-22 08:24:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 15:43:58 – 2027-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-22 09:04:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-22 09:04:09 DBSIS