

IŠRAŠAS IŠ
**VIEŠOJO PIRKIMO VAKUUMO SIURBLIAMS
ĮSIGYTI KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-10-30 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl vakuumo siurblių pirkimo (Nr. 520043).

1. Tiekėjas rašo:

„<...>Techninės specifikacijos projekte nurodyta: "Vakuumo siurbLIAI turi būti suderinami ir be papildomo perdirbimo bei papildomo programavimo tinkami pakeisti esamus senus vakuomo siurblius naujais". Darome prielaidą kad norite ne tik suderinamumo iš valdymo pusės bet ir iš mechaninės pusės (vamzdyno pajungimai ir išdėstymas). Todėl prašome papildyti techninę specifikaciją esamų siurblių modeliu, serijiniu numeriu bei matmenų brėžiniais bei išdėstymu esamame vamzdyne. Taip pat minite kad norite kad siurbLIAI būtų "suderinami ir programuojami SIEMENS valdikliais". Ar jūs norite, kad įtrauktume valdiklius į pasiūlymo apimtį? Ar siurbLIAI turi būti suderinami su esamais valdikliais? Taip pat nurodykite tinkamų valdiklių technines specifikacijas.<...>.

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautą paklausimą informuoja, kad Techninėje specifikacijoje nurodytos būtinos reikalaujamos vakuumo siurblių ir tvirtinimų techninės charakteristikos. Techninėje specifikacijoje neprašoma pateikti valdiklių, o tik dėl informacijos nurodoma kokiais esamais valdikliais yra valdomi esami vakuumo siurbLIAI.

2. Tiekėjas rašo:

„<...>Taip pastabas nurodžiau raudona spalva specifikacijų dokumente ir pasiūliau pakeitimus, kad prekė atitiktų konkurso sąlygas.<...>“.

2. Techniniai reikalavimai.

Eil. Nr.	Reikalaujamos charakteristikos ir techniniai parametrai	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika
7	Svoris: ne daugiau 45 kg	57kg (siūlau praplėsti šio reikalavimo ribas)
8	El. maitinimas: 380 V / 50 Hz	230V/50Hz
9	Vakuomo siurblio gabaritai: 550x340x270 mm (+/-10%)	620x356x263mm (siūlau praplėsti šio reikalavimo ribas)
10	Tvirtinimo vietų išmatavimai: 225x280 mm (+/-3 mm)	170 ir 406 mm tvirtinimo vietų išmatavimai vienoje pusėje.

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautus pastebėjimus informuoja, kad Perkančioji organizacija negali keisti jūsų prašomų techninės specifikacijos charakteristikų, nes nurodytos charakteristikos būtinos atnaujinant esamą vakuumo stočių įrangą.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.