

Dėl supaprastinto viešojo pirkimo „Odontologiniai instrumentai (11275)“, vykdomo atviro konkurso būdu, CVP IS Nr. 5849305, pirkimo dokumentų paaiškinimo:

1.	Tiekėjo CVP IS priemonėmis 2025-12-30 12:14 val. pateiktas prašymas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (tekstas netaisytas):	Perkančiosios organizacijos atsakymas:
1.1.	<i>„<...> ar "5.1.Endodontinės chirurgijos rinkinys" ir "5.2.Mikro veidrodėlių rinkinys" yra reikalingi sterilizavimo dėklai? Nes techninėje specifikacijoje jie nėra nurodyti, tačiau gamintojas šiuos rinkinius parduoda su sterilizavimo dėklais, kaip rinkinio dalimi.“.</i>	Atsakydami dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) 5 pirkimo dalies „Endodontinės chirurgijos rinkinys“ 5.1 ir 5.2 punktų, paaiškiname, kad: - pagal techninės specifikacijos 5.1 punktą endodontinės chirurgijos rinkinį sudaro: retrogradiniai kimštukai, plombavimo instrumentai, poliruoto plieno retrogradiniai veidrodėliai (2 mm, 3 mm, 4 mm) ir Lee* blokelis, kuris yra darbo organizavimo ir instrumentų laikymo priemonė procedūros metu; - pagal techninę specifikaciją 5.2 punkte nurodytos veidrodėlių charakteristikos (retrogradiniai poliruoto plieno veidrodėliai, 2 mm, 3 mm, 4 mm). Visi minėti instrumentai ir priemonės yra daugkartinio naudojimo ir privalo būti valomi, dezinfekuojami ir sterilizuojami pagal gydymo įstaigos procedūras bei gamintojo instrukcijas prieš pirmą ir kiekvieną naudojimą. Sterilizacija vykdoma autoklave ar kitu patvirtintu būdu, o instrumentai laikomi sterilūs atitinkamoje sterilizavimo pakuotėje. Sterilizavimo dėklai nėra privaloma komplektacijos dalis, jie gali būti siūlomi kaip papildoma opcija, tačiau jų pateikimas nėra reikalaujamas pagal techninę specifikaciją.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pirkime pratęstas iki 2026-01-12 10.00 val.