

Chirurginiai siūlai, kabutės ir tinkleliai

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 24 mėn.
1	Nesirezorbuojantis polipropileno arba lygiavertės medžiagos trijų matmenų skirtingų pusių tinklelis 10 x 15 ± 1 cm	Sterilus, pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Išgaubtas, lęšio formos, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. Tinklelio kraštas standus per visą tinklelio perimetrą, turi išlaikyti savo formą praves tas per troakarą. Turi turėti medialinės pusės markerį. Tinklelio tankis $40 \text{ g/m}^2 \pm 3 \text{ g/m}^2$. Tinklelis nefiksuojamas, skirtingų pusių (dešinėsios, kairiosios).	vnt.	600
2	Nesirezorbuojantis tinklelis 15x20 ± 1cm	Sterilus, pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ar poliestero, ar PVDF, ar lygiavertės medžiagos ir medžiagos, kuri nesudaro sąaugų, tinkamas fiksuoti ant pasieninės pilvaplėvės ir galintis kontaktuoti su vidaus organais. Porų dydis 2,4 mm x 2,0 mm (±0,2 mm), lengvo ar standartinio svorio 35-80 g/m ² .	vnt.	50
3	5mm skersmens išvaržų tinklelių fiksatoriai	Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, 5 mm skersmens, su 30 ± 1 vnt. titaninių ar lygiavertės medžiagos sraigtukų. Sraigtuko skersmuo 4,0±0,2 mm, ilgis 3,7±2 mm. Sraigtuko vielos skersmuo 0,65±0,01 mm. Esant poreikiui, instrumento distalinis galas leidžia išsukti neteisingai prisifiksavusį sraigą. Instrumento darbinės dalies ilgis 35±0,5cm.	vnt.	140
4	Polimerinės arba lygiavertės kabutės XL dydžio	Polimerinės arba lygiavertės užrakinamos, nesirezorbuojančios kabutės. Suspaudus klipatorių, vieno klipo kojelė užsirakina už kabliuko, esančio kitos kojelės gale. Vidinis paviršius su pakeltais danteliais išdėstytais priešpriešais ir pasvirusius į išorę suimamam audiniui dėl ko klipas neslysta suimamu audiniu. Tinkamos 7-16 mm ± 2mm dydžio audiniams užspausti. Rentgeno spinduliams pralaidžios. Steriliai supakuotos kasetėje po 5± 1 vnt. Kasetė spalviškai koduota pagal dydį. Tiekėjas panaudai turi pateikti ne mažiau kaip 5 vnt. kabučių uždėjimui tinkančius to paties gamintojo laparoskopinius klipatorius; klipatoriai pateikiami laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos įsigytos kabutės. Klipatorius turi būti tinkamas darbui su 10 mm trokaru.	kasetė	2000

5	Polimerinės arba lygiavertės kabutės ML dydžio	Polimerinės arba lygiavertės užrakinamos, nesirezorbuojančios kabutės. Suspaudus klipatorių, vieno klipo kojelė užsirakina už kabliuko, esančio kitos kojelės gale. Vidinis paviršius su pakeltais danteliais išdėstytais priešpriešais ir pasvirusius į išorę suimamam audiniui dėl ko klipas neslysta suimamu audiniu. Tinkamos 3-10 mm ± 2mm dydžio audiniams užspausti. Rentgeno spinduliams pralaidžios. Steriliai supakuotos kasetėje po 5± 1 vnt. Kasetė spalviškai koduota pagal dydį. Tiekėjas panaudai turi pateikti ne mažiau kaip 5 vnt. kabučių uždėjimui tinkančius to paties gamintojo laparoskopinius klipatorius; klipatoriai pateikiami laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos įsigytos kabutės. Klipatorius turi būti tinkamas darbui su 10 mm trokaru.	kasetė	300
6	Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas	Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas (siūlo storis - 1, siūlo ilgis 90±1 cm, adatos ilgis 48±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - buka, apsauganti nuo atsitiktinio įsidūrimo).	vnt.	36

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklą (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.