

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„TVARSLIAVA“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
(PIRKIMO NR. 6017982)

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo ir pirkimo procedūrų nukėlimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas ir pirkimo procedūrų nukėlimas.

2026-01-12 gautas tiekėjo paklausimas dėl 2025-12-31 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Tvarsliava“ (pirkimo Nr. 6017982) pirkimo dalies Nr. 4. „Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$ “ techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime nurodo:

„pastebėjome 4 dalies specifikacijoje klaidą. Pavadinime rašoma, kad tvarsčio dydis $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$, o aprašyme rašoma, kad tvarsčio dydis $15 \pm 0,5$ cm x $15 \pm 0,5$ cm. Nėra aišku kokį dydį nori įsigyti perkančioji organizacija.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau-komisija) pakartotinai peržiūrėjusi techninę specifikaciją pirkimo daliai Nr. 4 „Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$ “ sprendžia tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš " dydis: $15 \pm 0,5$ cm x $15 \pm 0,5$ cm; " į reikalavimą " dydis: $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$ cm; ".

Techninę specifikaciją skaityti taip:

4. Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- dydis: $10 \pm 0,5$ cm x $10 \pm 0,5$ cm;
- be latekso;
- sudėtis trisluoksnė:
 - pusiau laidus poliuretano ar lygiavertė plėvelė;
 - putų poliuretano ar lygiavertis sluoksnis ($2\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$);
 - hidrokoloido ar lygiavertis sluoksnis ($0,5\text{ mm} \pm 0,2\text{ mm}$);
- skirtas mažai eksuduojančioms žaizdoms;
- lankstus, nepralaidus vandeniui ir bakterijoms;
- su lipniais kraštais;
- absorbcija ne mažiau kaip 2,0 g/g;
- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip $2,0\text{ g}/10\text{ cm}^2/24\text{ h}$ (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 800 vnt.

Taip pat, komisija priima sprendimą nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Tvarsliava“ (pirkimo numeris 6017982) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. sausio 23 d. 10:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2026 m. sausio 23 d. 11:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2026 m. sausio 23 d.** intervale nuo 10:30 val. iki 11:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 4.
2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais posėdžio datą.
3. Apie komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.