

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2024-12-16 gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2024-12-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 352988) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymą:

Nr. 4. Transanalinė prieigos platforma.

Su ~~2 vnt.~~ (pakeisti į 1 vnt.) insufliacijos stabilizavimo maišeliu;

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) pakartotinai peržiūrėjusi techninę specifikaciją pirkimo daliai **Nr. 4. „Transanalinė prieigos platforma“** sprendžia panaikinti techninės specifikacijos reikalavimą „su 2 vnt. insufliacijos stabilizavimo maišeliu“. Panaikinus šį punktą, tikimasi suteikti daugiau galimybių tiekėjams dalyvauti konkurse, o tai prisidės prie sąžiningos ir atviros konkurencijos užtikrinimo.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

4. Transanalinė prieigos platforma:

- sterili (simbolis ant pakuotės);
- komplektą sudaro:
 - 1 vnt. gelio arba lygiavertės medžiagos kepurėlė;
 - 1 vnt. prieigos kanalas ir introduuseris;
 - 3 vnt. $10 \pm 0,01$ mm troakarų kaniulės;
 - 1 vnt. $10 \pm 0,01$ mm oro padavimo maišo (ISB) kaniulė;
 - 1 vnt. $10 \pm 0,01$ mm obturatorius;
- dydis: $4,0 \pm 0,1$ mm;
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Šalinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 4;
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.