

Tiekėjams

2026-01-20 Nr.26SR-VPS-370

(išsiųsta CVP IS priemonėmis)

DĖL PATEIKTOS PRETENZIJOS

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Elektrinės lovos ir funkciniai vežimėliai ligonių transportavimui ir gydymui (ILK) (10666)“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) – Nr. 5345724) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026 m. sausio 12 d. raštu, CVP IS pranešimu gavo tiekėjo Pretenziją dėl 1 Pirkimo objekto dalies (toliau – Pretenzija).

Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi Pretenzijoje pateiktus argumentus, nepraleisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPI) 103 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, priėmė sprendimą **netenkinti tiekėjo pateiktos Pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą**, bei tęsti Pirkimo procedūras.

Žemiau (lentelėje Nr.1) pateikiami Pretenzijos nagrinėjimo argumentai bei paaiškinimai dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų klausimų:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas_siūlymas	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1	6.2 parametras - *	Vežimėlio pločio riba (75–85 cm) nustatyta atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos patalpų infrastruktūrą, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą pacientų transportavimą visose ligoninės patalpose. Pažymėtina, kad dalis Perkančiosios organizacijos durų angų, pagal galiojančius pastatų projektinius sprendinius, yra riboto pločio, todėl platesni nei 85 cm vežimėliai gali nepravažiuoti pro durų angas arba būti naudojami tik su papildomais manevrais. Atkreipiame dėmesį, kad papildomi manevrai didina susidūrimo su durų staktomis, sienomis ar kita įranga riziką ir gali kelti pavojų tiek pacientui, tiek personalui, taip pat riboti vežimėlio praktinį panaudojimą kasdienėje klinikinėje veikloje. Pažymime, kad paciento gulėjimo komfortas ir saugumas užtikrinami ne vien vežimėlio išoriniais gabaritais. Todėl siūlymas didinti vežimėlio išorinį plotį iki * cm nėra būtinas pirkimo tikslui

		pasiekti.
2	8.2 parametras - *	Reikalavimas, kad stabdžių valdymo svirtys būtų sumontuotos visose keturiuose vežimėlio pusėse, nustatytas siekiant užtikrinti operatyvų stabdžių valdymą nepriklausomai nuo personalo darbo pozicijos (ypač siaurose patalpose ar skubios pagalbos skyriuose/situacijose). Formuliuotė „*“ neužtikrina lygiaverčio ir patogaus valdymo iš bet kurios vežimėlio pusės, todėl tiekėjo siūlomas pakeitimas nelaikomas lygiaverčiu.
3	10.2 parametras - *	Numatytas reikalavimas suformuotas siekiant užtikrinti abipusį, ergonomišką ir intuityvų valdymą , suteikiant galimybę personalui reguliuoti nugaros sekcijos padėtį tiek iš kairės, tiek iš dešinės vežimėlio pusės, nepriklausomai nuo darbo pozicijos. Tiekėjo siūlomas sprendimas – * – nelaikomas lygiaverčiu, kadangi neatitinka numatytos valdymo taškų lokalizacijos, riboja valdymo prieinamumą iš abiejų pusių ir gali apsunkinti saugų bei operatyvų įrangos naudojimą klinikinėje praktikoje.
4	11.1 parametras - *	Reikalavimai numatytiems 11.1 ir 11.2 punktams nustatyti atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos praktinius poreikius, siekiant užtikrinti paciento saugumą bei tinkamas darbo sąlygas. Nustatytos ribos leidžia užtikrinti saugų paciento transportavimą, kartu neapribojant personalo galimybes patogiai ir saugiai atlikti slaugos, perkėlimo bei kitas, su paciento priežiūra, susijusias procedūras.
5	11.2 parametras - *	Porankių ilgio didinimas virš nustatytos ribos gali riboti prieigą prie paciento ir apsunkinti šoninius perkėlimus, ypač riboto ploto patalpose, o porankių aukščio mažinimas žemiau nustatytos ribos neužtikrintų pakankamo paciento saugumo. Atsižvelgiant į tai, tiekėjo siūlymai keisti minėtus techninės specifikacijos parametrus nelaikytini pagrįstais ir netenkina Perkančiosios organizacijos nustatytų poreikių.
6	11.4 parametras - *	Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad rankenos turi būti sumontuotos prie čiužinio platformos ne mažiau dviejose vietose iš abiejų vežimėlio pusių. Tai reiškia, kad kiekvienoje vežimėlio pusėje turi būti ne mažiau kaip du valdymo taškai, užtikrinant patogų naudojimą tiek galvūgalio, tiek kojūgalio zonoje.

7	13 parametras - *	Techninėje specifikacijoje numatytas minimalus reikalavimas – <i>ne mažiau kaip +12°/-12°</i> . Tiekėjas gali siūlyti vežimėlį su didesne reguliavimo amplitude, jeigu tai neblogina kitų reikalaujamų savybių. Todėl nėra pagrindo didinti minimalaus reikalavimo iki *
8	17.5 parametras - *	Numatytas reikalavimas apibrėžia galimybę, čiužinio užvalkalą, plačiai atsegti aplink čiužinį, sudarant sąlygas jį patogiai ir saugiai nuimti bei uždėti. Toks užtrauktuko atsegimo kampas leidžia atsegti didžiąją dalį čiužinio perimetro, kas yra būtina užtikrinant tinkamą valymą, dezinfekciją ir kasdienę priežiūrą.

Tiekėjo teikiamuose siūlymuose neatsižvelgta į pacientų ir personalo saugos bei praktinio naudojimo reikalavimus, siūlymai orientuoti į alternatyvius technologinius sprendimus, kurie neatitinka Perkančiosios organizacijos numatyto pirkimo objekto funkcinių savybių.

*Tiekėjas nurodė kaip konfidencialia informaciją

Viešųjų pirkimų komisijos narė/sekretorė

Asta Volosevičienė