

Tiekėjams

2026-01-20 Nr.26SR-VPS-372

(išsiųsta CVP IS priemonėmis)

DĖL PATEIKTOS PRETENZIJOS

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Elektrinės lovos ir funkciniai vežimėliai ligonių transportavimui ir gydymui (ILK) (10666)“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) – Nr. 5345724) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026 m. sausio 15 d. raštu, CVP IS pranešimu gavo tiekėjo Pretenziją dėl 1 Pirkimo objekto dalies (toliau – Pretenzija).

Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi Pretenzijoje pateiktus argumentus, nepraleisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 103 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, priėmė sprendimą **netenkinti tiekėjo pateiktos Pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą**, bei tęsti Pirkimo procedūras.

Žemiau (lentelėje Nr.1) pateikiami Pretenzijos nagrinėjimo argumentai bei paaiškinimai dėl Tiekėjo pateiktų pastabų:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas_siūlymas ¹	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	1p.d. Reikalavimas vežimuko aukščio reguliavimui 570-905 mm yra apspręstas patentuotų hidraulinių pompų montavimo ant patentuotos važiuoklės, patentas priklauso firmai (<i>konfidencialu</i>). Kiti gamintojai negali pagaminti analogiškų gaminių kurių aukščio reguliavimo ribos žemiausia pozicija būtų žemiau 580mm dėl rinkoje esančių hidraulinių pompų galinčių užtikrinti apkrova 250 kg ir daugiau. Siūlome šį reikalavimą patikslinti taip, kad išskyrus firmos (<i>konfidencialu</i>) gaminius galima būtų siūlyti ir kitų gamintojų gaminius taip: Aukščio reguliavimo diapazonas nuo 575mm ±5mm iki 905mm	Atsižvelgus į pateiktą pastabą informuojame, kad techninės specifikacijos 1 p.d. 9 punktą (aukščio reguliavimo diapazonas) nustatytas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos faktinius poreikius, paremtus vežimėlių naudojimo praktika. Pažymėtina, kad įranga bus naudojama infekcinių ligų klasteryje – tokioje aplinkoje vežimėliai naudojami ne tik pacientų transportavimui, bet ir kaip daugiaviečių darbo platforma pacientų stebėjimui, priežiūrai, trumpalaikėms procedūroms bei saugiam perkėlimui tarp skirtingų zonų. Minimalus aukščio reguliavimo lygis (apie 570 mm) yra būtinas siekiant užtikrinti saugų pacientų perkėlimą ir sumažinti fizinę apkrovą personalui, ypač dirbant su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ribojančiomis judesius. Be to, toks aukštis užtikrina lengvą ir patogų

¹Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai/siūlymai/pastabos/argumentai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

		išlipimą iš vežimėlio įvairaus amžiaus ir ūgio pacientams. Tuo tarpu maksimalus aukščio reguliavimo lygis (iki 905 mm) reikalingas tam, kad medicinos personalas galėtų atlikti paciento priežiūros procedūras ergonomiškoje padėtyje, nekeičiant vežimėlio ir neperkeliant paciento, taip mažinant kryžminių infekcijų riziką. Nustatytas aukščio reguliavimo diapazonas atitinka rinkoje paplitusių, infekcinių ligų ir skubiosios pagalbos skyriuose naudojamų vežimėlių funkcinius sprendimus ir leidžia užtikrinti universalų jų panaudojimą skirtingose klinikinėse situacijose. Reikalavimas suformuluotas siekiant užtikrinti saugią, ergonomišką ir funkcionalią darbo aplinką, o ne pritaikyti pirkimo sąlygas konkretaus gamintojo ar patentuoto sprendimo techninėms ypatybėms. Pažymime, kad šis techninis parametras yra proporcingas ir tiesiogiai susijęs su Perkančiosios organizacijos objektyviais poreikiais, todėl nėra dirbtinai ribojantis konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, techninės specifikacijos 1 p.d. 9 punktas keičiamas nebus.
--	--	--

Viešųjų pirkimų komisijos narė/sekretorė

Asta Volosevičienė