

**IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)  
„PRIEMONĖS LAŠTELIŲ AUGINIMUI IR MIKROBIOLOGINĖS LĖKŠTELĖS“  
(pirkimo numeris 6386501)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

**SVARSTYTA:** Tiekėjo paklausimas ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimas

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą dėl 2026-02-03 CVP IS skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) **“Priemonės laštelių auginimui ir mikrobiologinės lėkštelės“ Nr. 6386501** techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 9 “Pipetės valdiklis”

**1) Tiekėjas paklausime nurodo:**

„<..> Prašome patikslinti 9 pirkimo dalies „Pipetės valdiklis“ techninę specifikaciją. 9 P. D. nurodoma, kad pipetės valdiklio naudojimo parametras yra „Skirtas skysčių aspiracijai ir dozavimui naudojant serologines pipetes (1–100 ml)“, tačiau tolimesnis parametras reikalauja, kad jis būtų tinkamas naudoti su serologinėmis pipetėmis „nuo 0,1 ml iki 100 ml“. Mažiausias serologinių pipečių standartinis tūris yra 1,0 ml, kaip ir nurodyta pirmajame parametre. Prašome patikslinti, kad serologinių pipečių prametro reikalaujama reikšmė yra nuo 1,0 ml iki 100 ml.<...>”

**2) Tiekėjas paklausime nurodo:**

“Atsižvelgiant į techninių reikalavimų apimtį ir poreikį gauti papildomą informaciją iš gamintojų, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 02 18 dienos, 9:00 val. Papildomas laikas leistų tiekėjams tinkamai įvertinti visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir pateikti kokybiškus, pagrįstus bei konkurencingus pasiūlymus.”

Komisija išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą paklausimą dėl techninės specifikacijos pirkimo daliai Nr. 9, sprendžia, kad tikslinga keisti techninę specifikaciją, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią prekę. Techninės specifikacijos aktuali redakcija pridedama.

Taip pat, Komisija sprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. vasario 20 d. 10:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2026 m. vasario 20 d. 10:30 val.** Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 (tris mėnesius)** nuo susipažinimo su pasiūlymais datos.

Atsižvelgiant į išdėstyta aukščiau Komisija priima sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Keisti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr 9. (Aktuali redakcija pridedama);
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. vasario 20 d. 10:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2026 m. vasario 20 d. 10:30 val**, pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris mėnesius) nuo susipažinimo su pasiūlymais datos.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.