

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„SKYSTO AZOTO LĄSTELIŲ KONTROLIUOJAMO GREIČIO UŽŠALDYMO APARATAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-10-25 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **skysto azoto ląstelių kontroliuojamo greičio užšaldymo aparato** pirkimo (Nr. 744436).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Jei įrangos elektros maitinimas yra 220V, o specifikacijoje nurodyta 230V – ar tokia įranga vis tiek bus vertinama?

Privaloma dvejų metų garantija yra taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims) pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, tačiau ši garantija juridiniams asmenims nėra privaloma. Standartiškai gamintojai naujai įrangai taiko 12 mėn. garantiją. Pratestą garantiją gamintojai siūlo už papildomą mokestį, kas galėtų padidinti įrangos kainą apie 20%. Tad šis kriterijus yra svarbus planuojant biudžetą. Reikėtų apsisvarstyti, ar tokia investicija (vertinant planuojamos įrangos kainą) yra proporcinga galimai gedimų rizikai bei jų šalinimui.

Šiuo metu yra nurodyta, jog kartu su įranga pateikiama dokumentacija, t.y. naudojimo instrukcija, lietuvių kalba. Atsižvelgiant į šiais laikais laboratorijose dirbančių mokslininkų kompetencijas, reikalavimas, jog naudojimo instrukcija būtų pateikta lietuvių k., gali būti perteklinis (galima būtų nurodyti lietuvių arba anglų kalba). Siūlome apsisvarstyti šį reikalavimą, nes vertinant konsultacijoje aprašytos įrangos kompleksiskumą papildomas instrukcijų vertimas į lietuvių k. gali atitinkamai padidinti projekto kainą. Reikėtų įsivertinti, ar tokia investicija yra tikslinga.

Komisija, įvertinus tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija įvertinus tiekėjo pastabas sprendžia techninės specifikacijos 13 punkto nekeisti, nes LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau Kauno klinikos) yra naudojamas 230 V, 50 Hz elektros tinklas, todėl šis reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Įranga bus vertinama tiekėjui pateikus gamintojo patvirtinimą, jog siūloma įranga yra suderinama su Kauno klinikose naudojamu elektros tinklu arba tiekėjo pridėtoje gamintojo dokumentacijoje bus nurodyta elektros maitinimo vertė su paklaida, kuri padidintų (arba pamažintų) gamintojo nurodytą vertę iki reikalaujamos.

Komisija įvertinus tiekėjo pastabas sprendžia techninės specifikacijos 31 punkto nekeisti, nes reikalavimas suteikti skysto azoto ląstelių kontroliuojamo greičio užšaldymo aparatui ≥ 24 mėnesių garantinį laikotarpį pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad techninė specifikacija nereikalauja gamintojo garantijos, garantinį terminą gali suteikti ir tiekėjas.

Komisija įvertinus tiekėjo pastabas sprendžia techninės specifikacijos 36.1. punkto nekeisti, nes reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tai yra standartinis reikalavimas naudojimo instrukcijoms, kai įsigijama įranga, kurios gamintojas gali būti užsienio šalies subjektas. Pažymėtina, kad Kauno klinikose dirba įvairių amžiaus grupių darbuotojai, kurių užsienio kalbos gebėjimai yra skirtingi, todėl siekiant užtikrinti tikslingą įrangos naudojimą yra reikalaujama pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.