

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ŠALDYTUVAI VAKCINŲ LAIKYMU“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-12-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *šaldytuvų vakcinų laikymui* pirkimo (Nr. 270879).

1. Tiekėjas palausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

1 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 3 punktą „Reikalavimai kamerai“ 2 papunkčiu reikalauja „Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 1300 litrų“. Prašome sušvelninti šį reikalavimą iki „Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 1200 litrų“.

2. Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

1 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinoms laikyti 2 durų

3.2p.: Naudingas kameros tūris ne mažiau 1300 litrų.

Siūlome patikslinti:

Naudingas kameros tūris ne mažiau 1220 litrų.

14p.: Būtinasis vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 36 valandas.

Siūlome patikslinti:

Būtinasis vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 24 valandas.

2 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinų laikymui 1 durų

14p.: Būtinasis vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 36 valandas.

Siūlome patikslinti:

Būtinasis vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 24 valandas.

Numatytas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos būtų pakankamas, įskaitant įrangos pristatymo laiką iš Europos tolimų bei kitų šalių, vartotojų bei techninio personalo apmokymus įrangos instaliavimo vietoje.

3. Tiekėjas palausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

Siūlome įtraukti reikalavimus:

- Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas.
- Tiekėjas turi turėti bent 2 sertifikuotus inžinierius šaldytuvų priežiūrai.

Pridėjus papildomus reikalavimus, Perkančioji organizacija užsitikrintų sklandų, kvalifikuotą šaldytuvo instaliavimą bei tolimesnę priežiūrą

Komisija, įvertinus tiekėjo pastabas/siūlymus atsako, kad parengta techninė specifikacija atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlomi papildomi reikalavimai, kad tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas ir tiekėjas turi turėti bent 2 sertifikuotus inžinierius šaldytuvų priežiūrai, gali riboti konkurenciją.

Komisija sutinka numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

1 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinoms laikyti 2 durų (kiekis – 1 vnt.)

3.	Reikalavimai kamerai	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 1200 litrų ;
14.	Vidinis akumulatorius šaldytuvo ekrano veikimui užtikrinti nutrūkus elektros tiekimui	Būtinasis vidinis akumulatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 24 val.

2 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinų laikymui 1 durų (kiekis - 1 vnt.)

14.	Vidinis akumulatorius šaldytuvo ekrano veikimui užtikrinti nutrūkus elektros tiekimui	Būtinasis vidinis akumulatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau nei 24 val.
-----	---	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.