

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„MAGNETO TERAPIJOS APARATAS IR KOMPRESINĖS TERAPIJOS APARATAS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-11-22 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **magneto terapijos aparato ir kompresinės terapijos aparato** pirkimo (Nr. 748298).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

**1 pirkimo dalis Magneto terapijos aparatas,**

10p Prašau sumažinti Magnetinio lauko režimus iki 2 neįvardinant pavadinimų, ir suteikti naudingumo balus jei gali kompanija pateikti daugiau pulsų. Nes Viskas pritaikyta BTL magneto terapijos aparatui.

11p Prašau magnetinio lauko formoms, jei jų yra daugiau taikyti naudingumo balų vertinimą.

12p Prašau sumažinti didžiausią indukciją iki 100 mT

13p Prašau sumažinti parametrus iki 140Hz, pritaikyta BTL gamintojui, ir įvesti naudingumo balų sistemą.

**2 pirkimo dalis Kompresinės terapijos aparatas,**

8 p Prašau pridėti naudingumo balus jei didesnės ribos nei 20–120 mmHg.

11 p Prašau pridėti naudingumo balus jei turi aparatas daugiau kamerų nei nustatyta techninėje specifikacijoje. Tada ne tik kaina yra konkurencijos tarškas bet ir kokybė kas manau jums abejojose pozicijos yra svarbi

Prašau pridėti punktą dėl saugumo – mygtukas pacientui sustabdyti procedūrą.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija, susipažinusi su tiekėjo pastabomis ir siūlomomis korekcijomis, sprendžia 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos nekeisti, nes siūlomi pakeitimai galimai sudarytų galimybę siūlyti mažesnio nei reikalaujama funkcionalumo, prastesnių techninių parametru magneto terapijos aparatą. Tiekėjo siūlomi pakeitimai mažina parametrus, turinčius tiesioginės įtakos aparato pritaikomumui bei klinikinio panaudojimo galimybėms. Perkančioji organizacija norėtų atkreipti tiekėjų dėmesį, jog parametru diapazonas bei vertės yra parinktos atsižvelgiant į pacientų populiaciją (vaikai nuo 0–18 metų), todėl aparatas turi būti plačiai modifikuojamais diapazonais. Pažymėtina, jog perkančioji organizacija siekia įsigyti magneto terapijos aparatą, kuris būtų lygiavertis ar geresnis (ne prastesnis) negu šiuo metu naudojami aparatai. Konkretūs siekiami įsigyti aparato parametrai parinkti remiantis Kauno klinikų teikiamomis reabilitacinėmis procedūromis, pacientų klinikiniais atvejais ir reikalingais sprendimais individualiai pagal paciento diagnozę.

Komisija sprendžia 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos nekeisti ir papildomų punktų neįtraukti, kadangi esama techninė specifikacija pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius.

Komisija norėtų informuoti tiekėjus, jog šį pirkimą planuojama vykdyti žemiausios kainos principu, netaikant ekonominio naudingumo kriterijų.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.