



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Tiekėjams pagal sąrašą

PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

2026-02- Nr.
Lazdijai

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai (pranešimų ID 537082, 537896) dėl tarptautinio viešojo pirkimo „VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ I lygio paslaugoms teikti medicininė įranga“ atviro konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų.

1. Klausimas

„Susipažinus su Pirkimo 4 pirkimo dalies „Odontologijos kabineto įranga (1 kompl.)“ technine specifikacija, nustatyta, kad techninės specifikacijos 1.3.4 punkte galimai yra įsivėlusį klaidą nurodant leidžiamą parametro ribą.

Pirkimo 4 pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.3.4 punkte reikalaujama:

1.3.4.	Spjaudyklė	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne daugiau 180°		
--------	------------	--	--	--

tai yra, reikalaujama, kad spjaudyklė būtų pasukama ne didesniu kaip 180° kampu. Manome, kad tai yra klaida, nes nėra jokio pagrindo riboti (neleisti siūlyti) didesnę spjaudyklės pasukimą. Didesnis spjaudyklės pasukimas yra privalumas, nes patogiau pritaikyti spjaudyklės padėtį prie bet kokios paciento padėties, ir/arba su odontologine įranga dirbančio personalo (asistento) padėties. Be to, esant klaidingai nurodytam spjaudyklės pasukimo parametru, tiekėjai galės siūlyti spjaudyklę ir su, pavyzdžiui, 1° pasukimu (nes tai yra **ne daugiau** kaip 180°), kas iš esmės reikštų nepasukamos spjaudyklės pasiūlymą.

Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti 4 pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.3.4 punktą nurodant „Spjaudyklė. Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180°“.

1. Atsakymas

Informuojame, kad, įvertinus tiekėjo pateiktą pastabą dėl 4 pirkimo dalies „Odontologijos kabineto įranga (1 kompl.)“ techninės specifikacijos 1.3.4 punkto, nustatėme techninę klaidą.

Siekiant išvengti dviprasmiško reikalavimo interpretavimo ir užtikrinti aiškų bei proporcingą techninį reikalavimą, 1.3.4 punktas tikslinamas ir išdėstomas taip:

1.3.4.	Spaudyklė	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 80°		
--------	-----------	--	--	--

Šis patikslinimas laikytinas techninės klaidos ištaisymu, kuriuo siekiama pašalinti formuluotės netikslumą. Prašome tiekėjų, rengiant pasiūlymus, vadovautis patikslinta techninės specifikacijos redakcija (pridedama).

Atsižvelgiant į pakeitimus, informuojame, jog pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2026-03-20 10:00 val.

2. Klausimas

„Norėtume pasiteirauti :

ar 2 pirkimo dalyje – Ultragarso diagnostinis aparatas, 2 vnt. Kaina yra nurodyta 1 vnt ar 2 vnt – 79800,00 Eur be PVM“

2. Atsakymas

Pažymime, kad 2 pirkimo dalies – „Ultragarso diagnostinis aparatas, 2 vnt.“ finansavimas (79 800,00 Eur be PVM) yra skirtas 2 (dviejų) ultragarso diagnostinių aparatų bendrai kainai, o ne vieno aparato kainai.

PRIDEDAMA:

1. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“ (nauja redakcija).

Komisijos pirmininkas

Tomas Savukas