



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ**

Viešoji įstaiga, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,
el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272175

Tiekėjams

2026-02-19 Nr. SD-346

Siunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL PIRKIME NR. 6545941 GAUTOS PRETENZIJOS

Informuojame, kad Pirkime Nr. 6545941 „Pacientų transportavimo vežimėliai“ gauta iš Tiekėjo pretenzija dėl 1 pirkimo dalies „Gulimi pacientų transportavimo vežimėliai, skirti transportuoti pacientą pusiau sėdimoje ir/ar gulimoje padėtyse“ techninės specifikacijos 11, 15 ir 25 p.

Nurodome, kad su Pretenzija sutinkama ir siekiant užtikrinti konkurenciją yra tikslinamos techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 11, 15, 25 pozicijos į:

11	Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti ribose ne siauresnėse nei nuo 55,5 cm iki 88 cm
15	Šoninių porankių ilgis nuo 125 cm iki 150 cm
25	Turi būti fiksacijos diržų tvirtinimo vietos

Teikiamas patikslintas Pirkimo specialių sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ ir Nr. 3 „Pasiūlymas“, kiek tai susiję su aukščiau pateikta informacija.

Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus nukeliamas **pasiūlymų pateikimo terminas į 2026 m. vasario 24 d. 10 val. 00 min.**

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

B. Navalinskienė Bernadeta Navalinskienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas** – pacientų transportavimo vežimėliai (gulimi ir sėdimi), kurių paskirtis:

1.1. gulimų pacientų transportavimas pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse;

1.2. sėdimų transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje.

2. **Keliami bendrieji reikalavimai:**

2.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, nedemonstracinės.

2.2. Tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliacijos vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidas.

2.3. Kartu su įranga turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių k. ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų k.

2.4. Kartu su įranga pateikiamas galiojantis CE sertifikatas arba gamintojo EB atitikties deklaracija pagal Europos Parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kopija.

3. **Keliami techniniai reikalavimai:**

3.1. pacientų transportavimo vežimėliui, skirtam pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse:

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1	Vežimėlis su motorizuota pavara arba mechaniniu valdymu
2	Vežimėlio pagrindas turi būti iš ne mažiau keturių dalių
3	Turi būti mechaniškai valdomos nugaros, šlaunų ir blauzdų sekcijos
4	Turi būti sėdimoji, kardiologinė pozicija
5	Turi būti aukščio kėlimo funkcija: 1) ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmai, 2) valdomas hidraulinis būdu, kojinių pedalų pagalba
6	Vežimėlis turi būti su 5 ratukais, iš jų 4 pagrindiniai, ne mažiau 20 cm ±2 cm skersmens ir 1 pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (menevringumui užtikrinti) su spyruokliniu arba elektriniu mechanizmu
7	Vežimėlio ilgis turi būti apie 215 cm ± 5 cm
8	Vežimėlio plotis turi būti ribose nuo 75 cm iki 90 cm
9	Maksimali leistina apkrova ne mažiau 250 kg.
10	Centrinė stabdžių sistema turi būti valdoma pedalais, ne mažiau kaip du pedalai skirtingose pusėse
11	Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti ribose ne siauresnėse nei nuo 55,5 cm iki 88 cm
12	Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų.
13	Pakėlimo kampo nustatymo norimoje padėtyje amplitudė turi būti ne mažiau 0-90° (nugarinės dalies)
14	Nugarinės dalies reguliavimas turi būti valdomas rankenėlėmis sumontuotomis čiužinio

	platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose
15	Šoninių porankių ilgis nuo 125 cm iki 155 cm
16	Šoninių porankių aukštis ribose nuo 35 cm \pm 3 cm iki 42 cm \pm 3 cm nuo čiužinio platformos
17	Turi būti integruotos stūmimo ir traukimo rankenos, kurias jų nenaudojant būtų galima suskleisti/ nulenkti
18	Trendelenburgo pozicijos kampo reguliomas turi būti $\geq 15^\circ$ -15
19	Turi būti integruoti smūgiams atsparūs bamperiai
20	Vežimėlio čiužinio dangą turi būti atspari valymui ir dezinfekcijai
21	Vežimėlio čiužinio išmatavimai turi tiktai vežimėlio čiužinio pagrindu
22	Čiužinio storis ne mažiau 8 cm.
23	Čiužinys turi būti tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti
24	Turi būti integruoti du teleskopiniai infuzinių skysčių laikikliai/ stūmimo rankenos nulenkiamos, sumontuoti (-os) galvūgalio dalies kampuose, skirti (-os) infuzijai ir vežimėlio stūmimui
25	Turi būti fiksacijos diržų tvirtinimo vietos
26	Turi būti kilnojamas deguonies baliono laikiklis
27	Gulima dalis turi būti pralaidi rentgeno spinduliams
28	Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija

3.2. pacientų transportavimo vežimėliui, skirtam transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje:

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1	Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, nudažyto miltelinu ar lygiaverčiu būdu
2	Maksimali leistina apkrova ne mažiau 225 kg \pm 5 kg
3	Sėdimo vežimėlio ilgis 100 cm \pm 3 cm
4	Sėdimo vežimėlio plotis 70 cm \pm 3 cm
5	Sėdimo vežimėlio aukštis (be intraveninių skysčių stovo) 115 cm \pm 3 cm
6	Sėdimosios dalies plotis 52 cm \pm 3 cm
7	Sėdimosios dalies aukštis (nuo grindų) 53 cm \pm 3 cm
8	Turi būti galimybė atlenkti ranktūrius į statmeną padėtį
9	Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone nuo 40 cm \pm 3 cm – 50 cm \pm 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90° kampu ir tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui
10	Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų aukštis nuo grindų diapazone nuo 90 cm \pm 3 cm iki 115 cm \pm 3 cm
11	Turi būti galimybė pacientų transportavimo kėdes sunerti vieną į kitą
12	Turi būti centrinis stabdis, įjungiamas vienu paspaudimu
13	Pėdų atramos turi atsilenkti į vertikalią padėtį, o atramų laikiklis nususukti į šoną
14	Kojų (blauzdų) atrama turi turėti funkciją nusilenkti po sėdimąją dalimi
15	Kėdė turi turėti du galinius didelius ratus, ne mažesniu diametru kaip 30 cm \pm 2 cm su papildomais galiniais ratukais saugojančiais nuo apvirtimo
16	Kėdė turi turėti du priekinius ratus ne mažesnio diametro kaip 12 cm, su galimybe jiems sukis aplink savo ašį 360° kampu, tarp kurių atstumas turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų

17	Turi būti infuzinių skysčių stovas, kurio maksimali apkrova $\geq 2,5$ kg.
18	Turi būti iš abiejų pusių Foley arba lygiaverčiai laikikliai (kabiliukai)
19	Turi būti deguonies baliono laikiklis
20	Turi būti paciento prisegimui skirti diržai, atsparūs dezinfekcijai
21	Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija
22	Turi būti dėklas dokumentams (paciento istorijai) susidėti

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIŲ PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūloma prekė ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai).

Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pasiūlymą tiekėjai gali teikti tiek vienai daliai, tiek visoms.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome:

1.1. gulimus transportavimo vežimėlius atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina Eur be PVM (5=3*4)
1	2	3	4	5
1	Gulimi pacientų transportavimo vežimėliai, skirti transportuoti pacientą pusiau sėdimoje ir/ar gulimoje padėtyse	8		
PVM* ___ proc.				
Bendra kaina su PVM:				

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

**** Teikiame užpildytą techninę specifikaciją ir joje siūlomų techninių parametru atitiktį pagrindžiančius dokumentus su nuorodomis tuose dokumentuose į nurodytus parametrus (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametru reikšmės):**

Eil. Nr.	Objektui keliami reikalavimai	Tiekėjo siūlomos reikšmės (parametrai)	Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes
1	2	3	4
		<i>Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 4 dalių, 230 kg. ir pan., nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan.</i>	
1	Vežimėlis su motorizuota pavara arba mechaniniu valdymu	(įrašyti)	(įrašyti)
2	Vežimėlio pagrindas turi būti iš ne mažiau keturių dalių	(įrašyti)	(įrašyti)
3	Turi būti mechaniškai valdomos nugaros, šlaunų ir blauzdų sekcijos	(įrašyti)	(įrašyti)
4	Turi būti sėdimoji, kardiologinė pozicija	(įrašyti)	(įrašyti)
5	Turi būti aukščio kėlimo funkcija: 1) ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmai, 2) valdomas hidraulinis būdu, kojinių pedalų pagalba	(įrašyti)	(įrašyti)
6	Vežimėlis turi būti su 5 ratukais, iš jų 4 pagrindiniai, ne mažiau 20 cm ±2 cm skersmens ir 1 pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (menevringumui užtikrinti) su	(įrašyti)	(įrašyti)

	spyruokliniu arba elektriniu mechanizmu		
7	Vežimėlio ilgis turi būti apie 215 cm ± 5 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
8	Vežimėlio plotis turi būti ribose nuo 75 cm iki 90 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
9	Maksimali leistina apkrova ne mažiau 250 kg.	(įrašyti)	(įrašyti)
10	Centrinė stabdžių sistema turi būti valdoma pedalais, ne mažiau kaip du pedalai skirtingose pusėse	(įrašyti)	(įrašyti)
11	Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti ribose ne siauresnėse nei nuo 55,5 cm iki 88 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
12	Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų	(įrašyti)	(įrašyti)
13	Pakėlimo kampo nustatymo norimoje padėtyje amplitudė turi būti ne mažiau 0-90° (nugarinės dalies)	(įrašyti)	(įrašyti)
14	Nugarinės dalies reguliavimas turi būti valdomas rankenėlemis sumontuotomis čiužinio platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose	(įrašyti)	(įrašyti)
15	Šoninių porankių ilgis nuo 125 cm iki 155 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
16	Šoninių porankių aukštis ribose nuo 35 cm ±2 cm iki 42 cm ±2 cm nuo čiužinio platformos	(įrašyti)	(įrašyti)
17	Turi būti integruotos stūmimo ir traukimo rankenos, kurias jų nenaudojant būtų galima suskleisti/nulenkti	(įrašyti)	(įrašyti)
18	Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas turi būti ≥ 15°/-15°	(įrašyti)	(įrašyti)
19	Turi būti integruoti smūgiams atsparūs bamperiai	(įrašyti)	(įrašyti)
20	Vežimėlio čiužinio danga turi būti atspari valymui ir dezinfekcijai	(įrašyti)	(įrašyti)
21	Vežimėlio čiužinio išmatavimai turi tiktai vežimėlio čiužinio pagrindui	(įrašyti)	(įrašyti)

22	Čiužinio storis ne mažiau 8 cm.	(įrašyti)	(įrašyti)
23	Čiužinys turi būti tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti	(įrašyti)	(įrašyti)
24	Turi būti integruoti du teleskopiniai infuzinių skysčių laikikliai/stūmimo rankenos nulenkiamos, sumontuoti (-os) galvūgalio dalies kampuose, skirti (-os) infuzijai ir vežimėlio stūmimui	(įrašyti)	(įrašyti)
25	Turi būti fiksacijos diržų tvirtinimo vietos	(įrašyti)	(įrašyti)
26	Turi būti kilnojamas deguonies baliono laikiklis	(įrašyti)	(įrašyti)
27	Gulima dalis turi būti pralaidi rentgeno spinduliams	(įrašyti)	(įrašyti)
28	Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija	(įrašyti)	(įrašyti)

1.2. sėdimus transportavimo vežimėlius atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina Eur be PVM (5=3*4)
1	2	3	4	5
1	Sėdimi pacientų transportavimo vežimėliai, skirti transportuoti pacientą sėdimose padėtyje	6		
PVM* ___ proc.				
Bendra kaina su PVM:				

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

**** Teikiame užpildytą techninę specifikaciją ir joje siūlomų techninių parametrų atitiktį pagrindžiančius dokumentus su nuorodomis tuose dokumentuose į nurodytus parametrus (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės):**

Eil. Nr.	Objektui keliami reikalavimai	Tiekėjo siūlomos reikšmės (parametrai)	Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes
1	2	3	4
		Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 4 dalių, 230 kg. ir pan. nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan.	

1	Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, nudažyto miltelinu ar lygiaverčiu būdu	(įrašyti)	(įrašyti)
2	Maksimali leistina apkrova ne mažiau 225 kg. ± 5 kg.	(įrašyti)	(įrašyti)
3	Sėdimosios dalies ilgis 100 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
4	Sėdimosios dalies plotis 70 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
5	Sėdimosios dalies aukštis (be intraveninių skysčių stovo) 115 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
6	Sėdimosios dalies plotis 52 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
7	Sėdimosios dalies aukštis (nuo grindų) 53 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
8	Turi būti galimybė atlenkti ranktūrius į statmeną padėtį	(įrašyti)	(įrašyti)
9	Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone nuo 40 cm ± 3 cm - 50 cm ± 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90° kampu ir tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui	(įrašyti)	(įrašyti)
10	Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų aukštis nuo grindų diapazone nuo 90 cm ± 3 cm iki 115 cm ± 3 cm	(įrašyti)	(įrašyti)
11	Turi būti galimybė pacientų transportavimo kėdes sunerti vieną į kitą	(įrašyti)	(įrašyti)
12	Turi būti centrinis stabdis, įjungiamas vienu paspaudimu	(įrašyti)	(įrašyti)
13	Pėdų atramos turi atsilenkti į vertikalią padėtį, o atramų laikiklis nususukti į šoną	(įrašyti)	(įrašyti)
14	Kojų (blauzdų) atrama turi turėti funkciją nusilenkti po sėdimąją dalimi	(įrašyti)	(įrašyti)
15	Kėdė turi turėti du galinius didelius ratus, mažesniu diametru kaip 30 cm ± 2 cm, su papildomais galiniais ratukais saugojančiais nuo apvirtimo	(įrašyti)	(įrašyti)
16	Kėdė turi turėti du priekinius ratus ne mažesnio diametro kaip 12 cm, su galimybe jiems sukis aplink savo ašį	(įrašyti)	(įrašyti)

	360° kampu, tarp kurių atstumas turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų		
17	Turi būti infuzinių skysčių stovas, kurio maksimali apkrova ne mažiau 2,5 kg. ± 0,5 kg.	(įrašyti)	(įrašyti)
18	Turi būti iš abiejų pusių Foley arba lygiaverčiai laikikliai (kabliukai)	(įrašyti)	(įrašyti)
19	Turi būti deguonies baliono laikiklis	(įrašyti)	(įrašyti)
20	Turi būti paciento prisegimui skirti diržai, atsparūs dezinfekcijai	(įrašyti)	(įrašyti)
21	Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija	(įrašyti)	(įrašyti)
22	Turi būti dėklas dokumentams (paciento istorijai) susidėti	(įrašyti)	(įrašyti)

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

il. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

4. **Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus** (jeigu tokie reikalavimai keliami)

(nurodomi ir kvazisubtiekejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			

Informacija apie žinomus subtiekejus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis
(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus*)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)