

Elektroninio dokumento nuorašas

LUBINIŲ KONSOLIŲ SISTEMOS INTENSYVIAI TERAPIJAI PIRKIMAS

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 207827)

Tiekėjams

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Centrinė Perkančioji organizacija) informuoja tiekėjus, kad vykdant viešąjį pirkimą „LUBINIŲ KONSOLIŲ SISTEMOS INTENSYVIAI TERAPIJAI PIRKIMAS“ (toliau – Pirkimas) pastebėta techninė klaida. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje 1.14. punkte nurodyta informacija nesusijusi su medicininiams konsolėms keliamais techniniais parametrais, šis punktas per klaidą nebuvo ištrintas, jo techniniai duomenys, t. y. „mAs diapazonas“, medicininiams konsolėms netaikomi. Minėtame techninės specifikacijos punkte nurodyta visiškai su pirkimo objektu nesusijusi informacija, ši informacija netaikoma šio pirkimo atveju ir neturi įtakos pirkimo objektui, taisoma techninėje specifikacijoje esanti techninė klaida.

CVP IS priemonėmis informuojame tiekėjus, kad viešojo pirkimo „LUBINIŲ KONSOLIŲ SISTEMOS INTENSYVIAI TERAPIJAI PIRKIMAS“ pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. sausio 14 d. 10.00 val.**

PRIDEDAMA:

Dokumentas (PATIKSLINTA Pirkimo sąlygos_Konsolių sistema_2 priedas. Techninė specifikacija.doc);

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

2.1. Prekės eksploataavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikata anglų ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*);

3.2. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). **Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklininti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.**

4. **Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:**

4.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
Lubinių konsolių sistemos intensyviai terapijai, 6 kompl. Pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė					
1.	Lubinių konsolių sistemos intensyviai terapijai:				
1.1.	Tvirtinimas ir konstrukcijos tipas	Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių dvi vertikalios konsolės su montavimu prie pertdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį)	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.2.	Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.3.	Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas	1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliuose konsolių kolonose 2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju)	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.4.	Vienos konsolės "rankos" sukimosi ašių skaičius	≥ 3	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.5.	Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį	≥ 340°	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.6.	Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai	1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.7.	Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.8.	Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.9.	Vienoje iš vertikalių konsolių alkūnėje montuojamas apžiūros šviestuvas su dviguba alkūne	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.9.1.	Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas	≥ 70 000 lux	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.9.2.	Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui	≥ 170 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.10.	Įrengti judesio eigos ribotuvai	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.11.	Konsolių judesių blokavimas	Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.12.	Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas	Ne mažiau kaip 200 kg	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.13.	Degumo standartas UL 94-V1 arba geresnis	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.14.	Netaikoma nuo 2025 m. sausio 3 d.	-	-	-	-
1.15.	“Šlapioji pusė”				
1.15.1.	Pirmos alkūnės ilgis	≥ 750 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.15.2.	Antros alkūnės ilgis	≥ 750 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.15.3.	Konsolės vertikalios kolonos ilgis	≥ 1000 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.15.4.	Reikalavimai konsolės komplektacijai:	1. Vienfazės elektros rozetės su žeminimu (220V, 16A) – 8 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3. Vakuomo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 2 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 3 vnt.; 7. Lentyna su stalčiumi 530 ±10mm x 480 ±10mm – 1 vnt.; 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti – 1 vnt.	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniam ir techniniam nuorašas reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.16.	“Sausoji pusė”				
1.16.1.	Pirmos alkūnės ilgis	≥ 750 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.16.2.	Antros alkūnės ilgis	≥ 750 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.16.3.	Konsolės vertikalios kolonos ilgis	≥ 1000 mm	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.16.4.	Reikalavimai konsolės komplektacijai:	1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) – 8 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3. Vakuomo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 2 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 3 vnt.; 7. Lenkiama 0-90° kampu lentyna, kurios matmenys 480 ±10mm x 480 ±10mm – 1 vnt., Maksimalus leistinas svoris dėti ant lentynos ≥ 40 kg.	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniam ir techniniam suorašas reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
		8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė paciento monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt.			
1.17.	Pneumatinės jungtys	Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.18.	Su pasiūlymu pateikiamas lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.19.	Įranga žymima CE ženklu	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.20.	Pateikti patvirtintų dezinfekcinių medžiagų, tinkamų konsolių paviršiams valyti, sąrašą. Sąrašas turi būti sudarytas iš ne mažiau 30 gaminių.	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)
1.21.	Į pasiūlymo kainą įtraukti montavimo vietos paruošimą ir konsolės montavimo darbų atlikimą.	Būtina	(įrašyti)	(įrašyti)	(įrašyti)

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Kriterijaus (Q _i) parametrai	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio	Atitikimas kokybiniam reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius,
----------	--	---	---

		naudingumo įvertinime		dokumentus (bukletų, techninių aprašų, pslapių Nr.)		
				Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
					Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Šešiakampė vertikali kolonos forma (privalumai yra tai, kad šešiakampė forma vienu metu leidžia matyti ne mažiau kaip 3 paneles ir dujų išvedimo jungtis galima montuoti ant ne mažiau kaip 5 panelių) Integruota sistema, kuri užtikrina ne didesnę nei 25% vidinę deguonies koncentraciją, susidarius deguonies nuotėkiui, jei viršijamas 1 l/min	Neatitinka 0	Atitinka 8	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
2.	Sumontuotas vienas atskiras mygtukas, kurio pagalba valdomi visi vienos konsolės alkūnių stabdžiai	Neatitinka 0	Atitinka 5	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
3.	Integruota sistema, kuri užtikrina ne didesnę nei 25% vidinę deguonies koncentraciją, susidarius deguonies nuotėkiui, jei viršijamas 1 l/min	Neatitinka 0	Atitinka 7	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
4.	Garantinės priežiūros laikotarpis mėn. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;	24 mėn.	36 mėn.	48 mėn.	60 mėn.	
		0 balų	10 balų	15 balų	20 balų	

<p>4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;</p>				Elektroninio dokumento nuorašas	
--	--	--	--	--	--

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. ir 6 papunkčiais.

Aplinkos apsaugos kriterijai	
Reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
<ul style="list-style-type: none"> • Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; ir/arba • Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. • Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. 	<p>Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės, pakuotės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-03 Nr. VPP-1
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-01-03
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
