

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicinių konsolių remonto ir aptarnavimo paslaugos

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti medicininių sieninių, lubinių ir lovų konsolių, skirtų medicininių dujų, elektros ir silpnų srovių tiekimui, remonto, diagnostikos ir techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), kurių tikslas – užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą įrangos veikimą.

Paslaugos vykdomos adresu: Liepojos g. 41, 43, 45, 49, Klaipėda.

Paslaugos turi apimti visapusišką medicininių konsolių techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir prevencinius darbus, atliekamus eksploatacijos metu, laikantis galiojančių norminių reikalavimų ir gamintojų techninių instrukcijų. Visi darbai privalo būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, standartų EN ISO 7396-1, kitų taikomų normatyvų bei medicininės įrangos gamintojų rekomendacijų. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiktų tik asmenys, turintys teisę verstis atitinkama veikla bei turintys teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją.

Paslaugų apimtis:

- Konsolių mechaninių, tvirtinimo ir konstrukcinių elementų reguliavimas bei remontas;
- Medicinių dujų lizdų (O₂, vakuumo, medicininio oro ir kt.) gedimų diagnostika ir šalinimas;
- Elektros, silpnų srovių ir signalinių jungčių patikra, remontas ir atkūrimas;
- Susidėvėjusių ar pažeistų komponentų (lizdų, jungčių, modulių, vožtuvų) keitimas originaliomis arba gamintojo rekomenduojamomis dalimis;
- Periodinė techninė apžiūra ir funkciniai patikrinimai;
- Prevenciniai darbai, siekiant išvengti gedimų;
- Medicinių dujų sistemų sandarumo, slėgio ir veikimo patikra;
- Konsultacijos eksploatacijos klausimais;
- Techninių ataskaitų, defektinių aktų ir rekomendacijų parengimas.

Reagavimas ir darbų atlikimas:

- **Gedimų diagnostika ir reagavimas** - tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per **3 (tris) darbo dienas** nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie konsolės gedimą gavimo sureaguoti į pranešimą ir atlikti gedimo diagnostiką arba pateikti informaciją apie diagnostikos atlikimo terminus.
- **Skubūs gedimai** - tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per **24 (dvidešimt keturias) valandas** nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie skubų konsolės gedimą gavimo sureaguoti į pranešimą ir pradėti skubaus gedimo diagnostiką arba pateikti informaciją apie neatidėliotino gedimo šalinimo veiksmus ir numatomus terminus. Skubiais gedimais laikomi gedimai, dėl kurių konsolės veikimas yra visiškai sutrikęs arba reikšmingai apribotas ir dėl kurių negalimas jos naudojimas pagal paskirtį.
- **Planiniai techninės priežiūros darbai** - Tiekėjas įsipareigoja atlikti planinius konsolių techninės priežiūros darbus **ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus**. Konkrečios planinių techninės priežiūros darbų atlikimo datos ir laikai turi būti iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos paskirtu atsakingu asmeniu. Planiniai techninės priežiūros darbai atliekami taip, kad būtų užtikrintas minimalus konsolių naudojimo sutrikdymas ir nenutrūkstamas jų funkcionalumas.

Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Ūkio reikalų tarnybos inžinierius įrenginių priežiūrai **Mudistonas Vaičekauskas**, tel. +370 69956844, el. paštas mudistonas.vaicekauskas@kul.lt.