

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2024-11-08 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2024-11-06 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 745777) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjas pateikia siūlymus:*

**Nr. 1. Vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su nepasukama galvute.**

- *Turime prašymą patikslinti reikalavimą: „peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su nepasukama galvute MeMedical;“ mašinėlės MeMedical galvutė yra pasukama, todėl prašome tikslinti: : „peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su nepasukama galvute MeMedical;“. Taip pat prašome įtraukti dar vieną reikalavimą: „Pateikti oficialų gamintojo raštą, kad peiliukai tinkami būtent į įstaigoje naudojamas mašinėles“. Taip Perkančioji organizacija užsitikrins, kad tikrai įsigys originalius gamintojo peiliukus, kurie tinka mašinėlei ir jų funkcija (dantukų aštrumas ir kerpamumo galingumas) atitiks įstaigos reikalavimus. Taip užkirsite kelią galimiems padirbiniams, kurie vizualiai gali atrodyti panašūs, tačiau kokybė ir funkcionalumas skiriasi. Prašome atsižvelgti, kad Perkančioji organizacija galėtų įsigyti jau naudojamas priemones, kurios tinka į jų turimus prietaisus.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1. „**Vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su nepasukama galvute**“ sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su nepasukama galvute MeMedical“ į „peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su pasukama galvute MeMedical“. Papildyti techninės specifikacijos reikalavimą punktu „Pateikti gamintojo raštą, kad peiliukai tinkami įstaigoje naudojamoms mašinėlėms“.

Koreguoti ir priemonės pavadinimą iš „vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su nepasukama galvute“ į „vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su pasukama galvute“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

**1. Vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su pasukama galvute:**

- vienkartinis (pažymėta simboliu), universalus peiliukas kūno plaukų kirpimui;
- kerpamosios dalies plotis 35-40 mm;
- skirtas įvairaus tipo plaukams;
- nukirpto plauko ilgis ne daugiau kaip 0,3 mm;
- peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su pasukama galvute MeMedical;
- pateikti gamintojo raštą, kad peiliukai tinkami įstaigoje naudojamoms mašinėlėms;

- pateikti atitiktį standartui EN LST ISSO 13485/2016;
- pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. peiliukų;
- įpakuota po 1 vnt.;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.*

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Tikslinti, papildyti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 1;
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.