

Chirurginiai siūlai ir tinkleliai

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba lygiavertės medžiagos didelių porų standartinio svorio chirurginiai tinkleliai 30 x 30 ± 1cm (tinklą karpant turi nesikeisti struktūra; porų dydis 2,4±0,4 x 3,0±0,6 mm.; optimalus tankis 46 ± 4 g/m ² ; supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje)	vnt.	200
2	Nesirezorbuojantys monofilamentiniai didelių porų polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginiai tinkleliai 10x15 ± 1cm (tinklą karpant turi nesikeisti struktūra; porų dydis 2,4±0,4 x 3,0±0,6 mm, optimalus tankis 46 ± 4 g/m ² , supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje)	vnt.	300
3	Ilgos rezorbcijos (180-210 dienų) sintetiniai monofilamentiniai polidioksanono arba lygiavertės medžiagos chirurginiai siūlai (siūlo storis 3-0, siūlo ilgis 70-90 cm, adatos ilgis 36-37 mm, adatos lenktumas 1/2, siūlo stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaitių, 70% po 4 savaitių, 60% po 6 savaitių)	tuzinas/ 12vnt.	3

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.