



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

Tiekėjams

2025-01-06 Nr. 254SR-VPS-53

DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą „Automatinis angiografinis švirkštas (9401“ (toliau - pirkimas).

Atsakome į gautą tiekėjo klausimą:

„Specifikacijos 2-me punkte nurodoma kad yra būtina sinchronizacija su angiografu. Maloniai prašome patikslinti su koku - nurodant angiografo gamintoją ir modelį. Ši informacija reikšminga skaičiuojant pasiūlymo kainą.“

Atsakymas:

Būtina sinchronizacija su angiografu Philips ALLURA XPER FD20 serijos Nr. 617, gamybos metai 2015 (mobilus, vežiojamas ant vežimėlio su ratukais, reikalingas pajungimo kabelis).

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Jolita Balandienė

Jolita Balandienė, tel. 236 5107