



VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS

Visiems tiekėjams

2025-01-07 Nr. 25SR-VPS-75

**DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 2024 m. gruodžio 20 d. paskelbė skelbimą apie atviro konkurso būdu vykdomą supaprastintą viešąjį pirkimą „Chirurginiai ir urologiniai rinkiniai, tinkleliai, instrumentai plėtimui, sistemos, koagulatorius, 9263” (pirkimo numeris 525918).

Pirkime buvo gauta pretenzija. Tiekėjo pretenziją Komisija tenkino, ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 3 pirkimo dalies 3.1. p. tikslina taip: *„Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedas, pagamintas iš plastiko, susideda iš dviejų pusžiedžių, retraktoriaus vidiniai matmenys  $32\pm 1\text{cm}$  ir  $18\pm 1\text{cm}$ . Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Cirkuliariai viso žiedo briaunose yra išpjovos elastingiems laikikliams arba ligatūroms tvirtinti.“*

Pasiūlymą prašome teikti pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedą „SPS\_1 priedas\_TS\_patikslinta\_20250106“

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Rasa Sidaravičienė

Rasa Sidaravičienė, +370 5236 5106, el. p. [rasa.sidaraviciene@santa.lt](mailto:rasa.sidaraviciene@santa.lt)