

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2024-11-13 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2024-11-07 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 745970) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjas pateikia siūlymus:*

**Nr. 1. Drenai silikoniniai arba lygiaverčiai 6x10mm ± 0,1mm:**

*Prašome 1 p. d. padidinti drenų paklaidą iš „6x10mm ± 0,1mm:“ į „6x10mm ± 1,1mm:“. Toks tikslinimas leistų Perkančiajai organizacijai gauti daugiau tiekėjų pasiūlymų ir turėtų galimybę išsirinkti sau tinkamiausius produktus atsižvelgiant į kaštus.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1 „Drenai silikoniniai arba lygiaverčiai 6x10mm ± 0,1mm“ nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo, kadangi padidinus paklaidą gautume dreną 6 x 8,9 cm (kurį perkame atskiroje pozicijoje), o perkančiajai organizacijai reikalingas 6 x 10 cm drenas, nes plonesnės sienelės zondai siurbimo metu susiploja.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Nekeisti techninės specifikacijos pirkimo daliai Nr. 1.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.