



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 (421) 61 700, el. p. [savivaldybe@pakruojis.lt](mailto:savivaldybe@pakruojis.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

---

Tiekėjams

2025-01-07 Nr. S- (22.9)

**DĖL ATSAKYO Į PRETENZIJĄ**

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Įgaliotoji perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo supaprastintą atvirą Laboratorinių reagentų ir priemonių tyrimams atlikti su analizatoriais panaudai viešąjį pirkimą Nr. 449366 (toliau – pirkimas).

2025 m. sausio 3 d. CVP IS priemonėmis pirkime gauta „Pretenzija dėl neteisėto viešojo pirkimo vykdymo“ (toliau – pretenzija). Informuojame, kad pretenzija yra išnagrinėta ir yra priimtas sprendimas netenkinti pretenzijos reikalavimų – nutraukti pirkimo procedūras 2 ir 4 dalyse.

Tačiau, atsižvelgus į pretenzijoje pateiktus argumentus, tiksliname 4 pirkimo dalies Techninę specifikaciją 2.2 punkte įterpiančias 23 ir 24 eilutes.

Atsižvelgiant į visus pirkime atliktus keitimus, keičiamas pirkimo sąlygų 70 punktas „**Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. sausio 17 d. 10.00 val.** Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Įgaliotoji perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.“, taip pat pridedame patikslintus pirkimo dokumentus su visais pirkimo metu atliktais patikslinimais (pažymėta).

**Teikiant pasiūlymus prašome atsižvelgti į visus pirkimo metu atliktus patikslinimus.**

Tiekėjai norėdami ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai arba pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

**PRIDEDAMA:**

1. Pirkimo sąlygos (su patikslinimais);
2. Pasiūlymo priedas, 2 dalis (su patikslinimais);
3. Pasiūlymo priedas, 4 dalis (su patikslinimais);
4. Techninės specifikacijos (1-4 dalys) (su patikslinimais).

Komisijos pirmininkė

Eglė Ilekytė

Laura Norbuntienė, tel. +370 (421) 69085, mob. +370 675 06 646, el. p. [laura.norbuntiene@pakruojis.lt](mailto:laura.norbuntiene@pakruojis.lt)

PATVIRTINTA:  
Viešųjų pirkimų komisijos  
2024 m. gruodžio 12 d.  
posėdžio protokolu Nr. 2

## PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### ATVIRAS KONKURSAS SUPAPRASTINTAS LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI VIEŠASIS PIRKIMAS

#### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. **Viešąjį pirkimą vykdo centrinė perkančioji organizacija** – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas 288733050, adresas: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, tel. +370 (421) 69 090, el. p. [savivaldybe@pakruojis.lt](mailto:savivaldybe@pakruojis.lt) (toliau – Įgaliotoji perkančioji organizacija), kuri, 2022 m. gegužės 26 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-155 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

2. **Perkančioji organizacija** – VŠĮ Pakruojo sveikatos centras (toliau – Perkančioji organizacija), įmonės kodas 168061765, adresas J. Basanavičiaus g. 4, LT-83150 Pakruojis, tel. +370 421 690401, el. paštas: [info@pakpspc.lt](mailto:info@pakpspc.lt). Viešojo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju sudarys Perkančioji organizacija.

3. **Laboratorinių reagentų ir priemonių tyrimams atlikti su analizatoriais panaudai viešasis pirkimas** (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

4. Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

5. **Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis.** Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

6. **Maksimalios pirkimo dalių vertės:**

- 1 pirkimo dalies maksimali vertė – 63.896,70 Eur su PVM;
- 2 pirkimo dalies maksimali vertė – 9.450,00 Eur su PVM;
- 3 pirkimo dalies maksimali vertė – 2.100,00 Eur su PVM;
- 4 pirkimo dalies maksimali vertė – 39.214,00 Eur su PVM.

7. **Pasiūlymai, kurie viršys maksimalią pirkimo dalies vertę, bus pripažinti netinkamais ir atmesti dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.**

8. Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogu, nes pirkimo objekte nurodytų prekių, perkančiajai organizacijai reikalingomis sąlygomis, CPO kataloge nėra galimybės nusipirkti.

9. Pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

10. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

11. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, apraše ir šiose pirkimo sąlygose.

12. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

13. Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šių pirkimo sąlygų nuostatomis, priima pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą bei sutinka su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis.

14. Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą visų pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba pirkimo sutarties vykdymui, gavimą. Tiekėjas, pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės atlikti visus įsipareigojimus, numatytus pirkimo dokumentuose.

15. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas, pateikęs pasiūlymą pirkimui, yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius ir (ar) susijusius su šiuo pirkimu.

16. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

16.1. skelbimas apie pirkimą;

16.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

16.3. pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

16.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

17. Išankstinis informacinis skelbimas apie šį pirkimą nebuvo skelbtas.

18. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško *ex ante* skaidrumo skelbimo.

19. Į pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviešti dalyvauti stebėtojų.

20. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

21. Nereikalaujama, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė – tos grupės partneris.

22. Įgaliotosios perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant šį pirkimą, vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtiniais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

23. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

24. Perkančioji organizacija nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos centrinio valstybinio administravimo subjektas (veiklos teritorija nėra visa valstybės teritorija), todėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai jai neprivalomi ir pirkime nekeliami.

25. Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertis produktus.

26. Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo nėra taikomi, kadangi šio pirkimo objektas nepatenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų apimtį, todėl **reikalavimai dėl nacionalinio saugumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37**

**straipsnio 9 dalį nėra taikomi** ir iš tiekėjo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (toliau – Atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – dokumentų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje, nereikalaujama.

27. **Atliekamas žaliasis pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.

**Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

**Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.**

28. Įgaliosios perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais – Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė Laura Norbuntienė tel. +370 421 69 085, mob. +370 675 06646 el. p. laura.norbuntiene@pakruojis.lt.

## **II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS**

29. **Pirkimo objektas – laboratorinių reagentų ir priemonių tyrimams atlikti su analizatoriais panaudai** (toliau – prekės). BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai, 38434000-6 Analizatoriai.

30. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Techninėje specifikacijoje (2 priedas).

31. Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarinius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti. Tyrimams reikalingi reagentai ir kitos priemonės bus perkamos pagal poreikį. Bendra tyrimų kaina reikalinga tik tam, kad nustatyti pirkimo laimėtoją.

32. Pirkimo dokumentuose nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms. Tiekėjas gali siūlyti geresnės kokybės, aukštesnių parametrų prekes. Galutinius prekių sprendinius Tiekėjas turi iš anksto susiderinti su Perkančiąja organizacija.

33. **Analizatoriai turi būti pristatyti ir paruošti eksploatacijai ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.** Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis ir savo iniciatyva suderinti analizatoriaus pajungimą prie LIS sistemos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo analizatoriaus pristatymo.

34. Tiekėjas, ne ilgiau kaip **per 3 darbo dienas** nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos turi pateikti reagentus, kontrolines medžiagas ir/ar papildomas tyrimo priemones, reikalingas tyrimams atlikti.

35. Darbų, prekių, paslaugų, kurios nėra numatytos pirkimo dokumentuose, bet yra reikalingos tam, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai, be papildomų kaštų eksploatuoti prekes, įsivertinimo rizika yra perduodama tiekėjui.

36. Kontaktinis asmuo – viešųjų pirkimų specialistė Vidmina Šostakienė, tel. +370 691 22447, el.p. vidmina.sostakiene@pakruojosc.lt.

37. Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų nebus vykdomi.

### III SKYRIUS

#### TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAEKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

38. Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra nurodyti **pirkimo sąlygų 3 priede**. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

39. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

40. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD (pirkimo sąlygų 4 priedas). Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Vykdamas supaprastintą pirkimą, pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia EBVPD. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjo tik turėdama pagrįstą abejonių dėl šio tiekėjo patikimumo. Tokiu atveju, pirkimo procedūros metu perkančioji organizacija gali paprašyti tiekėjo pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

41. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

- 41.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
- 41.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
- 41.3. kiekvienas kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

42. Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

42.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

42.2. įkelti (importuoti) EBVPD duomenis svetainėje

<https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt;>

42.3. pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus;

42.4. kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;

42.5. teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti išsaugotą EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“;

42.6. kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

43. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

43.1. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

43.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

43.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių iširti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

43.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

43.2. perkančioji organizacija įvertina tiekėjo informaciją, pateiktą pagal pirkimo sąlygų **42.1 papunktį**, ir priima motyvuotą sprendimą, kad priemonių, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sąlygų **42.1 papunktyje** nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

44. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

45. Esant pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo patikimumo, perkančioji organizacija gali reikalauti tiekėjo pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tokiu atveju, perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Pirkimo sąlygų 3 priede nurodomi dokumentai, kuriuos nustatytu atveju teikia Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos nustatytu atveju turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/>.

46. Jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

46.1. priesaikos deklaracija;

46.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

47. Tiekėjo kvalifikacija ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos). Jeigu kvalifikacijos ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą patvirtinantys dokumentai yra išduoti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, juose nurodoma informacija turi būti aktuali iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

**48. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:**

| Eil. Nr.                               | Kvalifikacijos reikalavimai                                                                                                                                                                                    | Patvirtinančių dokumentų sąrašas                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teisė verstis atitinkama veikla</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| 48.1                                   | Tiekėjas, per paskutiniuosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino | Užsakovo(-ų), kuris užsakė prekes, pažyma(-os) ar kitas(-i) lygiavertis(-čiai) dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys), kad pagal sutartį tiekėjas yra pristatęs prekes. |

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Patvirtinančių dokumentų sąrašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>pabaigos) pagal vieną ar daugiau sutarčių (vienas arba kartu su subtiekejais) yra pardavęs laboratorinių reagentų, kurių vertė yra <b>ne mažesnė kaip 50 procentų skaičiuojant nuo pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas, maksimalios vertės (Eur be PVM).</b></p> <p><i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdytų tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekejams šis reikalavimas nenustatomas.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Užsakovo(-ų), kuris užsakė prekes, pažymoje(-os) ar kitame(-uose) lygiaverčiame(-čiuose) dokumente(-uose) turi būti nurodyta pristatytų prekių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pavadinimas;</li> <li>* pristatytų prekių vertė eurai;</li> <li>* prekių pristatymo ir/ar sutarties, dėl prekių pristatymo, sudarymo data;</li> <li>* nurodoma ar prekės buvo pristatytos tinkamos.</li> </ul> <p><i>Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, o kartu su kitais ūkio subjektais. Tokiu atveju bus vertinamos tiekėjo, pristatytos ir sumontuotos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis.</i></p> <p><i>Viešojo pirkimo komisija, vertindama tiekėjų pateiktą informaciją apie nurodytas sutartis, gali paprašyti kitų dokumentų, įrodančių tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui.</i></p> |
| 48.2     | <p>Tiekėjas turi teisę verstis laboratorinių reagentų prekybos veikla.</p> <p><b>PASTABOS:</b></p> <p><i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys tieks prekes, jis turi atitikti šį reikalavimą. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks kitas prekes ar teiks paslaugas ar vykdytų darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės narys privalo turėti teisę verstis ta veikla, kurią vykdytų įgyvendinant pirkimo sutartį.</i></p> <p><i>Kitas ūkio subjektas* privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Jeigu kitas ūkio subjektas tieks prekes, jis turi atitikti šį reikalavimą. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks kitas prekes ar teiks paslaugas ar vykdytų darbus), tokiu atveju, kitas ūkio subjektas privalo turėti teisę verstis ta veikla, kurią vykdytų įgyvendinant pirkimo sutartį.</i></p> <p><i>Subtiekejams** privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Jeigu subtiekejams tieks prekes, jis turi atitikti šį reikalavimą. Jeigu subtiekejams vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks kitas prekes ar teiks paslaugas ar vykdytų darbus), tokiu atveju, subtiekejams privalo turėti teisę verstis</i></p> | <p>Profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją, individualios veiklos registravimo dokumentą arba verslo liudijimo įsigijimo dokumentą ar pan.) arba kitus lygiaverčius dokumentus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai                           | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | ta veikla, kurią vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. |                                  |

*\*Sąvokos:*

*Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.*

*Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.*

49. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

50. **Atitiktą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.** Tokių dokumentų nereikalaujama, jei įgaliotoji perkančioji organizacija turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungus prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

51. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

52. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

53. Bus tikrinama, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal nustatytą pašalinimo pagrindą, įgaliotoji perkančioji organizacija turi pareikalausti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

54. Tiekėjas, remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui prašoma pateikti sutartis ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

55. Kiekvienas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga tiems įsipareigojimams, kuriuos tiekėjas perduoda kitam ūkio subjektui vykdyti. Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos ūkio subjektui išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga tiems įsipareigojimams, kuriuos tiekėjas perduoda kitam ūkio subjektui vykdyti.

56. Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų pasitelkimas ir jų nurodymas pasiūlyme nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

57. **Jeigu pasiūlymų vertinimo metu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs kad remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), pats neatitinka pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotų kvalifikacijos reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.**

58. Savo pasiūlyme tiekėjas privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remsis tam, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus tiekėjui keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi.

59. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sutartį, pasižadėjimą, deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriame numatomi subtiekėjo įsipareigojimai pagrindiniam tiekėjui vykdant pirkimo sutartį ir kurie patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjo ištekliai bus prieinami.

60. Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo pažymos (Apostille).

#### **IV SKYRIUS**

##### **ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE**

61. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo įgaliotoji perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

62. Nereikalaujama, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

#### **V SKYRIUS**

##### **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

63. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentų nuostatomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

64. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

65. Pasiūlymą gali teikti tik CVP IS registruotas tiekėjas (nemokama registracija adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Įgaliotoji perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

66. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai notaro patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

67. **PASIŪLYMĄ SUDARO tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų skaitmeninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma:**

67.1. pasiūlymo formą užpildytą pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

67.2. siūlomų prekių technines specifikacijas pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninės specifikacijos“;

67.3. įgaliojimą ar kitą dokumentą (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantį teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

67.4. užpildytą ir pasirašytą EBVPD (*EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis (jeigu remiamasi) tiekėjas*);

67.5. tiekėjo ir kitų ūkio subjektų bendradarbiavimą pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, įrodančius dokumentus (taikoma, jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu naudosis kitų ūkio subjektų pajėgumais);

67.6. jungtinės veiklos sutartį (taikoma, jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė);

67.7. atitiktį nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus;

67.8. **dokumentus**, įrodančius analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams;

67.9. kitą pirkimo dokumentuose prašomą informaciją ir (ar) dokumentus.

68. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

69. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

70. **Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024 m. gruodžio 23 d. 10.00 val.** Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Įgaliotoji perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

71. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Pirkimo komisija (toliau – komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ar informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti laikomi konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis, konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Atvejais, kuomet informacija negali būti laikoma konfidencialia nurodyti VPĮ 20 str. 2 dalyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

72. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą pirkimo objekto (pirkimo dalies) apimtį.

73. Pasiūlymas turi būti pateiktas taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede.

74. **Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius** nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

75. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įgaliotoji perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

76. Įgaliotoji perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešama visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, paskelbiama CVP IS.

77. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

78. Neatlyginama tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir teikiant pasiūlymus.

79. Neatsakoma už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tiekėjas susidūrė su kitais pasiūlymo pateikimo trukdžiais. Siekiant išvengti nesklandumų, perkančioji organizacija rekomenduoja teikti pasiūlymą likus bent **1 dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

80. Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino su Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir pirkimo

dokumentais, pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškos ir suprantamos. Tiekėjas, kuris nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė pirkimui savo pasiūlymą, vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų reikalavimai jam buvo neaiškūs ir nesuprantami

81. Asmens duomenys perkančiojoje organizacijoje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais.

82. Su tiekėjų pateikta informacija susipažins komisijos nariai, taip pat gali susipažinti perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys;

## **VI SKYRIUS PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS**

83. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

83.1. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos [interneto svetainėje](#);

83.2. iki susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Įgaliotoji perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

84. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Įgaliotoji perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

## **VII SKYRIUS PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS**

85. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

## **VIII SKYRIUS PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

86. Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, gavimą. Tiekėjas pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo

kainą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės atlikti įsipareigojimus, numatytus pirkimo dokumentuose.

87. Tiekėjai prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus **5 dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Įgaliotoji perkančioji organizacija ją pateikia visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus **4 dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

88. Jei Įgaliotoji perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

89. Įgaliotoji perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

90. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausa pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

91. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

92. Įgaliotoji perkančioji organizacija, aiškindama ar tikslindama pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

93. Nebus rengiami susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų.

94. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Įgaliotosios perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

95. Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškos ir suprantamos. Tiekėjas, kuris nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė pirkimui savo pasiūlymą, vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų reikalavimai jam buvo neaiškūs ir nesuprantami.

## **IX SKYRIUS**

### **SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS**

**96. Susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais posėdžio pradžia – ne anksčiau kaip po 30 minučių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.**

97. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje bei kituose komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, tiekėjai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

98. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, šiame procedūrų etape neteikiama informacija tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

## **X SKYRIUS**

### **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS**

99. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina komisija.

100. Įvertinama tiekėjo pateiktame EBVPD nurodoma informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo atitikties reikalavimams tiekėjui. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, kreipiamasi į tiekėją ir prašoma šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo tiekėjui neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemonės), Įgaliotoji perkančioji organizacija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

101. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams tiekėjui įrodančius dokumentus, Įgaliotoji perkančioji organizacija jų šiame procedūrų etape nevertina.

102. Tiekėjai informuojami apie EBVPD patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

103. Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinamas jo pateiktas pasiūlymas:

103.1. ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus;

103.2. įvertinama, ar pasiūlyme nurodoma kaina nėra neiprastai maža ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

103.3. atliekami kiti veiksmai susiję su pasiūlymų vertinimu.

104. Jei tiekėjo pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina, yra neiprastai maža, prašoma pagrįsti neiprastai mažą kainą. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma neiprastai maža, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

105. Įgaliotoji perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų

106.

107. reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir pagrindiniais pirkimų principais.

108. Komisija nenagrinėja tiekėjo pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po susipažinimo su tiekėjo pasiūlymu termino pabaigos, kurių komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

109. Komisija bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus tiekėjui pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

110. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. Šios dalies nuostata

netaikoma, jeigu ketinama pasinaudoti įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.

## **XI SKYRIUS DERYBOS**

111. Pirkimo metu derybos nebus vykdomos.

## **XII SKYRIUS PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

112. Pasiūlymas atmetamas jeigu:

112.1. dalyvis atitinka bent vieną pirkimo sąlygų 3 priede nurodytą pašalinimo pagrindą;

112.2. dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto;

112.3. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatiksino, nepapildė, nepaaiškino informacijos ir/ar prašomų dokumentų;

112.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

112.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

112.6. dalyvis, pasiūlyme nurodęs neįprastai mažą kainą, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

112.7. tiekėjo buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

113. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per **3 darbo dienas** raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.

## **XIII SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

114. **Antroje, trečioje ir ketvirtoje pirkimo dalyse** ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai išrenkami pagal mažiausią kainą, kuri vertinama eurais su visais mokesčiais.

115. **Pasiūlymai pirmoje pirkimo dalyje** vertinami pagal aiškiai išreikštus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominį naudingumą, įvertintą balais. Pirmoji vieta skiriama dalyviui, kuris surinko daugiausiai balų, kurie apskaičiuojami pagal formulę:

$$Z = A + C$$

### **115.1. Vertinimo kriterijai:**

**A** – bendra tyrimų kaina, išreikšta balais (lyginamasis svoris 0,9);

**C** – papildomų tyrimų bendra kaina, išreikšta balais (lyginamasis svoris 0,1).

**Z** – visų balų suma (1).

### **115.2. Bendra tyrimų kaina eurais su PVM, išreikšta balais (A):**

$$A = \frac{A_{\min.}}{A_x} \times 0,9$$

$A_{\min.}$  – mažiausia bendra tyrimų kaina eurais su PVM;

$A_x$  – dalyvio pasiūlyta bendra tyrimų kaina eurais su PVM;

### 115.3. Bendra papildomų tyrimų kaina eurai su PVM, išreikštas balais (C):

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times i, i \in [0,1]$$

$C_{\min.}$  – mažiausia bendra papildomų tyrimų kaina eurai su PVM;

$C_x$  – dalyvio pasiūlyta bendra papildomų tyrimų kaina eurai su PVM.

115.3.1 Jeigu tiekėjas nenurodys papildomų tyrimų įkainių arba tiekėjas nurodys ne visų papildomų tyrimų įkainius, vertinant jo pasiūlymą, už šį kriterijų bus skiriama 0 balų.

116. Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuojama eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

## XIV SKYRIUS PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

117. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilę sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilę nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

118. Sudarius pasiūlymų eilę, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, reikalaujant pateikti EBVPD nurodytą informaciją, atitiktį keliams reikalavimams tiekėjui patvirtinančius dokumentus, nustatytus pirkimo sąlygų III skyriuje. Jei šių dokumentų tiekėjas pateikti negali, jis šalinamas iš pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, tokiu atveju, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje. Jei pateikti dokumentai patvirtina EBVPD nurodytą informaciją nurodomą atitiktį keliams reikalavimams tiekėjui, tiekėjo pasiūlymas skelbiamas pirkimo laimėtoju.

119. Įgaliojoji perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per **3 darbo dienas** raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Įgaliojoji perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

120. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip **5 darbo dienos**. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

121. Įgaliojoji perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį.

122. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminarinę sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu taikoma) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų. Įgaliotoji perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusių pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

## **XV SKYRIUS PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

123. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

## **XVI SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

124. Sudaroma pirkimo sutartis atitiks laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.

125. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

126. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 5 priede. Pirkimo sutartį sudaro sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos.

## **XVII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

127. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

## **XVIII SKYRIUS PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI**

128. Pirkimo sąlygų priedai:

- 128.1. 1 priedas. Pasiūlymo forma su priedais;
  - 128.2. 2 priedas. Techninės specifikacijos;
  - 128.3. 3 priedas. Tiekėjo pašalinimo pagrindai;
  - 128.4. 4 priedas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);
  - 128.5. 5 priedas. Sutarties projektas.
-



## TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI

Šiame priede sąvoka „tiekėjas“ suprantamas kaip tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)) straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui             | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai<br>(Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalinga. Jų perkančioji organizacija reikalau tik turėdama pagrįstą abejonių dėl tiekėjo patikimumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;</li> <li>2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;</li> <li>3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;</li> <li>4) nusikalstamą bankrotą;</li> <li>5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;</li> <li>6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;</li> <li>7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;</li> <li>8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus</li> </ol> | <p><b>VPĮ 46 straipsnio 1 dalis</b></p> <p>EBVPD III dalies A1-A6 punktai</p> <p>EBVPD III dalies D1 punktas</p> | <p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• išrašo iš teismo sprendimo arba</li> <li>• Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba</li> <li>• valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. <i>Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | <p>Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>VPĮ 46 straipsnio 3 dalis</b></p> <p>EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai</p> | <p>1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,</li> <li>arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</li> </ul> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. <i>Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:</p> <p>1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;</p> <p>2) išskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);</p> <p>3) tiekėjas apie tikslią jo išskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.</p> | <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <p>2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių ši reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <a href="http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/">http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/</a>. Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.</p> <p>Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento.</li> </ul> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. <i>Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas</b><br><br>EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.<br>Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas</b><br><br>EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas</b><br><br>EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.<br>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.<br>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas</b><br><br>EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.<br><br>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:<br><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekejui-sarasas-3/">https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekejui-sarasas-3/</a><br>Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | <p>Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C15 punktas</p> | <p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | <p>Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu</p> | <p><b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas</b></p> <p>EBVPD III dalies C14 punktas</p> | <p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:<br/> <a href="https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/">https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/</a><br/>         Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.<br/> <a href="https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/">https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/</a><br/> <a href="#">nepatikimu-koncesininku-sarasas</a><br/>         Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.                                                                                                  | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis</b><br><br>EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.<br><br>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:<br><a href="https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php">https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php</a><br>paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:<br><a href="https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose">https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose</a><br>Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 <sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje.                                                      | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis</b><br><br>EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.<br><br>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu <a href="https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija">https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija</a> skelbiamą informaciją.<br>Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | <b>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis</b><br><br>EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.<br><br>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:<br><a href="https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu">https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu</a> skelbiamą informaciją.<br>Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

..... (tiekėjo pavadinimas) PASIŪLYMO PRIEDAS

## 2 PIRKIMO DALIS.

**VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“  
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMAIS  
ANALIZATORIAIS PANAUDAI**

1. **Pirkimo objektas:** Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) gliukozės tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomais analizatoriais (toliau – analizatorius) panaudai **(1 vnt.)** (toliau – prekės).

## 2. TYRIMAI:

| Nr.       | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi * | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų <u>vienam</u> tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonių, reikalingų <u>visam nurodytam tyrimų kiekiui</u> atlikti, kaina Eur be PVM (4x5) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                         | 4                                        | 5                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                   |
| <b>1.</b> | <b>Gliukozės tyrimai</b>                                                                                                                  |                                                                                                                           | 18000                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| 1.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                      |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |

### 3. AUTOMATINIS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai                  | Reikalaujami techniniai parametrai                                       | Tiekėjo siūloma techninio parametro reikšmė<br>(tiekėjas <i>privalo</i> nurodyti konkrečias siūlomo analizatoriaus reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitikimą<br>(bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, tiksliai pažymint techninius parametrus.<br>Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jam kelto reikalavimo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose nurodoma atitikti reikalavimus) |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Analizatorius gliukozei tirti</b>                | <b>Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas</b>                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2        | Matuojami parametrai                                | Gliukozė                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Matavimo principas                                  | Fermentinis, amperometrinis arba lygiavertis                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | Tiriamas mėginys                                    | Kapiliarinis ir veninis kraujas, plazma                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5        | Testų komplektacija                                 | Reagentai paruošti naudojimui su automatine kamštelio pradūrimo funkcija |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6        | Biosensorinė tyrimo technologija                    | Lustinis jutiklis arba lygiavertis                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | Jutiklio eksploatacinis laikotarpis gliukozei       | Ne mažiau 90 dienų                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8        | Prietaiso kalibracija                               | Automatinė                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9        | Tyrimo atsakymas                                    | Rodomas ekrane ir spausdinamas komplektacijoje esančiu spausdintuvu      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10       | Prisijungimas prie LIS                              | Būtina jungtis su dvipusiu režimu                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | Prietaiso komplektacija                             | Spausdintuvas<br>Brūkšninio kodo skaitytuvas                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12       | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą | Pateikti įrodantį dokumentą                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13       | Serviso aptarnavimo sertifikatas                    | Būtina                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                 |                                                                      |  |  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 14 | Instrukcijos    | Įrangos vartotojo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |  |  |
| 15 | Pagaminimo data | Ne anksčiau kaip 2022 m.                                             |  |  |

..... (tiekėjo pavadinimas) PASIŪLYMO PRIEDAS

#### 4 PIRKIMO DALIS.

### VŠĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRAS“ LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS SU SIŪLOMU ANALIZATORIUMI PANAUDAI

**1. PIRKIMO OBJEKTAS:** Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) biocheminiams tyrimams (toliau – tyrimai) atlikti su analizatoriumi panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

#### 2. TYRIMAI:

| Nr.       | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonių, reikalingų <u>visam nurodytam tyrimų kiekiui</u> atlikti, kaina Eur be PVM (4x5) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 4                                        | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                   |
| <b>1.</b> | <b>Albuminas (ALB)</b>                                                                                                                    |                                                                                                                          | 800                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| 1.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| <b>2.</b> | <b>Alfa amilazė (AMYL)</b>                                                                                                                |                                                                                                                          | 3000                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| 2.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu                             | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                  |                                       |       |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|--|
|           | <i>analizatoriumi arba sistema</i>                                                                                                               |                                       |       |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Aspartataminotransferazė (AST)</b>                                                                                                            | .                                     | 6000  |  |  |
| 3.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Alaninaminotransferazė (ALT)</b>                                                                                                              |                                       | 6000  |  |  |
| 4.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Šarminė fosfatazė (ALP)</b>                                                                                                                   |                                       | 3000  |  |  |
| 5.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Gama gliutamilttransferazė (GGT)</b>                                                                                                          |                                       | 3000  |  |  |
| 6.1       | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Bendras bilirubinas (TBIL)</b>                                                                                                                |                                       | 3000  |  |  |
| 7.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Tiesioginis bilirubinas (DBIL)</b>                                                                                                            |                                       | 400   |  |  |
| 8.1       | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <b>(įrašyti tiksliai pavadinimus)</b> |       |  |  |
| <b>9.</b> | <b>Kreatininas (CREA)</b>                                                                                                                        |                                       | 16000 |  |  |

|            |                                                                                                                                           |                               |      |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--|--|
| 9.1.       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>10.</b> | <b>Šlapalas (UREA)</b>                                                                                                                    |                               | 6000 |  |  |
| 10.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Šlapimo rūgštis (UA)</b>                                                                                                               |                               | 4000 |  |  |
| 11.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Kalcis (Ca)</b>                                                                                                                        | .                             | 600  |  |  |
| 12.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Magnis (Mg)</b>                                                                                                                        |                               | 1400 |  |  |
| 13.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Fosforas (P)</b>                                                                                                                       |                               | 500  |  |  |
| 14.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Geležis (Fe)</b>                                                                                                                       |                               | 1000 |  |  |
| 15.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga                                                                                                       | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |  |  |

|            |                                                                                                                                                  |                                      |       |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|
|            | <i>ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i>                                     |                                      |       |  |  |
| <b>16.</b> | <b>C-reaktyvinis baltymas (CRB)</b>                                                                                                              |                                      | 6000  |  |  |
| 16.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |
| <b>17.</b> | <b>Bendras Cholesterolis (CHOL)</b>                                                                                                              |                                      | 10000 |  |  |
| 17.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |
| <b>18.</b> | <b>Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL)</b>                                                                                           |                                      | 10000 |  |  |
| 18.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |
| <b>19.</b> | <b>Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL)</b>                                                                        |                                      | 10000 |  |  |
| 19.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |
| <b>20.</b> | <b>Trigliceridai (TRIG)</b>                                                                                                                      |                                      | 10000 |  |  |
| 20.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |
| <b>21.</b> | <b>Bendras baltymas (TP)</b>                                                                                                                     |                                      | 1000  |  |  |
| 21.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga</i>                                                                                                       | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |       |  |  |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                              | <i>ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i>                                     |                                      |      |  |  |
| <b>22.</b>                                                                                                                                                   | <b>Gliukoze (GLU)</b>                                                                                                                            |                                      | 4000 |  |  |
| 22.1                                                                                                                                                         | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |      |  |  |
| <b>23.</b>                                                                                                                                                   | <b>Natris (Na)</b>                                                                                                                               |                                      | 1000 |  |  |
| 23.1                                                                                                                                                         | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |                                      |      |  |  |
| <b>24.</b>                                                                                                                                                   | <b>Kalis (K)</b>                                                                                                                                 |                                      | 1000 |  |  |
| 24.1                                                                                                                                                         | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |                                      |      |  |  |
| <b>Bendra reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų <u>visam nurodytam tyrimų kiekiui</u> atlikti, kaina Eur be PVM :</b> |                                                                                                                                                  |                                      |      |  |  |
| <b>PVM, Eur</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                      |      |  |  |
| <b>Bendra reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų <u>visam nurodytam tyrimų kiekiui</u> atlikti, kaina Eur su PVM:</b>  |                                                                                                                                                  |                                      |      |  |  |

### 3. BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai                                                                                                                                                                             | Reikalaujami techniniai parametrai                                                  | Siūloma techninio parametro reikšmė<br>(tiekėjas <u>privalo</u> nurodyti konkrečias siūlomo analizatoriaus reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį (bukletai, techniniai aprašai ir pan. tiksliai pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir jų vertimuose į lietuvių kalbą.<br><br>Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas                                                                                                                                                                       | Analizatorius turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.       | Analizatoriaus našumas                                                                                                                                                                                         | Ne mažiau kaip 250 fotometrinių ir nemažiau kaip 120 elektrolitų tyrimų per valandą |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.       | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 250 vienkartinių matavimo kiuvečių. Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. | Būtina.                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.       | Vandens sąnaudos                                                                                                                                                                                               | Iki 3 litrų per valandą.                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 5.  | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos).                    | Būtina.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 6.  | Vieną metu galima įdėti ne mažiau kaip 40 mėginių. Bet kuris įdėtas mėginys gali būti pažymėtas kaip skubus (STAT) | Būtina.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 7.  | Reagentų talpa analizatoriuje                                                                                      | Analizatoriuje turi tilpti visi reagentų lentelėje išvardintų tyrimų atlikimui reikalingi reagentai. Turi būti galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų. Nepertraukiamas reagentų keitimas darbo metu. |  |  |
| 8.  | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose.       | Būtina                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 9.  | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje.                                                           | Saugomi duomenys – tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. Turi būti išsaugomi ne mažiau kaip 1 metų duomenys.                                                                                 |  |  |
| 10. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas.                                                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

|     |                                                                                                                                                                  |                                                    |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 11. | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu.                                                                                             | Būtina                                             |  |  |
| 12. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu arba vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais.                                                     | Būtina                                             |  |  |
| 13. | Elektrodai analizatoriuje išlieka stabilūs, analizatorių pervedant į budėjimo režimą arba analizatorių laikant išjungtą iš maitinimo (naktimis ir savaitgaliais) | Būtina                                             |  |  |
| 14. | Elektrolitų tyrimai atliekami ISE metodu.                                                                                                                        | Būtina.                                            |  |  |
| 15. | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą                                                                                                              | Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodantį dokumentą |  |  |
| 16. | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), lazeriniu, nespaltvotu spausdintuvu.                                             | Būtina                                             |  |  |

## 1 PIRKIMO DALIS.

### VŠĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“ LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU AUTOMATINIŲ IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI

#### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. PIRKIMO OBJEKTAS:

Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) imunologiniams tyrimams (toliau – tyrimas) atlikti su automatiniais imunologinių tyrimų analizatoriumi (toliau – analizatorius) panaudai (toliau – prekės).

#### 2.1. BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI TYRIMAMS IR ANALIZATORIUI

1. Tiekėjas privalo VŠĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)
2. Analizatoriaus garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedusį analizatorių Tiekėjas turi nemokamai suremontuoti arba pakeisti lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai**, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose tiksliai pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jam kelto reikalavimo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VŠĮ Pakruojo Sveikatos Centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir pasiūlyme nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.
8. Reagentų galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo reagentų pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.

10. Siūdomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.
11. **Tiekėjas kartu su reagentais turės** pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomas reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Kartu su reagentais turės būti pateikiami saugos duomenų lapai.
13. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarinius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
14. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. *Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, tiekėjas Perkančiajai organizacijai juos turės pateikti nemokamai.*
15. **Atliekamas žaliasis pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.  
**Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.  
**Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.**

## 2.2. TYRIMAI:

| Nr. | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                       | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                        | 4                                        |
| 1.  | <b>Tirotropinas (TTH)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                          | 7000                                     |
|     | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                     |                                          |
| 2.  | <b>Laisvas tiroksinas (LT4)</b>                                                                                                             |                                                                                                                          | 800                                      |
|     | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su</i>                                     | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                     |                                          |

|           |                                                                                                                                                                           |                               |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|           | siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b>                                                                                                  |                               |      |
| <b>3.</b> | <b>Prostatos specifinis antigenas (PSA)</b>                                                                                                                               |                               | 3000 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |
| <b>4.</b> | <b>Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO)</b>                                                                                                                 |                               | 600  |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |
| <b>5</b>  | <b>Vėžio žymuo Ca 125</b>                                                                                                                                                 |                               | 1000 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |
| <b>6</b>  | <b>Vitaminas D</b>                                                                                                                                                        |                               | 1200 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |
| <b>7</b>  | <b>Feritinas</b>                                                                                                                                                          |                               | 1200 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomą analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslūs pavadinimus) |      |
| <b>8</b>  | <b>NT – proBNP<br/>Natriuretrinis peptidas</b>                                                                                                                            |                               | 1600 |

|           |                                                                                                                                                                           |                               |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslus pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslus pavadinimus) |     |
| <b>9</b>  | <b>D-dimerai</b>                                                                                                                                                          |                               | 600 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslus pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslus pavadinimus) |     |
| <b>10</b> | <b>Troponinas I</b>                                                                                                                                                       |                               | 600 |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslus pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslus pavadinimus) |     |

\* Tyrimo priemonės, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

#### 2.2.1. PAPILDOMI TYRIMAI (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJUI)

| Nr.       | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 4                                        |
| <b>1.</b> | <b>PTH</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 200                                      |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslus pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslus pavadinimus)                                                                                            |                                          |
| <b>2.</b> | <b>VITAMINAS B12</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 100                                      |
|           | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema <b>(įrašyti tikslus pavadinimus)</b> | (įrašyti tikslus pavadinimus)                                                                                            |                                          |

|           |                                                                                                                                                                           |                                      |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|           | <b>pavadinimus)</b>                                                                                                                                                       |                                      |     |
| <b>3.</b> | <b>FOLIO RŪGŠTIS</b>                                                                                                                                                      |                                      | 20  |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |
| <b>4.</b> | <b>FT3</b>                                                                                                                                                                |                                      | 200 |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |
| <b>5</b>  | <b>LAIMO LIGA IG G</b>                                                                                                                                                    |                                      | 140 |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |
| <b>6</b>  | <b>LAIMO LIGA IG M</b>                                                                                                                                                    |                                      | 120 |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |
| <b>7</b>  | <b>ERKINIS ENCEFALITAS IG G</b>                                                                                                                                           |                                      | 20  |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |
| <b>8</b>  | <b>ERKINIS ENCEFALITAS IG M</b>                                                                                                                                           |                                      | 20  |
|           | <i>Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i> |     |

## 2.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT.

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Analizatorius                      | Pavadinimas, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.       | Reagentai                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t.y. viena talpa - vienas tyrimas.</li> <li>Analizatorius turi atpažinti kokie reagentai yra įdėti ir perspėti jei jie netinkami užsakytam tyrimui atlikti.</li> <li>Reagentai stabilūs po atidarymo - iki galiojimo laiko pabaigos.</li> </ol> |
| 4.       | Reagentų identifikavimas           | Integruota barkodų sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.       | Testų komplektacija                | pakuotės iki 100 testų pilnai paruošti reagentų rinkiniai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.       | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.       | Tyrimų atlikimas                   | Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienkartinius antgalius.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.       | Duomenų saugojimas                 | <p>Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugomi: pacientų rezultatai,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kontrolių rezultatai,</li> <li>kalibracijos.</li> <li>Turi būti saugomi ne mažiau kaip 6 mėnesių duomenys.</li> </ol>                                                                                                                       |
| 10.      | Mėginiai                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mėginio tipas: <ol style="list-style-type: none"> <li>serumas,</li> <li>plazma.</li> </ol> </li> <li>Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 20 mėginių</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| 11.      | Kontrolių ir kalibracijų atlikimas | Kalibracijos atliekamos ne dažniau kaip kas 14 dienų. Jei kontrolė atliekama tik kartu su kalibracija, pateikti gamintojo patvirtinimą, kad laikotarpiu tarp kalibracijų reagentai ir tyrimų rezultatai išlieka stabilūs ir patikimi.                                                                                                                        |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Analizatorius turi būti pajėgus atlikti išvardintus tyrimus      | Vienu metu analizatorius gali atlikti ne mažiau kaip 4 skirtingas analites                                                                                                                                           |
| 13. | Jungtis                                                          | Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu                                                                                                                                                                    |
| 14. | Komplektacija                                                    | Analizatorius komplektuojamas su: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. nepertraukiamu srovės šaltiniu,</li> <li>2. išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu</li> <li>3. lazeriniu nespaltotu spausdintuvu</li> </ul> |
| 15. | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą              | Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą                                                                                                                                                                       |
| 16. | Prietaiso naudojimo instrukcija, tyrimo metodikos lietuvių kalba | Būtina                                                                                                                                                                                                               |

## 2 PIRKIMO DALIS.

### VŠĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“ LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMAIS ANALIZATORIAIS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. Pirkimo objektas:

Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) gliukozės tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomais analizatoriais (toliau – analizatorius) panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

#### 2.1. Būtinai bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai tyrimams ir analizatoriams (lygiaverčiai, panauda)

1. Tiekėjas privalo VŠĮ „Pakruojos sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)
2. Analizatoriaus garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedęs analizatorius Tiekėjo suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo datos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai**, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VŠĮ Pakruojos sveikatos centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.
8. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklų.
10. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.

11. Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarinius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
13. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. *Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai nemokamai.*
14. Kartu su reagentais turi būti pateikiami saugos duomenų lapai.
15. **Atliekamas žaliasis pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.  
**Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.  
**Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.**

## 2.2. REIKALINGI TYRIMAI:

| Nr.       | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi * | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                         | 4                                        |
| <b>1.</b> | <b>Gliukozės tyrimai</b>                                                                                                                  |                                                                                                                           | 18000                                    |
| 1.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslūs pavadinimus)                                                                                             |                                          |

\*Tyrimo priemonės, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

### 2.3. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI

(siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai                  | Reikalaujami techniniai parametrai                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Analizatorius gliukozei tirti</b>                | <b>Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas</b>                         |
| 2        | Matuojami parametrai                                | Gliukozė                                                                 |
| 3        | Matavimo principas                                  | Fermentinis, amperometrinis arba lygiavertis                             |
| 4        | Tiriamas mėginys                                    | Kapiliarinis ir veninis kraujas, plazma                                  |
| 5        | Testų komplektacija                                 | Reagentai paruošti naudojimui su automatine kamštelio pradūrimo funkcija |
| 6        | Biosensorinė tyrimo technologija                    | Lustinis jutiklis arba lygiavertis                                       |
| 7        | Jutiklio eksploatacinis laikotarpis gliukozei       | Ne mažiau 90 dienų                                                       |
| 8        | Prietaiso kalibracija                               | Automatinė                                                               |
| 9        | Tyrimo atsakymas                                    | Rodomas ekrane ir spausdinamas komplektacijoje esančiu spausdintuvu      |
| 10       | Prisijungimas prie LIS                              | Būtina jungtis su dvipusiu režimu                                        |
| 11       | Prietaiso komplektacija                             | Spausdintuvas<br>Brūkšninio kodo skaitytuvas                             |
| 12       | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą | Pateikti įrodantį dokumentą                                              |
| 13       | Serviso aptarnavimo sertifikatas                    | Būtina                                                                   |
| 14       | Instrukcijos                                        | Įrangos vartotojo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.     |

|    |                 |                          |
|----|-----------------|--------------------------|
| 15 | Pagaminimo data | Ne anksčiau kaip 2022 m. |
|----|-----------------|--------------------------|

### 3 PIRKIMO DALIS.

#### VŠĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“ LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMU ANALIZATORIUMI PANAUDAI

#### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

##### 1. PIRKIMO OBJEKTAS:

Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) šlapimo tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomu analizatoriumi (toliau – analizatorius) panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

##### 2.1. BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI (LYGIAVERČIAI, PANAUDA)

1. Tiekėjas privalo VŠĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis).
2. Analizatoriaus garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedęs analizatorius Tiekėjo suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai**, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VŠĮ Pakruojo sveikatos centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.
8. Reagentų galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo reagentų pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos **CE** arba lygiaverčiu ženklu.
10. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus

gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.

11. Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarinius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
13. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. *Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai nemokamai.*
14. Kartu su reagentais turės būti pateikiami saugos duomenų lapai.

15. **Atliekamas žaliasis pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdomo žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.

**Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.

## 2.2. REIKALINGI TYRIMAI:

| Nr.       | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 4                                        |
| <b>1.</b> | <b>Šlapimo tyrimas</b>                                                                                                                    |                                                                                                                          | 8000                                     |
| 1.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |                                                                                                                          |                                          |

\*Tyrimo priemonės, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

### 2.3. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT.

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai                       | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius                 | Pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas                                                                                                 |
| 2        | Mėginiai                                                 | Šlapimas                                                                                                                                |
| 3        | Tiriami parametrai                                       | Ne mažiau 10 parametrų (ph, nitritai, gliukozė, santykinis tankis, kraujas, baltymai, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, leukocitai) |
| 4        | Diagnostiniai testai                                     | Diagnostinių juostelių pakuotės                                                                                                         |
| 5        | Mėginių įvedimas                                         | Rankinis arba nuskaitant brūkšninį kodą (brūkšninio kodo skaitytuvas)                                                                   |
| 6        | Prietaiso valdymas                                       | Integruotas LCD ekranas                                                                                                                 |
| 7        | Rezultatų pateikimas                                     | Rodomas ekrane ir spausdinamas integruotu spausdintuvu                                                                                  |
| 8        | Kokybės kontrolė                                         | Žinomų verčių dviejų lygių kokybės kontrolė                                                                                             |
| 9        | Prijungimas prie LIS laboratorijos informacinės sistemos | Jungtis LIS dvipusiu režimu.                                                                                                            |
| 10       | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą      | Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą                                                                                          |
| 11       | Serviso aptarnavimo sertifikatas.                        | Būtina                                                                                                                                  |
| 12       | Instrukcijos                                             | Įrangos vartotojo instrukcija turi būti pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis                                                           |
| 13       | Pagaminimo data                                          | Ne ankstesnė nei 2022 m.                                                                                                                |



#### 4 PIRKIMO DALIS.

### VŠĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRAS“ LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS SU SIŪLOMU ANALIZATORIUMI PANAUDAI

#### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

##### 1. PIRKIMO OBJEKTAS:

Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) biocheminiams tyrimams (toliau – tyrimai) atlikti su analizatoriumi panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

##### 2.1. BENDRI REIKALAVIMAI TYRIMAMS IR ANALIZATORIUI:

1. Tiekėjas privalo VŠĮ „Pakruojos sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)
2. Analizatoriaus garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedęs analizatorius Tiekėjo suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo datos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai**, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VŠĮ Pakruojos Sveikatos Centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.

8. Reagentų galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo reagentų pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.
10. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.
11. Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarinius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
13. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. *Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai nemokamai.*
14. Kartu su reagentais turi būti pateikiami saugos duomenų lapai.
15. **Atliekamas žaliasis pirkimas.** Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.  
**Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.  
**Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.**

## 2.2. REIKALINGI TYRIMAI:

| Nr.  | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai                                                                                     | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 4                                        |
| 1.   | <b>Albuminas (ALB)</b>                                                                                                                    | <i>(įrašyti tikslūs pavadinimus)</i>                                                                                     | 800                                      |
| 1.1. | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |                                                                                                                          |                                          |
| 2.   | <b>Alfa amilazė (AMYL)</b>                                                                                                                |                                                                                                                          | 3000                                     |

|           |                                                                                                                                           |   |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 2.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>3.</b> | <b>Aspartataminotransferazė (AST)</b>                                                                                                     | . | 6000 |
| 3.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>4.</b> | <b>Alaninaminotransferazė (ALT)</b>                                                                                                       |   | 6000 |
| 4.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>5.</b> | <b>Šarminė fosfatazė (ALP)</b>                                                                                                            |   | 3000 |
| 5.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>6.</b> | <b>Gama gliutamilttransferazė (GGT)</b>                                                                                                   |   | 3000 |
| 6.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>7.</b> | <b>Bendras bilirubinas (TBIL)</b>                                                                                                         |   | 3000 |
| 7.1.      | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |   |      |
| <b>8.</b> | <b>Tiesioginis bilirubinas (DBIL)</b>                                                                                                     |   | 400  |
| 8.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba         |   |      |

|            |                                                                                                                                                  |   |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|            | <i>sistema</i>                                                                                                                                   |   |       |
| <b>9.</b>  | <b>Kreatininas (CREA)</b>                                                                                                                        |   | 16000 |
| 9.1.       | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |   |       |
| <b>10.</b> | <b>Šlapalas (UREA)</b>                                                                                                                           |   | 6000  |
| 10.1       | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |   |       |
| <b>11.</b> | <b>Šlapimo rūgštis (UA)</b>                                                                                                                      |   | 4000  |
| <b>12.</b> | <b>Kalcis (Ca)</b>                                                                                                                               | . | 600   |
| 12.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |   |       |
| <b>13.</b> | <b>Magnis (Mg)</b>                                                                                                                               |   | 1400  |
| 13.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |   |       |
| <b>14.</b> | <b>Fosforas (P)</b>                                                                                                                              |   | 500   |
| 14.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |   |       |
| <b>15.</b> | <b>Geležis (Fe)</b>                                                                                                                              |   | 1000  |
| 15.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba</i>         |   |       |

|            |                                                                                                                                                  |  |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|            | <i>sistema</i>                                                                                                                                   |  |       |
| <b>16.</b> | <b>C-reaktyvinis baltymas (CRB)</b>                                                                                                              |  | 6000  |
| 16.1       | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |
| <b>17.</b> | <b>Bendras Cholesterolis (CHOL)</b>                                                                                                              |  | 10000 |
| 17.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |
| <b>18.</b> | <b>Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL)</b>                                                                                           |  | 10000 |
| 18.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |
| <b>19.</b> | <b>Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL)</b>                                                                        |  | 10000 |
| 19.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |
| <b>20.</b> | <b>Trigliceridai (TRIG)</b>                                                                                                                      |  | 10000 |
| 20.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |
| <b>21.</b> | <b>Bendras baltymas (TP)</b>                                                                                                                     |  | 1000  |
| 21.1.      | <i>.....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema</i> |  |       |

|            |                                                                                                                                           |  |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>22.</b> | <b>Gliukozė (GLU)</b>                                                                                                                     |  | 4000 |
| 22.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |  |      |
| <b>23.</b> | <b>Natris (Na)</b>                                                                                                                        |  | 1000 |
| 23.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |  |      |
| <b>24.</b> | <b>Kalis (K)</b>                                                                                                                          |  | 1000 |
| 24.1       | .....Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |  |      |

\*Tyrimo priemonės, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

### 2.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT.

(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti techninius reikalavimus)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai                                                                                                                                                                             | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas                                                                                                                                                                       | Analizatorius turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais                                                                                                                                                  |
| 2.       | Analizatoriaus našumas                                                                                                                                                                                         | Ne mažiau kaip 250 fotometrinių ir nemažiau kaip 120 elektrolitų tyrimų per valandą                                                                                                                                      |
| 3.       | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 250 vienkartinių matavimo kiuvečių. Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. | Būtina.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | Vandens sąnaudos                                                                                                                                                                                               | Iki 3 litrų per valandą.                                                                                                                                                                                                 |
| 5.       | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos).                                                                                                                | Būtina.                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.       | Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 40 mėginių. Bet kuris įdėtas mėginys gali būti pažymėtas kaip skubus (STAT)                                                                                             | Būtina.                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.       | Reagentų talpa analizatoriuje                                                                                                                                                                                  | Analizatoriuje turi tilpti visi reagentų lentelėje išvardintų tyrimų atlikimui reikalingi reagentai. Turi būti galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų. Nepertraukiamas reagentų keitimas darbo metų. |
| 8.       | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose.                                                                                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje.                                                                                                         | Saugomi duomenys – tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. Turi būti išsaugomi ne mažiau kaip 1 metų duomenys. |
| 10. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas.                                                                                                                 | Būtina                                                                                                                                   |
| 11. | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu.                                                                                             | Būtina                                                                                                                                   |
| 12. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu arba vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais.                                                     | Būtina                                                                                                                                   |
| 13. | Elektrodai analizatoriuje išlieka stabilūs, analizatorių pervedant į budėjimo režimą arba analizatorių laikant išjungtą iš maitinimo (naktimis ir savaitgaliais) | Būtina                                                                                                                                   |
| 14. | Elektrolitų tyrimai atliekami ISE metodu.                                                                                                                        | Būtina.                                                                                                                                  |
| 15. | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą                                                                                                              | Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodantį dokumentą                                                                                       |
| 16. | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), lazeriniu, nespaltotu spausdintuvu.                                              | Būtina                                                                                                                                   |

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>             | Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio 4, Pakruojis |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>        | DĖL ATSAKYMO Į PRETENZIJĄ                                          |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b> | 2025-01-07, S-113                                                  |
| <b>Adresatas</b>                               | tiekėjams, 1                                                       |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                      | Vyr. specialistė Eglė Ilekytė                                      |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>         | 2025-01-07 16:13:38                                                |
| <b>Registratorius</b>                          | Raštvedė Ilma Navadunskienė                                        |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>         | 2025-01-07 16:24:00                                                |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                  | Nuorašą suformavo 2025-01-07 Dokumentų valdymo sistema<br>Avilys   |