



UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI

Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė

Tel. +370 441 62144, el. paštas: info@silutesst.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA N r. 26 /07 VAC

**ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR
SMULKAUS REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS**

IŠDUOTA:

PATVIRTINTA UAB Šilutės šilumos tinklai
direktoriaus 2026-03-23 įsakymu Nr.1V-(1.6)- 30

1. Pirkimo objektas:

1.1. Perkamos UAB Šilutės šilumos tinklams priklausančių ir teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių – šilumos apskaitos prietaisų – valstybinės metrologinės patikros ir smulkaus remonto paslaugos.

Valstybinei metrologinei patikrai teikiamų šilumos apskaitos prietaisų techniniai duomenys bei kiekiai pateikti lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Šilumos apskaitos prietaiso tipas	Ds, mm	Preliminarus kiekis per 12 mėn
1.	Megatron 2 WFM 2.1.	15	26
2.	WFQ 2.1.	15	5
3.	WFM26	15	2
4.	Qalcosonic	15	5
5.	SKS-3-U ₂	20	7
6.	SKS-3-U ₂	25	31
7.	SKS-3-U ₂	32	12
8.	SKS-3-U ₂	40	3
9.	SKS-3-U ₂	50	1
10	SKS-3-U ₂	80	2
11	SKS-3-U ₂	100	1
12.	SKM1.U ₂	20	26
13.	SKM1.U ₂	25	19
14.	SKM1.U ₂	32	26
15.	SKM1.U ₂	80	1
16	SKU-01-U ₂	150	1
17	SKU-01-U ₂	410	1
18	SKU-3	15	2
19	SKU-3	20	4
20	SKU-4	32	8
21	SKU-4	50	1
22	QALCOMET - E1	20	8
23	QALCOMET - E1	32	25
24	QALCOMET - E1	40	1
	VISO :		218

1.2. Šilumos apskaitos prietaisų patikra atliekama vadovaujantis Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtinta bendrąja patikros metodika BPM 8871101-45:2001 arba kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos apskaitos prietaisų patikrą.

1.3. Į šilumos apskaitos prietaiso patikros kainą įskaičiuojamos transportavimo, valymo, derinimo, reguliavimo, valstybės metrologinės patikros išlaidos ir 2.9. punktas.

2. Perkamos paslaugos apimtys ir sąlygos

2.1. Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra turi būti atliekama LR Vyriausybės įgaliotos institucijos akredituotoje arba įgaliotoje laboratorijoje.

2.2. Prietaisai patikrai pateikiami partijomis iki 50 vnt., ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį.

2.3. Paslaugos tiekėjas prietaisus, sukomplektuotus metrologinei patikrai, po pranešimo (telefonu arba elektroniniu paštu) pasiima darbo dienomis iš UAB Šilutės šilumos tinklai Verslo g. 12, Šilutė savo transportu išsiveža ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos. Matavimo priemonių priėmimas įforminamas paslaugos tiekėjui pasirašant UAB Šilutės šilumos tinklai pateiktą krovinio važtaraštį, kuriame be privalomų duomenų nurodoma: prietaiso markė, srauto matuoklio diametras, gamyklinis numeris, skaičiuotuvo ir temperatūros jutiklių numeriai.

2.4. Vienos prietaisų partijos patikros atlikimo laikas 15 darbo dienų, įskaitant transportavimo laiką.

2.5. Patikrintus ar neatitinkančius reikalavimų prietaisus paslaugos tiekėjas savo transportu grąžina užsakovui.

2.6. Perduodamas prietaisus, paslaugų tiekėjas pateikia jų krovimo važtaraštį kaip ir 2.3. punkte matavimo priemonei atitinkant visus bendruosius patikros metodikos reikalavimus.

2.7. Nustačius prietaisą netinkamu, prietaisas grąžinamas su metrologijos centro pažyma ir akredituotos laboratorijos patikros protokolo kopija, pagrindžiančia neatitiktį.

2.8. Patikros metu nustatčius prietaiso gedimą, remontas vykdomas tik su užsakovu iš anksto suderinus prietaiso defektinį aktą.

2.9. Paslaugų tiekėjas turi atlikti šiuos smulkius remonto darbus, po kurių atliekama prietaisų metrologinė patikra:

2.9.1. koreguoti prietaiso laikrodžio parodymus;

2.9.2. pakeisti maitinimo elementą, jei jo galiojimo terminas yra trumpesnis už patikros galiojimo laikotarpį.

2.9.3. Remonto terminas – ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų po defektinio akto suderinimo.

2.10. Atlikus prietaiso metrologinę patikrą, paslaugos tiekėjas pateikia metrologinės patikros protokolo kopija.

Kontaktinė informacija.

Techninę užduotį parengė – Loreta Griciūnienė vartotojų aptarnavimo centro vadovė, tel. +370 441 62148, mob.

+370 64171437, el. paštas vac@silutesst.lt.