



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove,

2026-04-07 Nr. VPT-(1.71E)-1139

**DĖL PRETENZIJS**

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis, 2026-03-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Specializuotos plovimo/skalavimo priemonės ir automatinė dozavimo sistema panaudai**“ (pirkimo ID 7128245) Komisija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMAS: Komisijos protokolo išrašas, 3 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

K. Gudavičiūtė, tel. +370 37 32 7081, el. paštas Karina.Gudaviciute@kaunoklinikos.lt



**KAUNO  
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 32 6768, +370 37 70 3370  
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)  
„SPECIALIZUOTOS PLOVIMO/SKALAVIMO PRIEMONĖS IR AUTOMATINĖ DOZAVIMO  
SISTEMA PANAUDAI“  
(pirkimo ID 7128245)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

**DARBOTVARKĖ.** Dėl Tiekėjo pateiktos pretenzijos nagrinėjimo.

**SVARSTYTA.** Tiekėjo pateiktos pretenzijos nagrinėjimas.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (pranešimo ID 588877) gavo Tiekėjo pretenziją dėl 2026-03-26 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Specializuotos plovimo/skalavimo priemonės ir automatinė dozavimo sistema panaudai“ (pirkimo ID 7128245) pirkimo sąlygų.

Tiekėjas pretenzijoje nurodo:

Kadangi buvo neatsižvelgta į mūsų pateiktus pastebėjimus šio konkurso rinkos konsultacijos metu, prašome Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atliekamame pirkime: Specializuotos plovimo/skalavimo priemonės ir automatinė dozavimo sistema panaudai (supaprastintas pirkimas) dar kartą patikslinti kai kuriuos konkurenciją mažinančius ir tiekėjams atimančius galimybę teikti pasiūlymus, parametrus.

Tai pačiai skalavimo priemonei praeito pirkimo metu buvo teiktas prašymas patikslinti konkrečias sudėtines dalis, atsako nebuvo sulaukta. Pretenzija buvo pateikta 2024-08-15d. Taip pat nebuvo sureaguota į pateiktus pasiūlymus rinkos konsultacijos metu 2026-03-18.

Po rinkos konsultacijos pateikimo buvo ištaisyta tik grubi klaida – kai prašomas plovimo priemonės pH 12-15, buvo patikslintas į atitinkančius normas pH 12-14. Susidaro įspūdis, kad konkurso sąlygos yra parengtos konkrečiam tiekėjui, nes nurodyti konkretūs sudėtiniai parametrai, o perkančioji organizacija nesileidžia į jokiais diskusijas juos praplėsti, apibendrinti.

Svarbu, kad skalavimo produktas būtų rūgštinis, bet nėra svarbu, kokios konkrečios produkto sudėtinės dalys užtikrins puikų plovimo/skalavimo rezultatą. Tai kiekvieno gamintojo gali būti net patentuota mišinio sudėtis. Jei produktas visiškai atitinka tai prekių grupei keliamus reikalavimus, tikslinga būtų pašalinti reikalavimus, nurodančius konkrečių sudėtinių dalių kiekius.

Todėl prašome panaikinti konkrečias sudėtines dalis su kiekiais ir nurodytą tikslų produkto lyginamuoju svorį.

Jei produktas sertifikuotas kaip ekologiškas, tai jis tikrai atitinka visus šiai prekių grupei keliamus reikalavimus.

Siūloma prašyti tiekėjų pateikti produkto kainą už litrą, ne už kilogramą. Visi gamintojai savo produktus pateikia standartinėse 5, 10 ar 20l pakuotėse. Tikslinga lyginti 1l produkto kainą, o ne kilogramo, kad išvengti galimo piknaudžiavimo specialiai nurodant didesnę lyginamąjį svorį, nes svoris nėra pagrindinis rodiklis, įtakojantis produkto kokybę, bet ženkliai padidins 1l kainą. Tai ypač aktualu dėl skalavimo priemonės, nes jei skalavimo sudėtyje yra alkoholio, kuris ženkliai pagerina indų džiūvimą, lyginamasis tankis yra <1,00Kg/m3.

Dozavimo sistemos ir jų aptarnavimui keliami reikalavimai:

1) Punktas nelabai aišku apie ką:

Techniniai reikalavimai dozavimo sistemai:

Energijos suvartojimas: 5-8 W

Sistemos apsauga: IP 65 arba lygiavertė

Dozavimo sistemos sudarančių komponentų darbinės dalys turi būti pagamintos iš medžiagų, atsparių plovimo priemonėms.

Galėtų būti: dviejų pompų, išorėje kabinamas elektroninis dozatorius, ne membraninis (nes labai netikslus ir dozuoja labai daug priemonių).

2) Punktas. Kokių įrodymų prašote?

Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad jis turi oficialius įgaliojimus tiekti siūlomas dozavimo sistemas, jų dalis ir eksploatacines medžiagas, o Tiekėjo darbuotojai turi teisę, technines galimybes vykdyti dozavimo sistemų įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę priežiūrą, remontą ir eksploataciją.

Tikslinga prašyti pateikti įmonės veiklos draudimą, kad atsitikus nenumatytam incidentui, pvz: pažeidus indaplovės elektros/vandentiekio sistemą, sugadinus gaminį ar jo detales galėtumėte tikėtis konkrečių nuostolių atlyginimo. Tai rodo įmonės patikimumą. Jei toks dokumentas yra būtinas, prašome pateikti konkretų atitinkamo dokumento pavyzdį, kurį pateikė dabar jūsų įstaigą aptarnaujantis tiekėjas. Mūsų įmonei jau 31metus dirbančioje šioje srityje, tokių dokumentų niekada nebuvo prašoma pateikti.

Komisija, atsakydama į Tiekėjo pateiktą pretenziją, pažymi, kad klausimai dėl automatinės dozavimo sistemos parametrų reikalavimų bei dokumentų pateikimo buvo išnagrinėti ir į juos atsakyta rinkos konsultacijos metu (rinkos konsultacijos ID 6864591). Papildomai informuojame, kad pirkimo dokumentuose nėra nustatyto reikalavimo, jog Tiekėjo darbuotojai privalėtų pateikti įrodymus, patvirtinančius jų teisę ar technines galimybes vykdyti dozavimo sistemų įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo, techninės priežiūros, remonto ar eksploatacijos darbus. Pažymėtina, kad toks reikalavimas buvo numatytas techninės specifikacijos projekte, tačiau, rinkos konsultacijos metu įvertinus gautas pastabas, reikalavimas buvo pašalintas ir į pirkimo dokumentus neįtrauktas.

Gydymo įstaigoje keliama aukšti higienos ir saugos reikalavimai, todėl Konkurso sąlygų 2 priede nustatyti sudėtinių dalių ir jų koncentracijų parametrai nėra formalūs – jie tiesiogiai grindžiami vidinėmis Infekcijų kontrolės tarnybos rekomendacijomis ir realiais įstaigos poreikiais. Perkančiajai organizacijai nepakanka tik „galutinio rezultato“ deklaravimo, nes netinkama ar neprognozuojama cheminių medžiagų sąveika gali sukelti riziką dėl mikrobiologinio bei cheminio saugumo. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad būtų eliminuota bet kokia rizika sveikatai. Pažymime, kad pirkimo tikslas – įsigyti prekes, kurios jau pasiūlymo pateikimo metu dokumentais pagrindžia atitiktį nustatytiems kokybės ir saugos reikalavimams. Perkančioji organizacija negali prisiimti rizikos, laukti rezultato pirkimo vykdymo ar sutarties vykdymo stadijoje (testuojant „ar veikia“), jei priemonės sudėtis neatitinka saugiu laikomo standarto. Tikslūs sudėties parametrai yra objektyvus matas, leidžiantis vienodai įvertinti visų tiekėjų pasiūlymus. Reikalavimas nurodyti kainą už kilogramą pasirinktas siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą ir palyginamumą. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų produktų tankis skiriasi, svorio matas leidžia tiksliai apskaičiuoti realias sąnaudas ir išvengti manipuliacijų tūrio pokyčiais dėl temperatūros ar kitų fizikinių savybių. Tai yra standartinė praktika, užtikrinanti racionalų lėšų naudojimą. Perkančioji organizacija pabrėžia, kad techninės specifikacijos reikalavimai nėra pritaikyti konkrečiam tiekėjui, o yra orientuoti į specifinius įstaigos poreikius. Vien tai, kad produktas yra sertifikuotas kaip ekologiškas, savaime neužtikrina, kad jis bus efektyvus specifinėje klinikinėje aplinkoje.

Komisija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia Tiekėjo pretenziją atmesti, kaip nepagrįstą ir techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. balandžio 14 d. 11:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2026 m. balandžio 14 d. 11:00 val. Jei

pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2026 m. balandžio 14 d. intervale nuo 11:00 val. iki 11:30 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Atmesti Tiekėjo pretenziją kaip nepagrįstą;
2. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti pretenziją pateikusį Tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.
3. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir susipažinimo su pasiūlymais datą: pasiūlymai turi būti pateikti iki 2026 m. balandžio 14 d. 11:00 val. per CVP IS, susipažinimo su pasiūlymais įvyks 2026 m. balandžio 14 d. 11:30 val.