

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„LIPNIŲ ETIKEČIŲ RuošINYS KRAUJO KOMPONENTAMS ŽENKLINTI“
(PIRKIMO NUMERIS 616526)

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2025-01-10 Nr. 1

Kaunas

DARBOTVARKĖ. Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo ir pirkimo procedūrų nukėlimo.

SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktas paklausimas ir pirkimo procedūrų nukėlimas.

2025-01-03 gautas tiekėjo paklausimas dėl 2024-12-27 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Lipnių etikečių ruošinys kraujo komponentams ženklinti“ techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime nurodo:

Prašome patikslinti šias pirkimo sąlygas:

1) Techninės specifikacijos 1.3 p. tarpas tarp etikečių nurodomas labai konkretus, kurį riboja konkreti lipdukų gamybos įranga pagal minimalų žingsnį. Lipdukų gamybos įrangos gamintojų tarpas rekomenduojamas mažesnis, kad būtų mažesni atliekų kiekiai, tai sąlygotų ir mažesnę lipdukų kainą. Pažymėtina, kad tarpas tarp lipdukų neturi visiškai jokios įtakos spausdinimo kokybei. Atsižvelgiant į tai, prašome nurodyti tarpą tarp etikečių diapazone nuo 3 mm iki 8 mm.

2) Techninės specifikacijos 1.4 p. nurodomas per didelis rulono plotis. Pagal spausdintuvo charakteristikas maksimalus leistinas plotis yra 108 mm. Be to, spausdinant ant 100 mm pločio etiketės, naudoti ruloną 112 mm pločio yra neekonomiška ir neekologiška. Atsižvelgiant į tai, prašome sumažinti reikalavimus rulono pločiui iki ne daugiau nei 108 mm.

3) Techninės specifikacijos 1.9 p. išorės diametras ribojamas iki 110 mm, nors gamintojo specifikacijoje nurodomas maksimalus galimas diametras - 127 mm. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti reikalavimus išorės diametruui iki 127 mm.

4) Techninės specifikacijos 2.1 p. nurodytas per didelis dažjuostės būtinas plotis. Spausdinant 100 mm plotyje visiškai pakanka 100-102 mm pločio dažjuostės. Toks reikalavimas yra perteklinis, ribojantis konkurenciją, tokiu būdu nesudaromos galimybės tiekėjams pasiūlyti tinkamas pigesnes alternatyvas. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti reikalavimus dažjuostės pločiui diapazonui nuo 100 mm iki 110 mm.

Viešojo pirkimo komisija (toliau - komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus:

1.3. Iš „Tarpas tarp etikečių: 7,77 (±0,1) mm.“ į „Tarpas tarp etikečių: nuo 4 iki 8 mm.“;

1.4. Iš „Rulono (juostos) plotis: 112(±1)mm.“ į „Rulono (juostos) plotis: nuo 104 iki 108 mm.“;

1.9. Iš „Išorės diametras iki 110 (±0,1)mm.“ į „Be spaudos“;

2.1. Iš „Dydis 108 mm x 74 m.“ į „Dažjuostės dydis 100-110 mm x 74 m. Dažjuostė turi užtikrinti pilną etiketės ploto padengimą, būtina pateikti dažjuostės pavyzdį.“

Komisija priima sprendimą nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Lipnių etikečių ruošinys kraujo komponentams ženklinti“ (pirkimo numeris 616526) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. sausio 22 d. 09:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2025 m. sausio 22 d. 09:30 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2025 m. sausio 22 d.** intervale **nuo 09:00 val. iki 09:30 val.** Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus (aktuali redakcija pridedama).
2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais posėdžio datą.
3. Apie komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.