

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija perka šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros, kalibravimo ir remonto paslaugą (toliau – Paslaugos). Šilumos apskaitos prietaisų, kuriems 2026-2027 metais reikalinga 1 (viena) metrologinė patikra, bei numatomų remontų sąrašas pateiktas lentelėse Nr.1 ir Nr.2.
2. Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra atliekama vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais matavimo priemonių teisinę metrologiją, įskaitant Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 4-761 „Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2025-12-01), taip pat Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtintomis ir galiojančiomis metrologinės patikros metodikomis.
3. Šilumos apskaitos prietaisų (toliau – prietaisai) metrologinė patikra turi būti atliekama akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę atlikti teises metrologines patikras pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4. Pateiktos prietaisų metrologinės patikros ir remonto apimtys yra preliminarios ir skirtos įvertinti bendrai pasiūlymo kainai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visų Paslaugų ir/ar išnaudoti visą pirkimo objektui skirtą sumą.
5. Esant būtinybei, tiekėjas įsipareigoja suteikti prietaisų remonto paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja informuoti perkančiąją organizaciją ir suderinti su ja prietaisų remonto paslaugų apimtis ir reikalingas pakeisti dalis. Šių prietaisų pakartotina patikra po remonto atliekama neatlygintinai.
6. Bendras Paslaugų teikimo laikotarpis - 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Prietaisų metrologinė patikra ir remonto paslaugos atliekamos per 12 (dvylika) darbo dienų po prietaisų perdavimo patikrai dienos. Tiekėjas prietaisus iš perkančiosios organizacijos pasiima ir pristato savo lėšomis ir transportu. Prietaisų paėmimo adresas: Montuotojų g. 7, Mažeikiai.
8. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios perkančiosios organizacijos pateikto prietaiso paruošimu metrologinei patikrai ir jos atlikimu, patikrai reikalingų detalių, medžiagų, mechanizmų kaina ir transporto išlaidos grąžinant prietaisą perkančiajai organizacijai bei visos kitos tiekėjo su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
9. Suremontuotiems prietaisams suteikiama ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
10. Tiekėjas, suteikęs Paslaugas, privalo pateikti perkančiajai organizacijai būtiną dokumentaciją: prietaisų metrologinės patikros liudijimus (privaloma) ir metrologinės patikros protokolų kopijas (pagal atskirą perkančiosios organizacijos prašymą). Tiekėjui nustatius, kad prietaisas netinkamas naudoti pagal paskirtį, prietaisas grąžinamas su metrologijos centro pažyma dėl matavimo priemonės neatitikties.

Šilumos apskaitos prietaisų, kuriems reikalinga patikra, sąrašas

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Skaitiklio tipas	Sąlyginis skersmuo (DN), mm	Matavimo ribos m ³ /h	Kiekis Vnt.
1.	SKU-01	25	0,08-8,0	58
2.	SKU-01	32	0,25-15,0	92
3.	SKU-4	25	0,035-7,0	40
4.	SKU-4	25	0,6-12,0	33

5.	SKU-4	40	0,1-20,0	4
6.	SKU-03	15	0,015-3,0	19
7.	Qalcosonic E1	20	0,015-3,0	4
8.	WSD4	20	0,015-3,0	8
9.	Ultraheat UH50	20	0,015-3,0	20
10.	Ultraheat 2WR5	20	0,006-1,2	12
11.	Multical III	20	0,015-1,5	1
	Viso:			291

Preliminarios šilumos apskaitos prietaisų remonto apimtys

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Prietaisų tipas	Orientacinis kiekis				
		Kalibravimas	Elektronikos remontas	Ultragarsinių jutiklių keitimas	Temperatūros jutiklių keitimas	Maitinimo elemento keitimas
1	SKU-01	65	37	-	-	-
2	SKU-4	20	14	-	-	-
3	SKU-03	6	4	-	-	10
4	Qalcosonic E1	2	-	-	-	1
5	WSD4	4	1	-	-	8
6	Ultraheat UH50	10	2	-	-	12
7	Ultraheat 2WR5	-	-	-	-	12
8	Multical III	-	-	-	-	1
	Viso	107	58	-	-	44