

ATVIRO KONKURSO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2024-12-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo (pirkimo numeris 514025).

*Siūlymas pirkimo daliai Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“*

1 siūlymas

*P.d. 18 – siūlytume atsisakyti šios dalies*

*- plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių;*

*- plokštelės storis – 0,7 –0,3 mm;*

*- maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle;*

*- 3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis;*

2 siūlymas

*Prašome pakeisti šį reikalavimą ir išdėstyti jį: „Plokštelė plonėjančiais kraštais arba Plokštelė su įkarpymais“. Maloniai atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad plokštelės – plonėjančiais kraštais yra specialiai sukurtos tam, kad užtikrintų geresnį sukibimą ir prigludimą, sumažindamos nutekėjimo riziką ir užtikrindamos saugesnį ir patikimesnį naudojimą. Plonėjantys kraštai suteikia plokštei daugiau elastingumo, lankstumo, taip pagerindama sukibimo galimybes net ir su daug judančia ir nelygia oda. Dėl plonėjančių kraštų, plokštelė mažiau spaudžia, trina ir dirgina odą, todėl sumažėja odos pažeidimų ir uždegimų tikimybė. Tai ypač svarbu žmonėms su jautria oda, arba tiems, kurie jau patyrė odos problemų. Plonėjantys kraštai leidžia plokštei geriau prisitaikyti prie kūno kontūrų, todėl ji tampa mažiau pastebima po drabužiais. Tai pacientui suteikia daugiau saugumo ir leidžia jaustis komfortiškai. Šios plokštelės yra ypač naudingos pacientams, kuriems reikia ilgalaikės stomos priežiūros, nes jos padeda išlaikyti odą sveiką ir sumažina komplikacijų riziką. „Plokštelė su įkarpymais“ dengia kur kas didesnę odos plotą nei „Plokštelė su plonėjančiais kraštais“, taip traumuojamas didesnis odos plotas, o ant plokštelės esantys įkirpimai sumažina plokštelės vientisumą, to pasekoje padidėja pratekėjimo rizika ir sumažėja plokštelės efektyvaus naudojimo trukmė.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimų: „3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis“, „plokštelės storis – 0,7 –0,3 mm“ ir „maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle“. Panaikinus šiuos punktus, priemonė neatitiks įstaigos poreikių. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių“ į reikalavimą „plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių arba plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus)“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**18. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm:**

- plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė;
- plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių arba plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus);
- plokštelės storis – 0,7 –0,3 mm;
- ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 57 mm;
- išmatų surinktuvo maišelis permatomas, kūno spalvos arba matinis;
- maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle;
- 3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis;
- išmatų surinktuvo maišelio ištuštinimo galimybės: daugkartinis gnybtas, vienkartiniai spaustukai arba lipnus užsegimas.
- dydis: 55-57mm.

*Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.*

**Siūlymas pirkimo daliai Nr. 23 „Kaukė veido neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai“**

*Ar reikia viso veido kaukės t.y dengiančios burną, nosį, akis? Ar reikia veido kaukės, t.y. dengiančios burną ir nosį. Laukiame patikslinimo.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 23 „Kaukė veido neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai“, tikslina, kad kaukė reikalinga pilnai dengianti paciento veidą (burną, nosį, akis), kaip nurodyta techninės specifikacijos reikalavimuose.

**Siūlymas pirkimo daliai Nr. 27 „Matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti“**

*Prašome patikslinti 27 p.d. reikalavimą – tyrimą galimą paimti vertikaliaje ir horizontalioje padėtyje: ar kalbama apie aparato padėtį, ar paciento padėtį (sėdintis – vertikalus, gulintis – horizontalus). Norime pažymėti, kad kraujo lašas aparato atžvilgiu turi būti horizontalioje padėtyje, tačiau tai neturi įtakos paciento padėčiai. Taip pat prašome patikslinti reikalavimą – tinka naudoti su mobiliu kraujo krešumo nustatymo aparatu, ar tikimasi pagrindimo, jog aparatas yra portatyvus, t.y. veikia be išorinio energijos šaltinio? Prašome papildomai patikslinti reikalavimą – kapiliarinis neheparinizuotas kraujo mėginys, ar tinkamas sinonimas yra „šviežias kapiliarinis kraujas/tiesioginis kraujo lašas“, kai taip nurodo gamintojo dokumentacija?*

*Prašome patikslinti, kaip bus vertinamas 27 p.d. pasiūlymas, kai aparatas siūlomas panaudai. Kaip panaudos suma bus įtraukta į pasiūlymo kainos vertinimo procedūrą? Ar panauda lygi 0 Eur yra užskaitoma?*

*Prašome patikslinti, ar pareikalavus aparato pavyzdžio, jeigu jis yra visiškai naujas, įstaiga sutiktų jį pasilikti tolimesniam naudojimui (panaudai) laimėjimo atveju?*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 27 „*Matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti*“, tikslina, kad kalbama apie paciento padėtį, imant tyrimą. Aparato maitinimo šaltinis – įkraunamas pakrovėju. Komisija sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „*mėginio tipas – kapiliarinis neheparinizuotas kraujo mėginys*“ į „*mėginio tipas – kapiliarinis neheparinizuotas kraujo mėginys arba šviežias kapiliarinis kraujas/tiesioginis kraujo lašas (jeigu tai nurodyta gamintojo dokumentacijoje)*“.

Komisija pažymi, kad pasiūlymo kainos vertinimo procedūroje nebus įtraukta aparato, siūlomo panaudai, suma.

Komisija informuoja, kad panaudos suteikimo sutartis pasirašoma kartu su prekių pirkimo-pardavimo sutartimi su tiekėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Komisija pažymi, kad įvertinus tiekėjų siūlomų prekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, tiekėjų pristatyti prekių pavyzdžiai tiekėjui pareikalavus gali būti grąžinti nepažeistoje pakuotėje.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**27. Matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti:**

- matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti;
- mėginio tipas – kapiliarinis neheparinizuotas kraujo mėginys arba šviežias kapiliarinis kraujas/tiesioginis kraujo lašas (jeigu tai nurodyta gamintojo dokumentacijoje);
- tyrimui naudojamo mėginio tūris ne didesnis kaip 10 µl;
- kalibravimo testas (tyrimo juostelės turi būti kalibruotos pagal referentinę partiją, kuri atsekama pagal PSO tarptautinius pamatinius etalonus);
- juostelės turi tiktai darbu su aparatu microINR arba tiekėjas įsipareigoja pateikti aparatą panaudos būdu - 1 vnt. (sugėdus tiekėjas įsipareigoja aparatą pakeisti skubos tvarka)
- tyrimą galimą paimti vertikaloje ir horizontalioje padėtyje;
- tinka naudoti medicinos įstaigoje;
- tinka naudoti su mobiliu kraujo krešumo nustatymo aparatu.

*Orientacinis poreikis: 2 800 vnt.*

***Siūlymas pirkimo daliai Nr. 28 „Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis“***

*Siūlome atsisakyti reikalavimo, kad tinkami tik nuo 40 kg. svorio. Prašome pakeisti į: „BIS sensoriai tinkami suaugusiems pacientams“.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 28 „*Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis*“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „*tinkantis suaugusiems >40kg*“ į reikalavimą „*BIS sensoriai tinkami suaugusiems pacientams*“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**28. Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis:**

- tinkantis BIS miego gylio matavimo monitoriams ar monitorių moduliams;
- neinvazinis;
- vienkartinis;
- kliniškai švarus;
- BIS sensoriai tinkami suaugusiems pacientams.

*Orientacinis poreikis: 900 vnt.*

**Siūlymas pirkimo daliai Nr. 29 „Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G“**

*P. d. 29 siūlome koreguoti rentgeno kontrastinių juostelių kiekį į „ne mažiau kaip 3-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis“. Taip pat siūlome koreguoti oro filtro plotį į „ne mažesnis nei 4,9 mm<sup>2</sup>“.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 29 „Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G“, nesutinka keisti punkto iš „kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis“ į punktą „kateteris turi būti su ne mažiau kaip 3-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis“, kadangi kateteriai yra mažo spindžio, reikalingos 4-ios rentgenokontrastinės juostelės geresnei identifikacijai. Komisija nesutinka su Tiekėjo siūlymu mažinti oro filtro plotą, kadangi kuo didesnis oro filtro plotas, tuo geriau identifikuojamas kateterio įvedimas į periferinę veną. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

**Siūlymai pirkimo daliai Nr. 54 „Torokalinės drenažo sistemos vamzdeliai“**

*P. d. 54 siūlome pakoreguoti vieno vamzdelio ilgį 30-40cm.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 54 „Torokalinės drenažo sistemos vamzdeliai“, nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „40 cm vamzdelis“ į reikalavimą „30-40 cm vamzdelis“, kadangi siūlomas parametras yra per trumpas ir gali neužtekti ilgio. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

**Siūlymas pirkimo daliai Nr. 55 „Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema“**

*Prašome koreguoti 55 pirkimo dalies techninę specifikaciją iš „įvedėjai ne storesni kaip 3mm“ į „įvedėjai ne storesni kaip 3-4mm“ Šie pakeitimai neturės įtakos prekės kokybei ar funkcionalumui, tačiau leis daugiau tiekėjų pasiūlyti savo prekes.*

Komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 55 „Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema“, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „įvedėjai ne storesni kaip 3mm“ į reikalavimą „įvedėjai ne storesni kaip 3-4mm“, nes padidinus iki 4 mm, yra traumuojami audiniai, operacijos metu kraujuojama. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

*Siūlymas pirkimo daliai Nr. 60 „Vienkartinės priemonės su > 3 l rezervuaru“*

*Norime atkreipti dėmesį į faktą kad klinikinėje praktikoje daugiau kaip 90 procentų greitos infuzijos atvejų yra naudojamas mažos talpos (apie 120 ml) rezervuaras. Prašome patikslinti ar neįvyko klaida nurodant rezervuaro talpą ir smaigų skaičių (turėtų būti ženkliukas „≥“ vietoje „>“).*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 60 „Vienkartinės priemonės su > 3 l rezervuaru“, informuoja, kad pasikeitus Perkančiosios Organizacijos poreikiams, nuspręsta nepirkti šioje pirkimo dalyje numatytos priemonės.

**NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 27 ir Nr. 28.
2. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 18.
3. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 29, Nr. 54 ir Nr. 55.
4. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvių.