

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2024-12-18, 2024-12-27 ir 2024-12-29 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2024-12-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 508514) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjai pateikia siūlymus:*

**Nr. 1. Hidrokolidinis tvarstis su lipniais kraštais  $15 \pm 0,5$  cm x  $15 \pm 0,5$ :**

*Prašome koreguoti:*

*- su lipniais kraštais į su lipniais kraštais arba savaime prilimpantis tvarstis.*

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 1. Hidrokolidinis tvarstis su lipniais kraštais  $15 \pm 0,5$  cm x  $15 \pm 0,5$** , nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „su lipniais kraštais“ į reikalavimą „su lipniais kraštais arba savaime prilimpantis tvarstis“, nes tokiu atveju, tvarstis būna padengtas hidrokoloidu, o reikalingas tvarstis, kurio vidinė dalis yra hidrokoloidinė, o kraštai - nedengti hidrokoloidu. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

**Nr. 2. Indeliai šlapimui sterilūs 30-60 ml:**

*Prašome nurodyti maženio skersmens t.y. nuo 3-4 cm prekei -Indeliai šlapimui sterilūs 30-60 ml. Nes didžioji dalis tokios talpos indelių yra mažesnio skersmens nei jūsų nurodytas.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 2. Indeliai šlapimui sterilūs 30-60 ml**, pasikeitus įstaigos poreikiams, tikslina techninę specifikaciją sekančiai:

**Nr. 2. Indeliai šlapimui sterilūs 100 ml:**

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- sandariu užsukamu dangteliu;
- 100 ml talpos;
- indelio skersmuo ne mažiau 5 cm;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais.

*Orientacinis poreikis: 55 000 vnt.*

**Nr. 13. Rinkiniai ascito paracentezei:**

*prašome pakoreguoti maišelio tūrį 2000-2500ml*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 13. Rinkiniai ascito paracentezei**, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „ne mažiau 2 500 ml tūrio“ į reikalavimą „2 000- 2 500 ml tūrio“, nes maišelio tūris turi būti kuo didesnis, mažesnis nei 2500 ml yra nepakankamas. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

#### **Nr. 16. Sistemos infuzinės tamsios.**

*Prašome pakoreguoti ilgį, parašant : ilgis ne mažiau 150 cm.  
Manome specifikacijoje klaida, nes ilgis nurodytas „mm“. Turėtų būti „cm“.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 16. Sistemos infuzinės tamsios**, atsižvelgia į Tiekėjo pateiktą pastabą ir tikslina techninę specifikaciją iš „ilgis ne mažiau nei 160 mm“ į „ilgis ne mažiau nei 160 cm“. Nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „ilgis ne mažiau nei 160 cm“ į reikalavimą „ilgis ne mažiau 150 cm“, kadangi siūlomas ilgis neatitiks įstaigos poreikių, pakeitus tamsios infuzinės sistemos bus per trumpas, kas ribos paciento judėjimą ir reikės papildomų prailginimo priemonių. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų

#### **Techninę specifikaciją skaityti taip:**

##### **16. Sistemos infuzinės tamsios:**

- vienkartinės (pažymėta simboliu);
- šviesai nepralaidžios, lanksčios (pageidautina juodos);
- ilgis ne mažiau nei 160 cm;
- sterilios (simbolis ant pakuotės);
- patamsintu filtru;
- su kaniule adatai prijungti;
- individualiame įpakavime;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.*

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

#### **NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 2;
2. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 16;
3. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 1 ir Nr. 13;
4. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusių tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.