



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove

2025-01-10 Nr. VPT-(1.71E)-90

DĖL PRETENZIJOS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai**“ (pirkimo numeris **638672**) komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas, 2 lapai.

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai

Gintarė Bagdonaitė

D. Žvirblytė, tel. (8 37) 70 32 68, el. p. daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt



**KAUNO
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 6768, (8 37) 70 3370
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAI“
(PIRKIMO NUMERIS 638672)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktos pretenzijos.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikta pretenzija.

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo 2025-01-08 16:37 val. tiekėjo pateiktą pretenziją dėl 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai**“ (pirkimo Nr. **638672**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos reikalavimų).

Tiekėjas pretenzijoje nurodo:

Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimas prekei:

16.1.	Ekranų parametrai	1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis), sensorinio valdymo; 2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių; 3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas.
-------	-------------------	--

Pirkimo techninėje specifikacijoje suformuoti reikalavimai: „2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių; 3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas.“, tiekėjo objektyviu manymu yra ribojantys Pirkimo dalyvių konkurenciją, pernelyg aukšti arba specifiniai, pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, nepagrįstai riboja jų konkurenciją.

Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad, siekdamas nepažeisti iš VPI išplaukiančių imperatyvų, be kita ko, skaidrumo principo, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPI ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar formuojamos pirkimo sąlygos reikalingos ir tikslingos, pernelyg nesuvaržys tiekėjų ar jų nesuklaidins, nelems ginčų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

Dėl šios priežasties Tiekėjas siūlo pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimą sekančiai: „2. Įstrižainė ne mažiau 12 colių; 3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis/rankiniu būdu valdomas šviesumo reguliavimas“.

Pažymėtina, kad daugelis rinkoje esančių įrenginių siūlo analogišką funkcionalumą per ekrano ryškumo reguliavimo sistemą, kuri užtikrina tokį patį rezultatą, kaip ir nakties/dienos režimai arba automatinis šviesumo

reguliuojamas, taip pat atkreiptinas dėmesys, jog nakties/dienos ekrano režimo paskirtis ir yra iš esmės ekrano ryškumo koregavimas.

Toks techninės specifikacijos pakeitimas neturėtų įtakos dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato funkcionalumui, užtikrintų nediskriminacinį požiūrį į tiekėjus, atitiktų sąžiningos konkurencijos principą ir sudarytų galimybę perkančiajai organizacijai gauti daugiau pasiūlymų bei įsigyti technologiškai pranašesnį ar priimti ekonomiškesnį sprendimą.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, dėl reikalavimo, kad ekrano įstrižainė turi būti „ne mažiau kaip 15 colių“, kuris taip pat riboja tiekėjų konkurenciją. Pažymėtina, kad įrenginys su 12 colių ar didesne įstrižaine, gali absoliučiai užtikrinti visas įrenginiui būtinas funkcijas ir atitikti visus perkančiosios organizacijos iškeltus poreikius. Toks techninės specifikacijos koregavimas užtikrintų Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies principo laikymąsi, kuris įpareigoja viešuosiuose pirkimuose užtikrinti proporcingumo ir nediskriminavimo principus.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Perkančioji organizacija siekdama laikytis Pirkimo sąlygų 1.6. punkto nuostatų „Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų“ bei VPĮ numatytų principų turėtų koreguoti minėtus Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus Pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, Perkančioji organizacija galėtų tinkamą ir reikalingą prekę įsigyti už palankiausią kainą, taip racionaliai panaudodama Pirkimui skirtas lėšas.

Prašome Perkančiosios organizacijos:

1. koreguoti Pirkimo techninės specifikacijos 16.1 p. taip, kad būtų skatinamas konkurencingumas - daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti Pirkime.

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, atsako, kad techninės specifikacijos 16.1. punkte nurodyti reikalavimai monitoriaus ekranui pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad didesnės įstrižainės monitoriaus ekranas yra privalumas Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriuje dirbančiam personalui: jame telpa daugiau informacijos, atvaizduojami didesni simboliai, kreivės bei geresnis matomumas iš didesnio atstumo. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas taip pat yra privalumas dirbančiam personalui, kadangi nereikia rankiniu būdu reguliuoti ekrano apšvietimo priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Rankiniu būdu valdomu reguliuojamo šviesumo atveju, vartotojas pats turi nustatyti ryškumą, kas užtrunka ilgiau ir gali būti sudėtinga esant kritinėms situacijoms.

Pažymima, kad rinkoje yra ne vienas gamintojas, galintis pasiūlyti dirbtinės ventiliacijos aparatus su monitoriais, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Netenkinti tiekėjo pateiktos pretenzijos, nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų;
2. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.