



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove

2025-01-10 Nr. VPT-(1.71E)-91

**DĖL PRETENZIJOS**

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai**“ (pirkimo numeris **638499**) komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas, 2 lapai.

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai

Gintarė Bagdonaitė

D. Žvirblytė, tel. (8 37) 70 32 68, el. p. [daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt](mailto:daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt)



**KAUNO  
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 6768, (8 37) 70 3370  
el. p. [rastine@kaunoklinikos.lt](mailto:rastine@kaunoklinikos.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO  
„DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAI“  
(PIRKIMO NUMERIS 638499)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

**DARBOTVARKĖ:** Dėl tiekėjo pateiktos pretenzijos.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikta pretenzija.

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo 2025-01-08 16:20 val. tiekėjo pateiktą pretenziją dėl 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai**“ (pirkimo Nr. **638499**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos reikalavimų).

Tiekėjas pretenzijoje nurodo:

**Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimas prekei:**

13.4	Nakties/dienos ekrano režimai	<b>Būtina nakties/dienos ekrano režimai</b>
------	-------------------------------	---

Pirkimo techninėje specifikacijoje suformuotas reikalavimas: „Būtina nakties/dienos ekrano režimai“, tiekėjo objektyviu manymu yra ribojantis Pirkimo dalyvių konkurenciją, pernelyg aukšti arba specifiniai, pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, nepagrįstai riboja jų konkurenciją, kai tuo tarpu VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad, siekdamas nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų, be kita ko, skaidrumo principo, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar formuojamos pirkimo sąlygos reikalingos ir tikslingos, pernelyg nesuvaržys tiekėjų ar jų nesuklaidins, nelems ginčų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

Dėl šios priežasties Tiekėjas siūlo pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimą sekančiai: „*Nakties/dienos ekrano režimai arba galimybė reguliuoti ekrano ryškumą*“.

Atkreiptinas dėmesys, kad toks techninės specifikacijos koregavimas visiškai neturėtų įtakos dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato funkcionalumui, kadangi nakties/dienos ekrano režimo paskirtis ir yra ekrano ryškumo koregavimas.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Perkančioji organizacija siekdama laikytis Pirkimo sąlygų 1.6. punkto nuostatų „Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų“ bei VPĮ numatytų principų turėtų koreguoti minėtą Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimą Pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, Perkančioji organizacija galėtų tinkamą ir reikalingą prekę įsigyti už palankiausią kainą, taip racionaliai panaudodama Pirkimui skirtas lėšas.

**Prašome Perkančiosios organizacijos:**

**1. koreguoti Pirkimo techninės specifikacijos 13.4 p. taip, kad būtų skatinamas konkurencingumas - daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti Pirkime.**

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, atsako, kad siūloma 13.4 punkto korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Galimybė reguliuoti ekrano ryškumą nėra visiškai analogiška nakties/dienos režimui. Nors abu sprendimai yra susiję su ekrano ryškumo pritaikymu, jie skiriasi funkcionalumu ir praktiniu naudojimu. Nakties/dienos režimas yra specifinė ir apibrėžta funkcija, kuomet režimus galima greitai perjungti vienu mygtuko paspaudimu arba automatiškai, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Tai taupo laiką ir mažina klaidų tikimybę. Reguluojamo ryškumo atveju, vartotojas pats turi nustatyti ryškumą, kas užtrunka ilgiau ir gali būti sudėtinga kritinėse situacijose. Ryškumo reguliavimas reikalauja

papildomų veiksmų, kurie nepraktiškai intensyvaus darbo sąlygomis. Taip pat, nakties/dienos režimai apima daugiau nei vien tik ryškumo valdymą – jie gali keisti spalvų tonus, kontrastą ar ekrano apšvietimą taip, kad ekranas būtų optimalus skirtingomis darbo sąlygomis. Parametras nakties/dienos režimas įtrauktas į reikalavimus siekiant užtikrinti greitą, patogų ekrano prisitaikymą prie skirtingų apšvietimo sąlygų. Ši funkcija sumažina medicinos personalo apkrovą, padeda išvengti klaidų kritinėse situacijose ir užtikrina ergonomišką darbą tiek dieną, tiek naktį.

Komisija pažymi, kad aparatus, kuriuose yra nakties/dienos režimas gali pasiūlyti ne vienas gamintojas, todėl reikalavimas nėra ribojantis konkurenciją, perteklinis ar nepagrįstas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Netenkinti tiekėjo pateiktos pretenzijos, nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų.
2. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.