

ATVIRO KONKURSO
„VIENKARTINĖS PRIEMONĖS“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvairstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2024-12-16 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl vienkartinųjų priemonių pirkimo (pirkimo numeris 490212).

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys“

Prašome punktą „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ patikslinti į „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“.

Prašome patikslinti pozicijų išmatavimus iš „Išmatavimai ($\pm 0,1$ cm): 10 x 8 x 3 cm; 20 x 13 x 3 cm; 25 x 15 x 3 cm“ į „Išmatavimai (± 5 cm): 15 x 10 x 1 cm; 25 x 15 x 3 cm; 25 x 15 x 3 cm“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys“, nesutinka tikslinti reikalavimo iš „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“ į reikalavimą „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“, kadangi įstaiga turi savo neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH, todėl kita sistema panaudai Perkančiajai Organizacijai nėra aktuali. Perkamos priemonės turi būti pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais. Nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimų iš „Išmatavimai ($\pm 0,1$ cm): 10 x 8 x 3 cm; 20 x 13 x 3 cm; 25 x 15 x 3 cm“ į „Išmatavimai (± 5 cm): 15 x 10 x 1 cm; 25 x 15 x 3 cm; 25 x 15 x 3 cm“, kadangi Perkančiosios Organizacijos techninės specifikacijos reikalavimai išdėstyti pagal turimą neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH. Jeigu pakeisime išmatavimus, priemonės nebus pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Siūlymas pirkimo daliai 5.1. – 5.2. „Surinkimo indas“

Prašome punktą „sugraduotas kas 100 ml“ patikslinti į „*sugraduotas kas 50-100 ml*“

Punktą „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ patikslinti į „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“

Lentelėje turį patikslinti iš „5.1. 300 ml; 5.2. 800 ml“ į „5.1. 250 ml ± 50 ml; 5.2. 900 ml ± 100 ml“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 5.1. – 5.2. „*Surinkimo indas*“, nesutinka tikslinti reikalavimo iš „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“ į reikalavimą „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“, kadangi įstaiga turi savo neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH, todėl kita sistema panaudai Perkančiajai Organizacijai nėra aktuali. Perkamos priemonės turi būti pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais.

Sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „*sugraduotas kas 100 ml*“ į reikalavimą „*sugraduotas kas 50-100 ml*“, tačiau nesutinkame keisti surinkimo indų tūrio. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

5.1. – 5.2. Surinkimo indas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- skaidrus;
- sugraduotas kas 50-100 ml;
- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;
- sandari;
- su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į „žele“ konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vamzdeliu;
- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Poz. Nr.	Tūris	Orientacinis poreikis (vnt.)
5.1.	300 ml	2 100
5.2.	800 ml	1 150

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 6 „Drenas“

Prašome perkančios patikslinti reikalavimą iš „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ į „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 6 „Drenas“, nesutinka tikslinti reikalavimo iš „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“ į reikalavimą „*priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema*“, kadangi įstaiga turi savo neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH, todėl kita sistema panaudai Perkančiajai Organizacijai nėra aktuali. Perkamos priemonės turi būti pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 7 „Konektorius Y formos“

Prašome perkančios patikslinti reikalavimą iš „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ į „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 7 „Konektorius Y formos“, „nesutinka tikslinti reikalavimo iš „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ į reikalavimą „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“, kadangi įstaiga turi savo neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH, todėl kita sistema panaudai Perkančiajai Organizacijai nėra aktuali. Perkamos priemonės turi būti pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 8 „Plėvelė“

Prašome perkančios patikslinti reikalavimą iš „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ į „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“.

Punktą „dydis: 30 ± 0,1 x 28 ± 0,1 cm“ patikslinti į „dydis: 30 ± 5 x 20 ± 5 cm“.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 8 „Plėvelė“, nesutinka tikslinti reikalavimo iš „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“ į reikalavimą „priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su panaudai teikiama neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema“, kadangi įstaiga turi savo neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH, todėl kita sistema panaudai Perkančiajai Organizacijai nėra aktuali. Nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimų iš „dydis: 30 ± 0,1 x 28 ± 0,1 cm“ į reikalavimą „dydis: 30 ± 5 x 20 ± 5 cm“, kadangi Perkančiosios Organizacijos techninės specifikacijos reikalavimai išdėstyti pagal turimą neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistemą RENASY TOUCH. Jeigu pakeisime išmatavimus, priemonės nebus pritaikytos naudoti kartu su įstaigoje turimais aparatais. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

NUTARTA:

1. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai pirkimo daliai Nr. 5.1-5.2.
2. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 4.1-4.3, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8.
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.