

**VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA**  
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas  
Telefonas (8-37) 40 39 99  
Faksas (8 37) 45 15 75  
info@kaunopoliklinika.lt  
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394  
PVM mokėtojo kodas LT 350423917  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
A.S. LT047044060002942424  
Direktorius Paulius Kibiša



Rinkos dalyviams

## DĖL IŠANKSTINĖS (RINKOS) KONSULTACIJOS DEZINFEKINIŲ SERVETĖLIŲ IR INSTRUMENTŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMUI

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija), vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti **dezinfekcinių servetėlių ir instrumentų plovimo-dezinfekavimo priemonių pirkimui**, vykde išankstinę (rinkos) konsultaciją.

Perkančioji organizacija, atsižvelgusi ir įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautus Dalyvių klausimus ir pasiūlymus, teikia atsakymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas/pastebėjimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Rekomenduojame apsvastyti galimybę reikalavimą dėl darbinio tirpalo koncentracijos keisti į „ne daugiau 4%“ ir reikalavimą dėl ekspozicijos laiko keisti į „ne daugiau 15 min.“. Taip bus suteikiama galimybė pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų, kurie gali pasiūlyti kokybišką priemonę, skaičiui.	Perkančioji organizacija sprendžia tenkinti tiekėjo prašymą ir techninėje specifikacijoje pakeisti ekspozicijos laiką į „ne ilgiau 15 min.“ Reikalavimas dėl darbinio tirpalo koncentracijos nėra keičiamas, nes Perkančiajai organizacijai priemonės išėiga padidėtų 4 kartus.
2.	Dalyvautumėme, jei būtų patikslintas 1 p.d. servetėlių kiekis pakuotėje iš: „80 vnt. ir ne daugiau 200 vnt. servetėlių“ sekančiai: „80 vnt. ir ne daugiau 220 vnt. servetėlių“	Viešojo pirkimo komisija sprendžia pakeisti techninėje specifikacijoje servetėlių kiekį pakuotėje ir pakuotės papildyme iš 200 vnt. į 220 vnt.
3.	<b>2 pirkimo dalis</b> Paprašome papildyti/praplėsti techninės specifikacijos ribas, kad priemonė atitiktų medicininių prietaisų dezinfekcijos reikalavimus. Rekomenduojame patikslinti-papildyti Medicinos priemonių/ Instrumentų dezinfekcijos ir valymo priemonės techninę specifikaciją, kadangi Įstaigoje yra apruošiami Instrumentai iki sterilizacijos ne tik Instrumentų plovimo mašinose, bet ir rankiniu būdu. Šiuo atveju, pagal pateiktą Techninės specifikacijos projekte aprašą darome prielaidą, kad Perkančioji organizacija ketina pirkti VIDUTINIO LYGIO instrumentų dezinfekcijai ir valymui skirtą priemonę, panašią į DES INSURANCE, kuri tik inaktyvuoja, bakterijas, virusus (tame tarpe HBV, HIV, Rota) ir grybelius, o ne visiškai sustabdo jų vystymąsi. Be to panaši priemonė, kurią	Perkančioji organizacija sprendžia 2 pirkimo dalies aprašymą koreguoti į: Valymo ir dezinfekavimo priemonė skirta plauti ir dezinfekuoti medicinos priemones prieš jų sterilizaciją. Veikliosios medžiagos: dezinfekcinės (biguanidai, ketvirtiniai amonio junginiai ar lygiavertės), plovikliai ar fermentai; Baktericidinis poveikis (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561 arba lygiavertį), tuberkulicidinis poveikis (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), mielicidinis poveikis (atitinka LST EN 14562 arba lygiavertį), veikia virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 arba LST EN 17111 arba lygiavertį) pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

	<p>aprašote NEVEIKIA Tuberkuliocidiškai ir virucidiškai ( Adeno, Noro virusus), kas ypač aktualu gydymo įstaigoje, kai Instrumentai apnuošiami rankiniu būdu iki Sterilizacijos. <b>Todėl prašome pakeisti Techninę specifikaciją, kuri aprašytą priemonę tinkamą dezinfekcijai ir valymui iki sterilizacijos tiek pirminiai predezinfekcijai, tiek dezinfekcijai rankiniu būtu</b></p>	<p>Sudėtyje nėra chloro, aldehydų, fenolių; Baktericidinis, tuberkuliocidinis, virucidinis (HBV, HCV, ŽIV) ekspozicijos laikas - ne daugiau 15 min. (ekspozicijos laikas turi būti įrašytas gamintojo naudojimo instrukcijoje), paruošto tirpalo koncentracija ne daugiau kaip 1%. Tinka naudoti rankiniam instrumentų plovimui ir dezinfekcijai, bei ultragarsiniame įrenginyje;. Priemonė - skystas koncentratas;</p>
--	---	---

Viešojo pirkimo komisija

Eglė Mirklienė, tel. +370 37 403924, el. pastas: [egle.mirkliene@kaunopoliklinika.lt](mailto:egle.mirkliene@kaunopoliklinika.lt)



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Eglė Mirklienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Atsakymas į rinkos konsultaciją
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2026-04-16 Nr. S-1273
<b>Adresatas</b>	Kiti
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---