

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-979) SLĖGIO IR SKIRTUMINIO SLĖGIO JUTIKLIAI-KEITIKLIAI“ pirkimo CVP IS ID 7558744 (toliau – Pirkimas):

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Prašau patikslinkite ar metrologinės patikros liudijimas yra reikalingas visai nurodytai apimčiai?	Nurodyta apimtis yra tik preliminari, ji gali skirtis nuo realios. Sutartis 3 metams arba kol bus išnaudota visa sutarties suma. Davikliai bus užsakinėjami pagal poreikį ir atskirus užsakymus. Užsakyti davikliai ir pristatyti mums turės turėti metrologinę patikrą.