



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems Konkursu tiekėjams

MOTYVUOTAS SPRENDIMAS DĖL SUINTERESUOTO KONKURSU TIEKĖJO PATEIKTOS PRETENZIJOS

VšĮ „Visagino ligoninė“ (toliau - Perkančioji organizacija) numato įsigyti medicines priemones. Atvirą (tarptautinį) konkursą „Medicinių priemonių pirkimas“, pirkimo ID 2504472 (toliau – Konkursas) Perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija – Visagino savivaldybės administracija (toliau – Centrinė perkančioji organizacija). Konkurso pirkimo objektas yra skaidomas į 42 dalis.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Konkurso sąlygomis.

Centrinė perkančioji organizacija 2026-04-17 paskelbė Konkursą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir TED.

2026 m. balandžio 24 d. 13:22 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Centrinei perkančiajai organizacijai suinteresuotas Konkursu tiekėjas pateikė „Pretenziją dėl pirkimo Nr. 7400402 „Medicinių priemonių pirkimas“ (toliau – Pretenzija). Pretenzijoje prašo <...koreguoti Pirkimo techninės specifikacijos 42 pirkimo dalies 42.1., 42.2., 42.3., 42.5. ir 42.6. punktus pagal pretenzijoje pateiktą informaciją kad būtų skatinamas konkurencingumas – daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti Pirkime ir nebūtų pažeisti VPĮ numatyti principai...>.

Nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi VPĮ 103 straipsniu bei atsižvelgdama į Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją, išnagrinėjo suinteresuoto Konkursu tiekėjo Pretenziją ir priėmė sprendimą pretenzijos netenkinti. Toliau pateikiame išsamius argumentus, susijusius su Pretenzija.

Pateiktoje Pretenzijoje prašo pakeisti techninių reikalavimų formuluotes sekančiai:

1. 42.1. p. *Techninio reikalavimo formuluotę „Vienkartinio naudojimo, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos Ø 0,3 mm“ Tiekėjas prašo pakeisti sekančiai: „Vienkartinio naudojimo, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos Ø 0,3-0,4 mm..“.*

Perkančioji organizacija, įvertinusi siūlymą keisti techninio reikalavimo 42.1 p. formuluotę, informuoja, kad su siūlomu pakeitimu nesutinka.

Tiekėjo siūlomas šaltos polipektominės kilpos vielos diametro Ø didinimas iki 0,4 mm pablogintų jos pjovimo kokybę, bei didintų paciento kraujavimo riziką.

Atsižvelgiant į tai, techninis reikalavimas nekeičiamas.

2. 42.2. p. *Techninio reikalavimo formuluotę „Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10 mm, 15 mm ir 25 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį, kilpos vielos Ø 0,47 mm.“ Tiekėjas prašo pakeisti sekančiai: „Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10 mm, 15 mm ir 25 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį, kilpos vielos Ø 0,47 arba Ø 0,40 mm.*

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjo siūlymą dėl techninio reikalavimo 42.2 p. pakeitimo, informuoja, kad su siūlomu pakeitimu nesutinka.

Tiekėjo siūlomas karštos polipektominės kilpos vielos diametro Ø sumažinimas iki 0,40 mm pablogintų elektros impulso plitimą kilpa, kilpa greičiau nusidėvėtų.

Atsižvelgiant į tai, techninis reikalavimas nekeičiamas.

3. 42.5. p. *Techninio reikalavimo formuluotę „Endoskopinės karštos biopsinės žnyplės. Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 230-240 cm, išorinis kateterio Ø 2,45 mm.“ Tiekėjas prašo pakeisti sekančiai: „Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 230-240 cm, išorinis kateterio Ø 2,30-2,45 mm “.*

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjo siūlymą dėl techninio reikalavimo 42.5 p. pakeitimo, ir informuoja, kad su siūlomu pakeitimu nesutinka.

Techniniame reikalavime nustatytas išorinio kateterio diametras (Ø 2,45 mm) yra parinktas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos naudojamos elektrokaustikos įrangos technines charakteristikas. Sumažinus endoskopinių karštų biopsinių žnyplių išorinio kateterio diametrą iki Ø 2,30 mm, nebus užtikrintas tinkamas prietaiso kontaktas ir stabilus veikimas su turima elektrokaustikos įranga, kas gali turėti neigiamos įtakos procedūros kokybei ir saugumui.

Atsižvelgiant į tai, techninis reikalavimas nekeičiamas.

4. 42.6. p. *Techninio reikalavimo formuluotę „Paruoštas naudojimui hemostatinis klipas. Klipo atsidarymo plotis 9 mm, 12 mm ir 16 mm pasirinktinai*

pagal perkančiosios organizacijos poreikį..“ Tiekėjas prašo pakeisti sekančiai: „ Klipo atsidarymo plotis 9 mm, 11-12 mm ir 16 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį“.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjo siūlymą dėl techninio reikalavimo 42.6 p. pakeitimo, informuoja, kad su siūlomu pakeitimu nesutinka.

Paruošto naudojimui hemostatinio klipo techninėje specifikacijoje nurodytas atsidarymo plotis 9 mm, 12 mm ir 16 mm tam, kad apimti skirtingo dydžio gleivinės defektus. Panašaus atsidarymo pločio dydžio klipai, kurių atsidarymo plotis 9 mm ir Tiekėjo siūlomas 11 leis užklipuoti tik labai panašaus dydžio gleivinės defektus.

Atsižvelgiant į tai, techninis reikalavimas nekeičiamas.

5. Dėl 42.3. punkto: Prašome naikinti reikalavimą „Adatų galiuko konfigūracija “Short”.“ Atsižvelgiant į tai, kad ši konfigūracija yra išskirtinai vieno gamintojo, toks reikalavimas nepagrįstai riboja konkurenciją, nes kiti gamintojai naudoja kitokius galiuko dizaino apibūdinimus, nors gaminių funkcionalumas yra lygiavertis. Alternatyviai siūlome šį reikalavimą pakeisti sekančiai: „Adatos galiukas pritaikytas tiksliai ir saugiai injekcijai į gleivinę“.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi tiekėjo siūlymą dėl techninio reikalavimo 42.3 p. pakeitimo, informuoja, kad su siūlomu pakeitimu nesutinka.

Perkančiosios organizacijos nurodyta adatų galiuko konfigūracija „Short“ leidžia tiksliau kontroliuoti adatos įvedimo gylį į gleivinės pogrįvį, sumažinant riziką pradurti raumeninį sluoksnį. Dėl mažesnio adatos ilgio sumažėja gretimų audinių ar gilesnių žarnos sienelės struktūrų pažeidimo tikimybė. Be to, trumpi galiukai yra manevringesni siaurose ar kampuotose storosios žarnos dalyse, kurias tenka praeiti atliekant kolonoskopiją.

Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija priims ir lygiaverčius gaminius, jeigu jų techninės charakteristikos užtikrins nurodytas funkcines savybes.

Atsižvelgiant į tai, techninis reikalavimas nekeičiamas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, Komisija informuoja, kad:

1. Suinteresuoto Konkursu tiekėjo pateikta Pretenzija išnagrinėta, Pretenzijoje išdėstyti reikalavimai yra nepagrįsti ir Pretenzija netenkinama.

2. Techninės specifikacijos reikalavimai Konkurso XLII pirkimo objekto daliai „Priemonės fibroezofagogastroduodenoskopijai ir kolonoskopijai“ nekeičiami ir šios pirkimo objekto dalies pirkimo procedūros yra tęsiamos.

Primename, kad 2026 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimu buvo nuspręsta nutraukti Konkurso VIII pirkimo objekto dalies „Tvarsliava“ pirkimo procedūras, todėl atsižvelgiant į tai, informuojame, kad kitoms Konkurso objekto dalims pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki gegužės 27 d. 9:00 val.

Komisijos sprendimus turite teisę skųsti VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Dalia Nastajienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Motyvuotas sprendimas dėl suintresuoto konkursu tiekėjo pateiktos pretenzijos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-05 Nr. (4.29 E) 1-1699
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Nastajienė Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-05 14:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-05 14:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 12:20 - 2028-03-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-05)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-05 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“