

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„ELEKTRINĖS FUNKCINĖS LOVOS“ (PIRKIMO NR. 620659)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2024-12-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Elektrinės funkcinės lovos**“ (pirkimo Nr. **620659**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Techninių reikalavimų punktas Nr. 20 nurodo, kad perkamos lovos „Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė turi būti ne mažiau 300 kg“ tokia maksimali leistinos apkrovos reikšmė yra reta šių gaminių tarpe ir sudaro išskirtines sąlygas keliems gamintojams daugumos atžvilgiu. Kadangi tokiai keliamajai galiai užtikrinti reikalingi specialūs elektros varikliai, kurių ne tiktai matmenys, bet ir kaina yra ženkliai didesni negu tų kurių keliamoji galia yra iki 250 kg, tai ir lovų atitinkančių reikalavimus kaina pastebimai bus didesnė negu tų kurių keliamoji galia yra iki 250 kg. Norint užtikrinti lygias sąlygas visiems rinkos dalyviams ir nepagrįstai nepadidinti perkamų gaminių kainos siūlome Techninių reikalavimų punkto Nr. 20 tekstą patikslinti sekančiai: „Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė. Ne mažiau 250 kg“

Priešingu atveju prašome paaiškinti atsisakymo priežastį.”

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako, kad siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Komisija pažymi, kad perkamos funkcinės lovos bariatriniais pacientams. Bariatrinų pacientų svoris dažnai gali viršyti 250 kg. Numatyta ne mažiau nei 300 kg apkrova užtikrina, kad lova bus saugi ir patikima visomis aplinkybėmis.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.