

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„FIBROENDOSKOPAI“ (PIRKIMO NR. 604640)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2024-12-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Fibroendoskopai**“ (pirkimo Nr. **604640**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

13. Techninės specifikacijos reikalavime „Nuotraukų dokumentacijos modulis“ nurodyta, kad jis turi turėti funkciją: **4. 3D vaizdų rodymo galimybė**:

13.	Nuotraukų dokumentacijos modulis	1. Vienos sesijos metu galima padaryti neribotą skaičių nuotraukų; 2. Nuotraukas galima lyginti tarpusavyje, ištrinti, perkelti, archyvuoti; 3. Galimybė nuotraukas spausdinti individualiai arba skaidrių demonstracijos formoje; 4. 3D vaizdų rodymo galimybė
-----	----------------------------------	---

Prašome, panaikinti **4. 3D vaizdų rodymo galimybė**, nes tai perteklinis reikalavimas ir taip užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją.

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vaizdo kamera turi būti ne prastesnė kaip „Full HD“ vaizdo kokybės (2.6. Parametras: *HD raiškos vaizdo kamera - Ne prastesnė kaip „Full HD“ vaizdo kokybė*), o monitorius HD (4. Parametras - HD monitorius). Kadangi, tiek kamera negali užfiksuoti 3D vaizdo, tiek monitorius negali perteikti 3D vaizdo, neteisinga reikalauti, kad nuotraukų dokumentacijos modulis turėtų galimybę rodyti 3D vaizdus, todėl mes tai vertiname, kaip perteklinį reikalavimą.

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako, kad tiekėjo siūlymas panaikinti 13.4. punktą nepriimtinas, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas įtrauktas užtikrinti, kad įranga būtų pasiruošusi sąveikauti su pažangesniais monitoriais ir kitais 3 D vaizdo atkūrimą palaikančiais įrenginiais, kurie gali būti integruoti ateityje. Tai užtikrina ilgalaikį įrangos funkcionalumą ir suderinamumą su ateities technologijomis.

3 D vaizdų rodymo galimybė yra nuotraukų dokumentacijos modulio funkcionalumo dalis, kuri neprieštarauja techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams dėl kameros ir monitoriaus kokybės. Ši galimybė nepaveikia įrangos pagrindinių funkcijų, o tik praplečia galimybes.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.